

Kraków, 13.07.2023r.

Dział Zamówień Publicznych
tel. 0-12 614 34 87
e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl

DZ.271.45.698.2023
WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania nr DZ.271.45.2023 „Zakup ambulansów oraz samochodu osobowego”

Szanowni Państwo,

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II w Krakowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

1. „Dotyczy załącznik nr 3a – prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający sam zamontuje sobie nosze w karetce gdyż w specyfikacji one się nie znajdują – jeśli tak to prosimy o podanie marki i modelu.”

Odp. Zamawiający wymaga aby na wyposażeniu karetki były nosze typu monoblokowe. Jednocześnie zamawiający uzupełnia załącznik nr 3a do SWZ dodając punkty, jak poniżej:

Nosze – Proszę podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z opisem

1. Nosze zintegrowane z transporterem, tzw. monoblokowe
2. przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji; z materacem konturowym profilowanym stabilizującym
3. regulacja wysokości w min 3-ech poziomach
4. z możliwością regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami powyżej 85 stopni z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy
5. z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy
6. nosze muszą posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą
7. Wysuwane uchwyty przednie i tylne do przenoszenia noszy.
8. z poręczami bocznymi składanymi wzdłuż osi długiej noszy
9. nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha
10. nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z

odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi

11. z cienkim nie sprężynującym materacem z tworzywa sztucznego nie przyjmującym krwi, brudu, przystosowanym do dezynfekcji, umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych
12. waga oferowanych noszy max. 45 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 (podać wagę noszy w kg)
13. wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 200mm, wszystkie koła skrętne w zakresie 360 stopni umożliwiające jazdę na wprost oraz prowadzenie bokiem z możliwością blokady kierunku do jazdy na wprost
14. wszystkie kółka jezdne wyposażone w hamulce
15. możliwość zablokowania podwozia w pozycji złożonej
16. obciążenie dopuszczalne noszy min. 250 kg (podać obciążenie dopuszczalne w kg)

Krzesiło kardiologiczne składane – Proszę podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z opisem

1. wykonane z materiału odpornego na korozję i na działanie płynów dezynfekujących
2. Wyposażone w min 4 kółka transportowe z czego przednie koła obrotowe wyposażone w hamulce z blokadą położenia
3. Wyposażone w uchwyty przednie z regulacją długości i regulacją wysokości na min 2 poziomach
4. Koła tylne o średnicy min 125 mm, koła przednie o średnicy min 75 mm
5. Wyposażone w blokadę zabezpieczającą przed złożeniem w trakcie transportu
6. Wyposażone w min 2 pary składanych tylnych uchwytów transportowych do przenoszenia
7. waga max 10 kg
8. Siedzisko i oparcie wykonane z mocnego miękkiego materiału winylowo-nylonowego, odpornego na bakterie, grzyby, zmywalnego, dezynfekowanego, siedzisko i oparcie szybko demontowalne
9. Wyposażone w min 3 pasy zabezpieczające umożliwiające szybkie ich rozpięcie
10. dopuszczalne obciążenie powyżej 150 kg
11. Gwarancja na sprzęt medyczny min. 24 m-ce

2. „Z uwagi na brak komponentów u producenta pojazdu bazowego, zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody, aby system odzyskiwania energii podczas zwalniania i hamowania, był realizowany poprzez Aktywny system wspomagania nagłego hamowania ?”

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Załącznik: Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3a do SWZ ZE ZMIANAMI