



Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice

www.zzozwadowice.pl, email: sekretariat@zzozwadowice.pl

Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest naprawa urządzeń na Bloku Operacyjnym jn.:

1. wózek do przewozu chorych (prod. Maquet; typ Translife 4749; sn. D00430-N; nr inwentarzowy TN 802/876; rok prod. 2012).
2. wózek do przewozu chorych (prod. Maquet; typ Translife 4749; sn. D00432-N; nr inwentarzowy TN 802/878; rok prod. 2012).

Naprawa wózków polegać będzie na: malowaniu proszkowym barierki bocznej (4 szt.) kolorem palety Ral 7016; malowaniu proszkowym poręczy prowadzącej (2 szt.) kolorem palety Ral 7016; naprawie mocowań odbojników bocznych; naprawie mocowań odbojników narożnych; naprawie mechanizmu hydraulicznej regulacji podnoszenia tj. wymianie sprężyny pompy przedniej (2 szt.) oraz wymianie uszczelnacza pompy przedniej (2 szt.), przegląd techniczny.

3. stół operacyjny ginekologiczny (prod. Maquet; typ Alphamaxx; sn. 00074; nr inwentarzowy TN 802/872; rok prod. 2012).

Naprawa polegać będzie na: wymianie siłownika lewego podnóżka, uzupełnieniu oleju, kalibracji, przegląd techniczny.

Warunki wykonania usługi:

- zaświadczenie wykonawcy o ukończonym przeszkoleniu w zakresie serwisowania urządzeń /sprzętów firmy Maquet;
- sprawdzenie poprawności działania urządzeń;
- wpisy w paszportach technicznych potwierdzających sprawność urządzeń z dopiskiem: **„sprawny – dopuszczony do eksploatacji”**.
- termin realizacji: do 8 tygodni

Niespełnienie jakiegokolwiek parametru będzie skutkowało odrzuceniem oferty.