

Gdańsk, dnia 20 marca 2020 r.

D10.251.19.M.2020

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na:

„DOSTAWA KAPNOGRAFÓW”

W związku z pytaniami ze strony Wykonawców Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

ZESTAW 1

Pakiet 1, pozycja 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kapnografów z pulsoksymetrem o wymiarach 213 x 137 x 55 mm oraz wadze 1 kg.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pakiet 1, pozycja 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kapnografów z pulsoksymetrem o pojemności akumulatora 3 godziny bez podłączenia do sieci oraz dodatkowym wbudowanym akumulatorem na kolejne 20 minut pracy. Kapnograf posiada również opcjonalną możliwość wyposażenia w drugi akumulator na kolejne 3 godziny pracy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pakiet 1, pozycja 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kapnografu z pulsoksymetrem z prostą, intuicyjną nawigacją w 7 językach, bez języka polskiego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, zgodnie ze zmienionym OPZ.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 pzp modyfikuje treść SIWZ w w/w zakresie. Wszelkie wyjaśnienia, dopuszczenia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty. Jednocześnie Zamawiający załącza zmodyfikowany załącznik nr 1 B do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Zatwierdził

Załącznik:

Zał. nr 1 B do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) po zmianach

Sporządził Sekretarz komisji
Marta Muszyńska- Orzech

