



Katowice, dnia 20.03.2025r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów do badań laboratoryjnych, znak sprawy ZP-25-034UN.

Dyrektor

dr n. med.
Włodzimierz Dziubdziela

ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 259-16-50
fax.: (32) 255 46 33

spskm@spskm.katowice.pl
www.spskm.katowice.pl

CENTRALA :
Tel. (32) 259-12-00

W związku z pytaniem Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Pytania do Pakietu nr 3
Pytanie dot. pozycji 2 Czy Zamawiający dopuści probówki wytrzymałe do prędkości wirowania 12000 xg?
Odp. Nie, Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.
2. Pytanie dot. pozycji 3
Czy Zamawiający dopuści probówki wytrzymałe do prędkości wirowania 12000 xg?
Odp. Nie, Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.
3. Pytanie do pakietu nr 5
Czy Zamawiający dopuści zbiorniki o pojemności 55ml?
Odp. Zamawiający dopuszcza oraz modyfikuje treść załącznika nr 5 do SWZ.
4. Pytanie do pakietu nr 2
Pytanie dot. pozycji 2 Czy Zamawiający dopuści probówki z zapewnioną sprawnością w temperaturach -80 do +120 stopni?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
5. Pytanie dot. pozycji 3 Czy Zamawiający dopuści probówki z zapewnioną sprawnością w temperaturach -80 do +120 stopni?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
6. Pytanie dot. pozycji 6
Czy Zamawiający dopuści końcówki o długości 32mm?
Odp. Nie, Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.
7. Pytanie dot. pozycji 7
Czy Zamawiający dopuści końcówki o długości 59mm?
Odp. Nie, Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.
8. Pytanie dot. pozycji 8
Czy Zamawiający dopuści końcówki o długości 88mm?
Odp. Nie, Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.
9. Pytanie do Pakietu nr 5
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie 100szt zbiorników?
Odp. Nie, Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.
10. Pytanie do pakietu nr 3, pozycja 1.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek kompatybilnych z cytometrem przepływowym FACS CANTO II, zamykanych korkiem na wcisk?
Odp. Zamawiający dopuszcza oraz modyfikuje treść załącznika nr 3 do SWZ.
11. Pytanie do pakietu nr 3, pozycja 2.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek o wymiarach 17x 120 mm?
Odp. Zamawiający dopuszcza oraz modyfikuje treść załącznika nr 3 do SWZ.
12. Pytanie do pakietu nr 3, pozycja 2.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek o wytrzymałości temperaturowej od -80 stopni C do +121 stopni C?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
13. Pytanie do pakietu nr 3, pozycja 2.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek o wytrzymałości do wirowania 12 000 RCF?
Odp. Nie, Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.



14. Pytanie do pakietu nr 3, pozycja 3.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek o wymiarach 30x 115 mm?
Odp. Zamawiający dopuszcza oraz modyfikuje treść załącznika nr 3 do SWZ.
15. Pytanie do pakietu nr 3, pozycja 3.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek o wytrzymałości temperaturowej od -80 stopni C do +121 stopni C?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
16. Pytanie do pakietu nr 3, pozycja 3.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek o wytrzymałości do wirowania 16 000 RCF?
Odp. Nie, Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.
17. Pytanie do pakietu nr 3, pozycja 4.
Czy Zamawiający może dopraczować do jakiego rodzaju hodowli mają służyć opisane butelki (zawiesinowe czy adherentne)?
Odp. Zamawiający wyjaśnia, że butelki mają służyć do hodowli zawiesinowej.