

Pytania i odpowiedzi cz. 1

Dotyczy: Pakiet 4 – fotel do podawania wlewów ambulatoryjnych – 8 szt.

1. Dot. Pkt. 2: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje fotela z leżem wypełnionym pianką wiskoelastyczną?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

2. Dot. Pkt. 4: Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację wysokości za pomocą pilota przewodowego w zakresie od 550 do 740mm? Nadmieniamy, że jest to parametr minimalnie różniący się od wymaganego.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

3. Dot. Pkt. 6: Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację oparcia pleców za pomocą pilota przewodowego w zakresie: od 0 do 80°? Nadmieniamy, że jest to parametr lepszy od wymaganego.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

4. Dot. Pkt. 7: Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację segmentu nóg za pomocą pilota przewodowego w zakresie: od 0 do 80°? Nadmieniamy, że jest to parametr lepszy od wymaganego.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

5. Dot. Pkt. 8: Czy Zamawiający pod pojęciem elektryczna regulacja nachylenia segmentu siedziska za pomocą pilota przewodowego w zakresie: od 0 do 13° rozumie regulację nachylenia siedziska podczas zmiany pozycji Trendelenburga?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

6. Dot. Pkt. 14: Czy Zamawiający dopuści długość całkowitą leża (w pozycji leżącej): 2200mm? Nadmieniamy, że jest to parametr lepszy od wymaganego.

Zamawiający nie wyraża zgody

7. Dot. Pkt. 15: Czy Zamawiający dopuści szerokość siedziska: 600mm? Nadmieniamy, że jest to parametr minimalnie różniący się od wymaganego.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

8. Dot. Pkt. 16: Czy Zamawiający dopuści długość siedziska: 600mm? Nadmieniamy, że jest to parametr minimalnie różniący się od wymaganego.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

9. Dot. Pkt. 17: Czy Zamawiający dopuści długość oparcia pleców (bez segmentu głowy): 680mm? Nadmieniamy, że jest to parametr lepszy od wymaganego.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

10. Dot. Pkt. 18: Czy Zamawiający dopuści szerokość oparcia pleców w zakresie: 570-660mm (kształt oparcia trapezowy)? Nadmieniamy, że jest to parametr lepszy od wymaganego, proponujemy ergonomiczny kształt oparcia sekcji pleców, dopasowany do kształtu ciała pacjenta, co ma na celu zwiększenie komfortu użytkowania.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

11. Dot. Pkt. 19: Czy Zamawiający dopuści długość segmentu nóg: 630mm? Nadmieniamy, że jest to parametr minimalnie różniący się od wymaganego.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

12. Dot. Pkt. 20: Czy Zamawiający dopuści szerokość segmentu nóg: 600mm? Nadmieniamy, że jest to parametr minimalnie różniący się od wymaganego.

13. Dot. Pkt. 21: Czy Zamawiający dopuści długość segmentu głowy: 250mm? Nadmieniamy, że jest to parametr lepszy od wymaganego.

14. Dot. Pkt. 26: Czy Zamawiający dopuści podłokietniki o wymiarach:

- długość: 500mm

- szerokość: 170mm

Nadmieniamy, że jest to parametr minimalnie różniący się od wymaganego.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

15. Dot. Pkt. 32: Czy Zamawiający dopuści fotel wyposażony w koła jezdne o średnicy 100mm, z centralną blokadą jazdy i obrotu? Nadmieniamy, że jest to parametr nieznacznie różniący się od wymaganego.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

16. Dot. Pkt. 32: Czy Zamawiający dopuści obciążenie fotela: do 260kg? Nadmieniamy, że jest to parametr lepszy od wymaganego.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.