



Opole, dn. 14.03.2024 r.

ZPU 21/2024

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

W dniu 14.03.2024 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które odpowiada następująco:

Pytanie nr 1 dotyczy Części nr 2

Zamawiający wymaga aby na drenie pojemnika pustego transferowego o pojemności 600 ml znajdował się plastikowy zacisk umożliwiający natychmiastowe zatrzymanie przepływu. Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika pustego transferowego o pojemności 600 ml, bez plastikowego zacisku umożliwiającego natychmiastowe zatrzymanie przepływu. Rozwiązanie jest z powodzeniem stosowane w wielu Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Polsce, również u Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 2 dotyczy Części nr 3

Zamawiający wymaga pojemnika pustego płytkowego o objętości nie mniejszej niż 1000 ml i nie większej niż 1200 ml. Uprzejmie prosimy o zaakceptowanie pojemników o objętości wynoszącej 1300 ml. Takie rozwiązanie jest z powodzeniem stosowane w wielu Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Polsce, również u Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Sporządziła: Hanna Siuta