



# Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
26-026 Morawica, ul. Spacerowa 5



REGON 000290110  
NIP 657-21-87-534  
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000009702

www.morawica.com.pl  
szpital@morawica.com.pl

centrala  
Izba Przyjęć  
fax

(41) 36 41 399  
(41) 36 41 302  
(41) 36 41 299

Morawica, dnia 17.04.2024 r.

## WSZYSCY WYKONAWCY

### **MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ ODPOWIEDZI NA PYTANIA z dnia 17.04.2024 r.**

**dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art 275 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) pn.: „Zakup ambulansów”, Nr postępowania EZP-252-6/2024.

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy jako Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 zmienia treść SWZ oraz na podstawie art. 286 ust. 3 i art. 286 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przesuwając termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu. Ponadto Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy jako Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poniżej przekazuje odpowiedzi na zadane pytania:

#### **Pytanie nr 1**

Prosimy o modyfikację kryterium „okres gwarancji na silnik” po przez dopisanie: „ z limitem 200 000 km” ?

Wyjaśniamy, że wszyscy producenci samochodów oferują przedłużoną gwarancję na silnik zawsze z limitem kilometrów i wtedy oferty mogą być porównywalne.

Przy obecnym zapisie to wykonawcy muszą wycenić koszt dodatkowej gwarancji bez limitu kilometrów, co będzie generować niepotrzebnie zawyżone koszty dla kupującego itp.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia kryterium oceny ofert „okres gwarancji na silnik”, które otrzymuje brzmienie „**Okres gwarancji i rękojmi na silnik – z limitem 200 000 km**” i stosownie zmienia treść SWZ zamieszczając nowe załączniki pod nazwą:

SWZ z dnia 17.04.2024 r.

Załącznik Nr 1 do SWZ Formularz Oferty z dnia 17.04.2024 r.

Załącznik Nr 2 Opis przedmiotu zamówienia z dnia 17.04.2024 r.

Załącznik Nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy z dnia 17.04.2024 r.

#### **Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odbiór ambulansu odbył się w siedzibie Wykonawcy tj. w zakładzie wykonującym zabudowę medyczną, co pozwoli na przeprowadzenie gruntownego szkolenia z zakresu obsługi ambulansu i jego wyposażenia ?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający, nie wyraża zgody.

#### **Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniającego wymogi aktualnej normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada manualną skrzynią biegów 6 + 1?

**Odpowiedź:**

Zamawiający, nie dopuszcza.

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania fabryczny akumulator producenta pojazdu bazowego o pojemności 70 Ah ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza i zmienia zapis w Załączniku Nr 2 Opis przedmiotu zamówienia z dnia 17.04.2024 r.

**Pytanie nr 5**

Czy w okresie gwarancji za przeglądy pojazdu bazowego z materiałami zużywalnymi typu klocki hamulcowe, olej, filtry itp. oraz za przeglądy wyposażenia medycznego z dojazdami płaci Zamawiający ?

**Odpowiedź:**

W okresie gwarancji za przeglądy pojazdu bazowego z materiałami zużywalnymi typu klocki hamulcowe, olej, filtry itp. oraz za przeglądy wyposażenia medycznego z dojazdami koszty ponosi Wykonawca.

**Pytanie nr 6**

Prosimy o potwierdzenie, że koszty dojazdu/transportu do/z serwisu ponosi Zamawiający i Wykonawca nie musi ich wliczać w cenę oferty ?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z § 3 ust. 2 oraz § 10 ust. 3 lit. c projektowanych postanowień umowy koszty dojazdu/transportu do/z serwisu ponosi Wykonawca.

**Pytanie nr 7**

Z doświadczenia użytkowników transportu medycznego wynika, że krzeselko kardiologiczne oprócz składanych uchwytów tylnych winno posiadać także wysuwany uchwyt ramy oparcia najlepiej w minimum czterech położeniach, stąd chcemy zapytać, czy takiego uchwytu oczekuje Zamawiający ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia zapis w Załączniku Nr 2 Opis przedmiotu zamówienia z dnia 17.04.2024 r.

**Pytanie nr 8**

Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ, pkt II, przedział medyczny – ppkt. 10 – z uwagi na brak możliwości przejścia między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym, brak wymogu drzwi przez Zamawiającego, prosimy o rezygnację z funkcji informowania o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną na panelu sterującym w kabinie kierowcy.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 9**

Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ, pkt II, przedział medyczny – ppkt. 10 – prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga sygnałów pneumatycznych, a co za tym idzie, prosimy o rezygnację z funkcji sterowania sygnałami dźwiękowymi pneumatycznymi na panelu sterującym w kabinie kierowcy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że nie wymaga sygnałów pneumatycznych i usuwa zapis w Załączniku Nr 2 Opis przedmiotu zamówienia z dnia 17.04.2024 r.

**Pytanie nr 10**

Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ, pkt II, przedział medyczny – ppkt. 11 – prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga termoboksu, a co za tym idzie prosimy o zrezygnowanie z funkcji informacji o temperaturze wewnątrz termoboksu w panelu sterującym w przedziale medycznym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że nie wymaga termoboxu i usuwa zapis w Załączniku Nr 2 Opis przedmiotu zamówienia z dnia 17.04.2024 r.

**Pytanie nr 11**

Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ, pkt II, oklejenie i oznakowanie – ppkt. 5 – prosimy o rezygnację w wymogu przyciemnienia szyb i dopuszczenie tylko oklejenie okien do 2/3 wysokości folią półprzezroczystą, co jest wystarczające i znacznie wpłynie na koszt oferty.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 12**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga przetwornicy napięcia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że nie wymaga przetwornicy napięcia.

**Pytanie nr 13**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga szyn, do których mogą być mocowane uniwersalne panele do montażu uchwytów sprzętu medycznego na lewej ścianie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że nie wymaga szyn, do których mogą być mocowane uniwersalne panele do montażu uchwytów sprzętu medycznego na lewej ścianie.

**Pytanie nr 14**

Prosimy o dopuszczenie podstawy pod nosze tylko ze schowkiem na deskę lub podbieraki.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 15**

Z uwagi na gabaryty samochodu prosimy o dopuszczenie w miejsce nagrzewnicy przedziału medycznego parownik klimatyzacji z funkcją grzania i chłodzenia.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza na stronie nowe załączniki pod nazwą: SWZ z dnia 17.04.2024 r.

Załącznik Nr 1 do SWZ Formularz Oferty z dnia 17.04.2024 r.

Załącznik Nr 2 Opis przedmiotu zamówienia z dnia 17.04.2024 r.

Załącznik Nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy z dnia 17.04.2024 r.

oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2024/BZP 00288233/01 z dnia 2024-04-17.

Nowy termin składania o otwarcia ofert wyznacza się na:

**Termin składania ofert: 29.04.2024 r. godz. 9:00**

**Termin otwarcia ofert: 29.04.2024 r. godz. 9:05**

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający zmienia zapis w rozdz. XIII SWZ pkt. 1, który otrzymuje brzmienie:

*Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert tj.: do dnia 28.05.2024 r. przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert*

**Powyższe informacje prosimy uwzględnić przy sporządzaniu oferty.**

Treść odpowiedzi zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/morawica> w dniu 17.04.2024 r.

Dyrektor  
Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii  
w Morawicy  
Piotr Kielbowski