

**KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM
PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY**

ul. Seminaryjna 1,
85-326 Bydgoszcz

E.ZP.261.41.2023

Bydgoszcz, dnia 19.09.2023 r.
Postępowanie nr **47 Z TP 23**

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę aparatu do znieczulenia ogólnego i respiratora dwustrumieniowego JET.

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie 1

Opis przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

PAKIET I: Aparat do znieczulenia ogólnego (CPV: 331 72 100-7)

Poz. 60

Prosimy o wyjaśnienie, jakie wtyki posiada Zamawiający np. czy AGA/DIN?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że posiada wtyki AGA.

Pytanie 2

Opis przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

PAKIET I: Aparat do znieczulenia ogólnego (CPV: 331 72 100-7)

Poz. 88

Prosimy, o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie wymagał deklaracji zgodności aparatu z monitorem wydaną przez producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostarczenia deklaracji zgodności dla przedmiotu zamówienia, tj. aparatu do znieczulenia ogólnego (pkt I OPZ) wraz z wyposażeniem (pkt II OPZ) oraz dla monitora (pkt III OPZ) wraz z wyposażeniem (pkt IV OPZ). Zamawiający nie wymaga deklaracji potwierdzającej zgodność aparatu do znieczulenia z monitorem, jednak z uwagi na wymóg dostarczenia zestawu sprzęt musi być ze sobą kompatybilny.

Pytanie 3

Opis przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

PAKIET I: Aparat do znieczulenia ogólnego (CPV: 331 72 100-7)

Poz. 117

Prosimy, o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie wymagał pomiaru saturacji algorytmem Masimo rainbow SET?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga pomiaru saturacji algorytmem Masimo rainbow SET.

Pytanie 4

Opis przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

PAKIET I: Aparat do znieczulenia ogólnego (CPV: 331 72 100-7)

Poz. 123

Prosimy o wyjaśnienie, jakich przetworników do ciśnienia krwawego używa Zamawiający?

Odpowiedź:

Zamawiający używa przetworników do ciśnienia krwawego firmy Edwards Lifesciences numer ref PX260.

Pytanie 5

Projekt Umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności faktury do 30 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy.

Pytanie 6

Projekt Umowy

§8: Ust. 1 pkt 1 i 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych do 0,2 %?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy.

Pytanie 7

Projekt Umowy

§8:Ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie łącznej wysokości kar umownych do 10 %?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy.

Pytanie 8

Załącznik nr 5 umowa ppdo

Prosimy o wyjaśnienie, dlaczego Zamawiający wymaga zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. W przypadku dostawy aparatu do znieczulenia nie dojdzie do powierzenia przetwarzania danych osobowych. W umowie wskazano, że „Na warunkach określonych niniejszą umową Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie (w rozumieniu, jakie nadaje przetwarzaniu art. 4 pkt 2 RODO) opisanych w Umowie Głównej danych osobowych” – o jakie opisane w Umowie głównej dane osobowe chodzi?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tylko w przypadku, gdy w związku z realizacją umowy dostawy wymagane będzie powierzenie przetwarzania danych osobowych. Realizacja umowy dostawy, to również czynności serwisowe odbywające się w trakcie trwania gwarancji.

§ 10 ust. 5 projektu umowy jasno stanowi, że:

Jeżeli w związku z realizacją umowy wymagane będzie powierzenie przetwarzania danych osobowych strony zawrą odrębną umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych na potrzeby wykonywania niniejszej umowy głównej, której wzór określa załącznik nr 5 do niniejszej Umowy zgodnie z art. 28 RODO tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).