



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO  
KUJAWSKO-POMORSKIE

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Nr postępowania - ZPO:ZP/19/2019

## Pytania i odpowiedzi z 18.10.2019 r. do SIWZ

### Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

dotyczy: przetargu nieograniczonego dostawę sprzętu medycznego w ramach realizacji projektu RPKP.06.01.01-04-0097/17 pn. "Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu, przy ul. Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego" - ZPO:ZP/19/2019.

W związku z otrzymanymi zapytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

1. *Dotyczy Zadania 6 (ssak medyczny) – Czy Zamawiający dopuści ssak medyczny o przepływie 80 l/min., 19kg i wymiarach 45x35x84 cm?*

**Odpowiedź:** W Zał. 3/6 pkt. I.3. ustalamy przepływ w granicach: 55-80l/min. W pkt. I.5. ustalamy wagę: ≤ 19 kg. W pkt. I.4. podane wymiary to 460x850x420mm (szer./wys./głęb.) ± 30 mm, ale Zamawiający dopuszcza także wymiary 450x840x350mm (szer./wys./głęb.) ± 30 mm.

2. *Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 2 – „Nebulizator - zestaw do nebulizacji dla dorosłych z maską - 3 szt.” z pakietu nr 10 do oddzielnego pakietu. Umożliwi to złożenie większej ilości ofert wykonawcom, w tym wykonawcom będącym wyłącznym dystrybutorem sprzętu w Polsce?*

**Odpowiedź:** Nie wyrażamy zgody na wyłączenie pozycji nr 2 tj. – „Nebulizator - zestaw do nebulizacji dla dorosłych z maską - 3 szt.” z pakietu nr 10 do oddzielnego pakietu. Przedmiot zamówienia w postępowaniu został podzielony na 15 zadań z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i specyfiki przedmiotu zamówienia. W Zadaniu Nr 10 wyspecyfikowano 2 rodzaje (po 3 szt.) nebulizatorów o różnych parametrach technicznych, ale jest to sprzęt o zbliżonym przeznaczeniu i zastosowaniu. Dalsze dzielenie zamówienia spowoduje nadmierne i nieuzasadnione rozdrobnienie zamówienia.

3. *Zadanie nr 5 – Aparat EKG z wózkiem. Czy zamawiający dopuści aparat EKG:*

1) *Bez możliwości wysyłania dokumentacji medycznej na dowolną skrynkę email lub inny aparat EKG?*

2) *Z dużym (7”), kolorowym wyświetlaczem, bez funkcji dotykowej?*

3) *Z dostępnymi poziomami czułości: 5/10/20 mm/mV?*

4) *Bez funkcji detekcji stymulatora serca?*

5) *Bez dźwiękowej sygnalizacji wykrytych pobudzeń?*

**Odpowiedź:** Dla zachowania czytelności przytaczamy treść pięciu pytań oraz dotyczące ich odpowiedzi tj.:

*Czy zamawiający dopuści aparat EKG:*

1) *Bez możliwości wysyłania dokumentacji medycznej na dowolną skrynkę email lub inny aparat EKG?*

**Odp.:** Nie dopuszczamy.

2) Z dużym (7"), kolorowym wyświetlaczem, bez funkcji dotykowej?

**Odp.:** W Zał. 3/5 pkt. I. 3 a). poza określonym min. 7" dotykowym wyświetlaczem, dopuszczamy także min. 7" wyświetlacz bez funkcji dotykowej.

3) Z dostępnymi poziomami czułości: 5/10/20 mm/mV?

**Odp.:** W Zał. 3/5 pkt. I. 3 l) dopuszczamy poziomy czułości: 5/10/20 mm/mV.

4) Bez funkcji detekcji stymulatora serca?

**Odp.:** Nie wyrażamy zgody.

5) Bez dźwiękowej sygnalizacji wykrytych pobudzeń?

**Odp.:** Nie wyrażamy zgody.

4. Proszę o potwierdzenie ilości sztuk aparatów EKG tzn. zamówienie dotyczy 1 szt. czy 2 szt. Istnieje rozbieżność między załącznikiem cenowym, a specyfikacją parametrów technicznych, gdzie zapisane są 2 szt. aparatów EKG.

**Odpowiedź:** Potwierdzamy zaistnienie omyłki pisarskiej i rozbieżności w zapisach liczby sztuk zamawianego aparatu EKG. **Zamawiana liczba sztuk aparatu EKG to – 2 szt.**, czyli tak jak zapisano w pkt. I parametrów techniczno-użytkowych Załącznika Nr 3/5 do SIWZ.

W związku z zaistniałą omyłką pisarską dokonujemy poprawienia zapisu w n/w miejscach SIWZ:

1) **rozdział IV pkt 1.1. SIWZ:**

Jest: Zadanie Nr 5: aparat EKG z wózkiem - 1 szt.,

Zmienia się na: **Zadanie Nr 5: aparat EKG z wózkiem - 2 szt.**

2) **Załącznik Nr 1 do SIWZ (druk oferta – rozdział IV):**

Jest: Zadanie Nr 5: aparat EKG z wózkiem - 1 szt.,

Zmienia się na: **Zadanie Nr 5: aparat EKG z wózkiem - 2 szt.**

3) **Załącznik Nr 2/5 do SIWZ (Specyfikacja cenowa dotycząca dostawy z Zadania Nr 5):**

Jest: Specyfikacja cenowa dotycząca dostawy z Zadania Nr 5: aparat EKG z wózkiem - 1 szt.,

Zmienia się na: **Specyfikacja cenowa dotycząca dostawy z Zadania Nr 5: aparat EKG z wózkiem - 2 szt..**

4) **Załącznik Nr 3/5 do SIWZ (Specyfikacja parametrów techniczno-użytkowych - Zadanie Nr 5):**

Jest: Nazwa przedmiotu zamówienia: aparat EKG z wózkiem - 1 szt.,

Zmienia się na: **Nazwa przedmiotu zamówienia: aparat EKG z wózkiem - 2 szt.**

Prosimy o konieczne uwzględnienie w/w zmiany podczas przygotowywania i składania oferty.

W/w zmiany w zakresie poprawienia omyłki pisarskiej nie wywołują skutków w postaci potrzeby zmiany warunków udziału w postępowaniu i kwoty wadium w Zadaniu Nr 5, gdyż wszelkie ustalenia w tym zakresie były dokonywane z uwzględnieniem 2 szt. zamawianego aparatu.

Jednakże zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (poprawienie omyłki pisarskiej) w zakresie liczby sztuk zamawianego aparatu EKG, prowadzi także do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, gdyż w tym dokumencie doszło do wystąpienia analogicznej omyłki pisarskiej, a w tej sytuacji stosownie do treści art. 38 ust. 4a ustawy Pzp, Zamawiający przekazuje drogą elektroniczną Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji/sprostowanie – *treść przekazanej zmiany do ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej:* <https://platformazakupowa.pl/pn/zpotorun>

5. Dotyczy pakietu 9. Pulsoksymetr – 3 szt. pkt. 7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości pulsoksymetr z zakresem pomiarowym SpO<sub>2</sub>: 70-100%?

**Odpowiedź:** Nie dopuszczamy.

6. Dotyczy pakietu 9. Pulsoksymetr – 3 szt. pkt. 9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości pulsoksymetr z zakresem pomiarowym pulsu: 30-250bpm?

**Odpowiedź:** Nie dopuszczamy.

7. Dotyczy pakietu 9. Pulsoksymetr – 3 szt. pkt. 12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości pulsoksymetr bez funkcji monitorowania SPOT Check?

**Odpowiedź:** Nie dopuszczamy.

8. Czy Zamawiający dopuści **koncentrator tlenu** posiadający wagę – 16,3 kg oraz maksymalne ciśnienie wylotowe – 58,6 kPa? Reszta zgodna z wymogami Zamawiającego. Pragniemy zauważyć na wstępie, że opisane w niniejszym pytaniu parametry są znacznie lepsze niż wymagane w SIWZ. Waga naszego urządzenia jest mniejsza tj. 3,2 kg co znacznie poprawia mobilność urządzenia, a ciśnienie wylotowe tj. 58,6 kPa jest większe o 20,65 kPa co znacznie poprawia skuteczność przepływu tlenu przez dreny tlenowe.

**Odpowiedź:** W Zał. 3/7 pkt. I.5. parametr w zakresie wagi koncentratora zmieniamy na: 21,5 kg +/- 5,5 kg.  
W Zał. 3/7 pkt. I.9. parametr w zakresie ciśnienia wylotowego zmieniamy w granicach: 31 - 70 kPa.

#### **9. Zadanie 1. Łóżko wielofunkcyjne – 15 szt.**

Punkt 2 - Czy Zamawiający dopuści łóżko czterosegmentowe z czego trzy są ruchome wypełnione lekkimi PP wyprofilowanymi z otworami ?

Punkt 13 - Czy Zamawiający dopuści bariereki podzielone, gdzie pomiędzy podzielonymi barierekami zgodnie z normą musi być przerwa 25-80 mm ?

#### **Zadanie 1. Szafka przyłóżkowa – 30 szt.**

Punkt 7- Czy Zamawiający dopuści półkę na obuwie wykonaną z metalu ?

Punkt 8- Czy Zamawiający dopuści blat z możliwością regulacji kąta pochylecia, co poszerza możliwości wykorzystania szafki ?

Punkt 9 - Czy Zamawiający dopuści regulację blatu bocznego w zakresie 800-1140 mm, nieznacznie różniące się od wymaganego ?

**Odpowiedź:** Dla zachowania czytelności przytaczamy treść pięciu pytań oraz dotyczące ich odpowiedzi tj.:

Łóżko wielofunkcyjne – 15 szt. punkt 2 - Czy Zamawiający dopuści łóżko czterosegmentowe z czego trzy są ruchome wypełnione lekkimi PP wyprofilowanymi z otworami ?

**Odp.:** W Zał. 3/1 pkt. I.2. i II.2. dopuszczamy łóżko czterosegmentowe z czego trzy są ruchome wypełnione lekkimi PP wyprofilowanymi z otworami.

Łóżko wielofunkcyjne – 15 szt. punkt 13 - Czy Zamawiający dopuści bariereki podzielone, gdzie pomiędzy podzielonymi barierekami zgodnie z normą musi być przerwa 25-80 mm ?

**Odp.:** Podtrzymujemy treść parametru opisaną w Załączniku 3/1 do SIWZ.

Szafka przyłóżkowa – 30 szt. - punkt 7 - Czy Zamawiający dopuści półkę na obuwie wykonaną z metalu ?

**Odp.:** Nie wyrażamy zgody.

Szafka przyłóżkowa – 30 szt. - punkt 8 - Czy Zamawiający dopuści błąd z możliwością regulacji kąta pochylenia, co poszerza możliwości wykorzystania szafki ?

**Odp.:** Nie wyrażamy zgody. Funkcja ta jest nieprzydatna dla pacjentów i personelu naszego zakładu.

Szafka przyłóżkowa – 30 szt. - punkt 9 - Czy Zamawiający dopuści regulację biału bocznego w zakresie 800-1140 mm, nieznacznie różniące się od wymaganego ?

**Odp.:** W Zał. 3/1 pkt. III.9. dopuszczamy regulację biału bocznego w zakresie 800-1140 mm.

#### **10. Zadanie Nr 2 - Nazwa przedmiotu zamówienia: zestaw przeciwodleżynowy - 15 kpl.**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości materac przeciwodleżynowy o następujących parametrach:

Materac powietrzny przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy będący aktywnym wyrobem medycznym terapeutycznym w klasie II a.

Przeznaczony do profilaktyki i leczenia odleżyn wszystkich stopni (od I do IV).

Materac modułowy z możliwością wymiany każdego elementu.

Materac zbudowany z 20 odpinanych pojedynczo wymiennych komór rurowych poprzecznych wykonanych z nylonu i poliuretanu. Ostatnich 5 komór - specjalna sekcja na pięty wykonanych z poliuretanu.

Komory napełniające się powietrzem i opróżniane na przemian (co druga) w stałym cyklu 12 – minutowym.

Wysokość komór materaca 20 cm.

Materac zapewniający nacisk na ciało leżącego poniżej 32 mmHG przez cały czas pracy materaca.

Materac układany bezpośrednio na ramie łóżka i posiadający system mocowania.

Materac o wymiarach 200x90x20, dostosowany do standardowego szpitalnego łóżka.

Konstrukcja materaca umożliwiająca łatwe i szybkie usunięcie pojedynczych komór spod leżącego pacjenta.

Na wyposażeniu 2 szt dodatkowych zatyczek.

Materac wyposażony w uchwyty do mocowania na łóżku oraz w każdym narożu uchwyty do mocowania prześcieradła.

Materac wyposażony w oznaczoną funkcję CPR – podwójny zawór szybkiego spustu powietrza w czasie poniżej 15 sek., umiejscowiony od strony głowy pacjenta, w kolorze czerwonym dla łatwej identyfikacji.

Możliwość transportu pacjenta na materacu pozbawionym zasilania w czasie do 6 godz.

Na wyposażeniu materaca: węże powietrza zakończone szybko złączką, 2 zatyczki blokady powietrza.

Materac wyposażony w odpinany pokrowiec z okapnikiem, oddychający, przepuszczający parę wodną i powietrze, a nie przepuszczający cieczy (wodoodporny), z tkaniny rozciągliwej we wszystkich 4 kierunkach.

Spód materaca wykonany z tkaniny antypoślizgowej.

Materac w pokrowcu z możliwością mycia i dezynfekcji. Możliwość prania pokrowca w temp. 60°.

Pompa ze sterowaniem mikroprocesorowym wyposażona w:

- system pracy dostosowujący parametry pracy dla realizacji terapii odleżyn do IV stopnia (w skali czterostopniowej) włącznie,
- panel sterujący umożliwiający dokonywanie indywidualnych zmian ustawień funkcję regulacji ciśnienia w materacu w zakresie od 20 do 32mmHg (tzw. niskiego ciśnienia) co 5 mmHg.
- funkcję wyboru trybu statycznego i dynamicznego
- funkcję maksymalnego napełnienia wszystkich komór - funkcja pielęgnacyjna z automatycznym powrotem do pierwotnych ustawień po 15 min.
- alarm świetlny i dźwiękowy spadku ciśnienia, serwisowy oraz awarii zasilania- wyłącznik alarmu dźwiękowego
- blokada automatyczna funkcji
- wskaźnik gotowości materaca do pracy,
- podwójny wąż powietrza zakończony szybko złączkami
- filtr przeciwpyłowy
- zaczepy do zawieszania na ramie łóżka

Waga pompy 2,5 kg

Możliwość zawieszenia pompy na szczytce łóżka lub postawienia na płaskiej powierzchni

System przeznaczony dla pacjentów o wadze do 200 kg włącznie, bez wagi minimalnej

Waga materaca 6 kg.

Klasa II a, IP24

Materac spełniający obowiązujące normy niepalności PN EN 597-1 oraz PN EN 597-2.

**Odpowiedź:** Zadane pytania przez Wykonawcę mają szczególną i niespotykaną formę, gdyż całkowicie i jednoznacznie określają przedmiot zamówienia. Prosimy o skonkretyzowanie pytań w odniesieniu do przedmiotu zamówienia tj. konkretnych parametrów techniczno-użytkowych określonych przez Zamawiającego w Załączniku Nr 3/2 do SIWZ. Przesłane pytania są w istocie kompletnym określeniem wyrobów jakimi zapewne dysponuje Wykonawca i nie odnoszą w ogóle do parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia określonego przez Zamawiającego. Proszę o wskazanie w zapytaniach, o zmianę których konkretnie parametrów wnioskuje Wykonawca lub w których punktach wnioskuje o dopuszczenie innych parametrów. Proszę o skonkretyzowane zapytań poprzez odniesienie się do konkretnych parametrów techniczno-użytkowych (wskazać nr pozycji/punkty) przedmiotu zamówienia określonego przez Zamawiającego w Załączniku 3/2 do SIWZ.

Udzielenie dokładnych odpowiedzi na tak sformułowane zapytania jest niemożliwe, gdyż zapytania stanowią w istocie całkowite określenie przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, bez możliwości bezpośredniego odniesienia ich do parametrów przedmiotu zamówienia opisanego przez Zamawiającego. W konsekwencji uniemożliwi to obiektywną ocenę ofert zgodnie z SIWZ, zasadami uczciwej konkurencji oraz ustalonymi w postępowaniu kryteriami oceny ofert; może także doprowadzić do realizacji zamówienia całkowicie niezgodnego z faktycznymi potrzebami Zamawiającego. Prosimy o zadanie pytań stosownie do wskazań określonych powyżej, gdyż na zapytania zadane w powyższej formule i treści możemy udzielić jedynie negatywnej odpowiedzi, czyli nie akceptującej wyrobu opisanego całkowicie przez Wykonawcę.

### **11. Zadanie Nr 3 Nazwa przedmiotu zamówienia: zestaw przeciwodleżynowy - 17 kpl.**

*Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości materac przeciwodleżynowy o następujących parametrach:*

*Materac powietrzny przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy będący aktywnym wyrobem medycznym terapeutycznym w klasie II a.*

*Przeznaczony do profilaktyki i leczenia odleżyn wszystkich stopni (od I do IV).*

*Materac modułowy z możliwością wymiany każdego elementu.*

*Materac zbudowany z 20 odpinanych pojedynczo wymiennych komór rurowych poprzecznych wykonanych z nylonu i poliuretanu. Ostatnich 5 komór - specjalna sekcja na pięty wykonanych z poliuretanu.*

*Komory napelniające się powietrzem i opróżniane na przemian (co druga) w stałym cyklu 12 – minutowym.*

*Wysokość komór materaca 20 cm.*

*Materac zapewniający nacisk na ciało leżącego poniżej 32 mmHG przez cały czas pracy materaca.*

*Materac układany bezpośrednio na ramie łóżka i posiadający system mocowania.*

*Materac o wymiarach 200x90x20, dostosowany do standardowego szpitalnego łóżka.*

*Konstrukcja materaca umożliwiająca łatwe i szybkie usunięcie pojedynczych komór spod leżącego pacjenta.*

*Na wyposażeniu 2 szt. dodatkowych zatyczek.*

*Materac wyposażony w uchwyty do mocowania na łóżku oraz w każdym narożu uchwyty do mocowania prześcieradła.*

*Materac wyposażony w oznaczoną funkcję CPR – podwójny zawór szybkiego spustu powietrza w czasie poniżej 15 sek., umiejscowiony od strony głowy pacjenta, w kolorze czerwonym dla łatwej identyfikacji.*

*Możliwość transportu pacjenta na materacu pozbawionym zasilania w czasie do 6 godz.*

*Na wyposażeniu materaca: węże powietrza zakończone szybko złączką, 2 zatyczki blokady powietrza*

*Materac wyposażony w odpinany pokrowiec z okapnikiem, oddychający, przepuszczający parę wodną i powietrze, a nie przepuszczający cieczy (wodoodporny), z tkaniny rozciągliwej we wszystkich 4 kierunkach*

*Spód materaca wykonany z tkaniny antypoślizgowej.*

*Materac w pokrowcu z możliwością mycia i dezynfekcji. Możliwość prania pokrowca w temp. 60°.*

*Pompa ze sterowaniem mikroprocesorowym wyposażona w:*

*- system pracy dostosowujący parametry pracy dla realizacji terapii odleżyn do IV stopnia (w skali czterostopniowej) włącznie,*

*- panel sterujący umożliwiający dokonywanie indywidualnych zmian ustawień funkcję regulacji ciśnienia w materacu w zakresie od 20 do 32mmHg (tzw. niskiego ciśnienia) co 5 mmHg.*

*- funkcję wyboru trybu statycznego i dynamicznego*

*- funkcję maksymalnego napelnienia wszystkich komór - funkcja pielęgnacyjna z automatycznym powrotem do pierwotnych ustawień po 15 min.*

*- alarm świetlny i dźwiękowy spadku ciśnienia, serwisowy oraz awarii zasilania- wyłącznik alarmu dźwiękowego*

*- blokada automatyczna funkcji*

*- wskaźnik gotowości materaca do pracy,*

*- podwójny wąż powietrza zakończony szybko złączkami*

*- filtr przeciwpylowy*

*- zaczepy do zawieszania na ramie łóżka*

*Waga pompy 2,5 kg*

*Możliwość zawieszenia pompy na szczycie łóżka lub postawienia na płaskiej powierzchni*

*System przeznaczony dla pacjentów o wadze do 200 kg włącznie, bez wagi minimalnej*

*Waga materaca 6 kg.*

*Klasa II a, IP24*

*Materac spełniający obowiązujące normy niepalności PN EN 597-1 oraz PN EN 597-2.*


**Odpowiedź:** Zadane pytania przez Wykonawcę mają szczególną i niespotykaną formę, gdyż całkowicie i jednoznacznie określają przedmiot zamówienia. Prosimy o skonkretyzowanie pytań w odniesieniu do przedmiotu zamówienia tj. konkretnych parametrów techniczno-użytkowych określonych przez Zamawiającego w Załączniku Nr 3/3 do SIWZ. Przesłane pytania są w istocie kompletnym określeniem wyrobów jakimi zapewne dysponuje Wykonawca i nie odnoszą w ogóle do parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia określonego przez Zamawiającego. Proszę o wskazanie w zapytaniach, o zmianę których konkretnie parametrów wnioskuje Wykonawca lub w których punktach wnioskuje o dopuszczenie innych parametrów. Proszę o skonkretyzowane zapytań poprzez

odniesienie się do konkretnych parametrów techniczno-użytkowych (wskazać nr pozycji/punkty) przedmiotu zamówienia określonego przez Zamawiającego w Załączniku 3/3 do SIWZ.

Udzielenie dokładnych odpowiedzi na tak sformułowane zapytania jest niemożliwe, gdyż zapytania stanowią w istocie całkowite określenie przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, bez możliwości bezpośredniego odniesienia ich do parametrów przedmiotu zamówienia opisanego przez Zamawiającego. W konsekwencji uniemożliwi to obiektywną ocenę ofert zgodnie z SIWZ, zasadami uczciwej konkurencji oraz ustalonymi w postępowaniu kryteriami oceny ofert; może także doprowadzić do realizacji zamówienia całkowicie niezgodnego z faktycznymi potrzebami Zamawiającego. Prosimy o zadanie pytań stosownie do wskazań określonych powyżej, gdyż na zapytania zadane w powyższej formule i treści możemy udzielić jedynie negatywnej odpowiedzi, czyli nie akceptującej wyrobu opisanego całkowicie przez Wykonawcę.

Prosimy o uwzględnienie dokonanych zmian i udzielonych odpowiedzi w przygotowywanej i składanej ofercie.

Z poważaniem

DYREKTOR  
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego  
im. Ks. Jerzego Popiełuszki  
  
mgr Grażyna Smiarowska