

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

**Dotyczy postępowania**  
***Dostawa wyrobów medycznych***  
Znak sprawy: ZP/41/ZCO/2024

Działając zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

**Zestaw pytań nr 1**

**Pytanie nr 1**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu 1 poz. 2 i utworzenie dla tej pozycji niezależnego zadania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 2**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 12 poz. 1 - Zestaw do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową 6F i 8F lub 10F typu Pigtail (w zestawie igła, trokar, opaska, kołnierz, kateter), opakowanie: papier/folia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Zestaw pytań nr 2**

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający w Pakiecie 17 dopuści bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej i otrzewnej o składzie:

- igła Veressa ograniczająca ryzyko omyłkowego nakłucia płuca lub otrzewnej, igła Veressa posiada mandryn z atraumatycznym zakończeniem, który odsłania część nakłuwającą przy wprowadzaniu igły; zielony wskaźnik w uchwycie igły sygnalizuje wejście igły z cewnikiem do jamy opłucnej/otrzewnej. Igła Veressa jest wprowadzana w tylny port cewnika i punkcja jest wykonywana przy pomocy cewnika z umieszczoną w jego środku igłą Veressa
- cewnik przezskórny, poliuretanowy, rozmiar: 9CH / długość 14,6 cm lub 12 CH / 17,4 cm (do wyboru), z otworami bocznymi, z centymetrową skalą głębokości, widoczny w RTG, możliwość re-pozycjonowania cewnika
- cewnik jest zakończony układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi (zabezpieczającymi przed powrotem płynu lub powietrza do pacjenta); możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek (i możliwość drenażu grawitacyjnego, drenażu z podłączeniem mieszków niskociśnieniowych, drenażu poprzez podłączenie ssącego zestawu drenażowego); 2 wejścia luer-lock do podłączenia strzykawki, worka zbiorczego lub systemu odsysającego
- strzykawka luer lock 30 ml
- worek zbiorczy 2000 ml z kranikiem spustowym i zaworem odpowietrzającym
- skalpel z zabezpieczeniem przed zakłuciem
- łącznik luer-lock/stożkowy do podłączenia do aktywnego systemu drenażowego

Zestaw sterylny, zapakowany na tacce typu blister.

Powyższy zestaw był stosowany przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe.

### Zestaw pytań nr 3

#### **Pytanie nr 1**

Czy w Pakiecie nr 9 w poz. 13 powinny być zaoferowane szczoteczki cytologiczne, których efektywność została klinicznie zweryfikowana?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

#### **Pytanie nr 2**

Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na wydzielenie z Pakietu nr 9 poz. 13 do odrębnego pakietu. Pozostawienie pakietu w obecnym kształcie preferuje konkretne podmioty, ogranicza konkurencję wyłącznie do dużych hurtowni i eliminuje z możliwości uczestniczenia w postępowaniu podmioty wysoko wyspecjalizowane posiadające dużą wiedzę merytoryczną na temat oferowanych produktów i w sposób szczególny dbający o ich jakość. Dodatkowo wydzielenie z pakietu pozwoli na wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

#### **Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 13 miał na myśli próżnościąg położniczy jałowy, jednorazowego użytku do wspomaganego porodu, posiadający odpowiednio wyprofilowany uchwyt oraz atraumatyczną miseczkę w kształcie „grzybka” Ø miseczki 50mm wyginająca się o 90° w każdym kierunku lub atraumatyczną miseczkę w kształcie „dzwonu” (kielicha) Ø miseczki 64mm posiadająca miękkie, elastyczne krawędzie z pompą wytwarzającą stabilne, stałe podciśnienie przy minimalnym wysiłku, z łatwo dostępnym zaworem zwalniającym próżnię w postaci skrzydełek, z czytelnym wskaźnikiem próżni w kształcie zegara oraz z wbudowaną blokadą bezpieczeństwa eliminującą możliwość przekroczenia bezpiecznej wartości siły ciągu, co eliminuje konieczność jej stałej kontroli przez personel medyczny podczas porodu? Rodzaj miseczki do wyboru. Oferowany przez nas próżnościąg położniczy zapewnia lekarzowi bezpieczną i komfortową obsługę, a rodzącej kobiecie maksymalny komfort.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Treść udzielonych odpowiedzi stanowi integralną część SWZ.

Uwaga: Zamawiający informuje, iż Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić Formularz asortymentowo-cenowy (załącznik nr 1a do SWZ) zgodnie z udzielonymi odpowiedziami i adekwatnie do oferowanych produktów.

Zatwierdził  
Kierownik Zamawiającego