

Znak sprawy: ZPZ-83/12/23

Numer ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00570130/01

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Szpital Kliniczny MSWiA z Mazursko-Warmińskim Centrum Onkologicznym w Olsztynie, działając na podstawie przepisów art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia treść specyfikacji warunków zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Przystosowane istniejących pomieszczeń do wymiany akceleratora w bunkrze w budynku d na terenie sp zoz mswia z w-mco w Olsztynie.**

Pytanie:

Z ogólnego opisu inwestycji wynika, że w ramach inwestycji należy dokonać „wymiany drzwi do pracowni akceleratora oraz wykonanie wszelkich prac związanych z montażem drzwi i osłon radiologicznych – należy wykonać wg odrębnego opracowania dotyczącego osłon radiologicznych.” Prosimy o potwierdzenie czy faktycznie ma to zostać ujęte w ofercie. Jeśli tak, prosimy o przekazanie wspomnianego odrębnego opracowania.

Odpowiedź:

Dostawa i wymiana drzwi do pracowni akceleratora nie są przedmiotem niniejszego postępowania.

Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie otworu pod montaż drzwi osłonowych zgodnie z SWZ.

Powyższe należy uwzględnić przy składaniu oferty.

Komisja oceny ofert

.....