

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 9- Stenty do angioplastyki uwalniające lek antyproliferacyjny DES- do naczyń krętych i małych

Lp	Asortyment	parametry oferowane	j.m.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	Producent kod/nazwa własna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<p>Wymagane parametry techniczne: - DES kobaltowo-chromowy do leczenia bifurkacji z krótkim okresem DAPT, uwalniający substancję antyproliferacyjną Sirolimus platforma stentu: L605 CoCr, wycinana laserowo o budowie otwartokomórkowej, komórki połączone 2 konektorami co umożliwia znaczne poszerzenie oczka do bocznic, powierzchnia komórki stentu 4.57mm² (dla średnicy 3.0 mm) możliwość doprężenia stentu do 5,8 mm (dla średnic 3.5-4.0mm), grubość ścianki stentu: 80 um, montowany na balonie wysokociśnieniowym (RBP 16 Atm dla średnic do 3.0 mm i 14 Atm dla średnic 3,5 oraz 4,0 mm) profil wejścia 0,018", profil przejścia 0,044" (dla średnicy 3.0 mm), dawka leku: 3,9 ug / mm, biodegradowalny polimer: PDLLA-PCL pokrycie lekiem tylko od strony ściany naczynia, w technologii gradient, jednakowy okres uwalniania leku oraz degradacji polimeru : 3-4 miesiące, wymagany krótki czas podwójnej terapii przeciwplatekowej: 1 miesiąc potwierdzony w ulotce, długość systemu doprowadzającego 144 cm, średnica shaftu proksymalnego ≤ 2.0 Fr, średnica shaftu dystalnego 2.7 Fr, zakres długości: 9 - 38 mm zakres średnic: 2,25 - 4,0 mm Stent posiada 16 CE Marked Indications, Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 Fr</p>		szt.	680						

.....
Imię i Nazwisko Osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)