

SPECYFIKACJA TECHNICZNA**Stół operacyjny z wyposażeniem**

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, oferowane parametry lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
I. Informacje ogólne:			
1.	Producent.	podać	
2.	Model / typ oferowanego stołu operacyjnego.	podać	
3.	Rok produkcji 2018 lub 2019.	TAK	
4.	Stół operacyjny fabrycznie nowy, (wyklucza się demonstracyjny, re-kondycjonowany, używany).	TAK	
5.	Zasilanie bateryjne 24 V, ładowarka wbudowana w podstawę stołu.	TAK	
6.	Klasa wyrobu medycznego.	podać	
7.	Podstawa jezdna stołu z kołami antystatycznymi i z centralną blokadą.	TAK	
8.	Elementy konstrukcyjne zewnętrzne stołu oraz osłony wykonane ze stali nierdzewnej, ewentualnie silikonowe osłony przegubu – nie dopuszcza się obudowy wykonanej z tworzywa oraz konstrukcji z innych materiałów niż stal nierdzewna.	TAK	
9.	Miękkie, antystatyczne, bezszwowe materace o grubości min. 50 mm, wykonane z pianki poliuretanowej spienionej, odejmowane z blatu stołu. Materace z warstwą antybakteryjną. Materace płaskie bez zagłębień, powierzchnia gładka. Nie dopuszcza się materacy mocowanych do blatu za pomocą rzepów.	TAK	
10.	Konstrukcja stołu i jego części zapewnia skuteczne czyszczenie i dezynfekcję oraz odporność na wnikanie i przenikanie cieczy.	TAK	
11.	Mycie i dezynfekcja wszystkich elementów stołu wraz z wyposażeniem ogólnodostępnymi środkami dezynfekcyjnymi. Nie dopuszcza się ograniczenia do zastosowania w zakresie mycia i dezynfekcji tylko jednego preparatu handlowego.	TAK	
II. Parametry szczegółowe:			
1.	Długość stołu z blatem min. 2100 mm.	TAK	
2.	Szerokość leża min. 500 mm	TAK	
3.	Maksymalne obciążenie leża stołu min.: 250 kg	TAK	
4.	Blat stołu wyposażony na całej długości w tunel na kasetę RTG lub Segmenty blatu wyposażone są w tunel do użycia tacy do wykonywania zdjęć RTG, znajdujący się w segmencie zagłówka, oparcia i siedziska.	TAK	
5.	Płyta stołu przezierna dla promieni RTG z możliwością swobodnej współpracy z aparatem RTG z ramieniem C.	TAK	
6.	Blat stołu składający się z: <ul style="list-style-type: none"> • podglówka o szerokości blatu • segmentu oparcia pleców, • segmentu siedziska, • segmentu nóg – dzielonego na dwie nogi. 	TAK	
7.	Funkcje stołu realizowane przy pomocy siłowników elektrohydraulicznych sterowanych pilotem: <ul style="list-style-type: none"> • regulacja wysokości blatu (bez materaca) w zakresie min.: (720 – 1100 mm) • przechyły boczne w zakresie min: +/- 20°, • przechyły wzdłużne (Trendelenburga i anty-Trendelenburga) 	TAK	

	<p>w zakresie min: +/- 25°,</p> <ul style="list-style-type: none"> • regulacja pozycji flex/reflex w zakresie min.: 215°/105°, • regulacja kąta nachylenia oparcia pleców w zakresie min: +70°/-35°, • poziomowanie blatu - jeden przycisk na pilocie, 		
8.	Awaryjna regulacja wysokości blatu, przechyłów bocznych i wzdłużnych blatu, za pomocą nożnej pompy hydraulicznej.	TAK	
9.	<p>Funkcje stołu realizowane ręcznie (mechanicznie):</p> <ul style="list-style-type: none"> • przesuw wzdłużny blatu min.: 300 mm, • regulacja (bezstopniowa) podnóżków góra/dół w zakresie min.: +20°/-90°, • odwodzenie każdego podnóżka (rozchylenie na bok na zewnątrz) o kąt 90°, • regulacja podglówka w zakresie min.: +40°/-40° <p>Regulacja segmentów nóg oraz segmentu podglówka z wykorzystaniem sprężyn gazowych.</p>	TAK	
10.	Podglówek oraz podnóżki odejmowane.	TAK	
11.	Pilot przewodowy lub bezprzewodowy z funkcjami stołu oraz obrazujący stan naładowania baterii.	TAK	
12.	<p>Pilot zabezpieczony osłoną z gumy przeciw uderzeniom i uszkodzeniom.</p> <p>lub</p> <p>Pilot wykonany z materiałów wysokiej jakości odporny na uszkodzenia.</p>	TAK	
13.	Dodatkowy panel sterujący z funkcjami takimi, jak na pilocie (dopuszcza się bez funkcji „0”). Panel umieszczony na kolumnie od strony głowy pacjenta lub z boku. Powierzchnia panelu zmywalna oraz równa z powierzchnią podstawy stołu.	TAK	
14.	Blat wyposażony w listwy umożliwiające montaż wyposażenia (na wszystkich segmentach stołu).	TAK	
III.	Wyposażenie:		
1.	Podpórka ręki – 2 szt. z paskami mocującymi na rzep – po 2 szt. na każdą podpórkę.	TAK	
2.	Ramka ekranu anestezyjologicznego – 1 szt.	TAK	
3.	Podnóżek czteroczęściowy z dodatkowym łamaniem, umożliwiający wykonanie zgięcia kolanowego.	TAK	
4.	Uchwyty wielopozycyjne niezbędne do zamontowania wyposażenia do stołu. Konstrukcja uchwytów umożliwiająca ich założenie zarówno wzdłuż listwy jak i „od góry” listwy (montaż na listwę pomiędzy 2 inne wcześniej zamontowane uchwyty bez konieczności ich demontowania) – 7 szt.	TAK	
IV.	Dokumentacja:		
1.	Instrukcja obsługi w języku polskim - dostarczyć wraz z stołem operacyjnym.	TAK	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)