

Tarnów, dnia 17.04.2020r.

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG.271.14 .KK.1648 /20

Dot. Przetarg nieograniczony – SPRZĘT MEDYCZNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 12.03.2020r. Zamawiający wyjaśnia:

Dotyczy części nr 121

PYTANIE 1.:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 igły ze szlifem Hubera, zagięte pod kątem 90°, bez drenu, różne kolory główek pozwalające na szybkie określenie rozmiaru igły; dostępne w rozmiarach: 22G: 13, 25, 38mm; 20G: 13, 19, 25, 38mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

PYTANIE 2

Czy Zamawiający w pozycji 2 i 3 dopuści igły ze szlifem Hubera do długich przetoczeń o następujących parametrach:

- z drenem o długości min.20cm w kolorze innym niż przezroczysty dla odróżnienia od zwykłych igieł Hubera
- z klipsem do przerw w infuzji, z oznaczeniem maksymalnej prędkości przepływu i ciśnienia
- z kodowaniem rozmiarów za pomocą koloru zacisku,
- z wygodnymi, odpinanymi skrzydełkami,
- z korpusem wykonanym z przejrzystego materiału, pozwalającego na ciągłą obserwację miejsca wkłucia,
- z miękką poduszką do strony kontaktu ze skórą pacjenta,
- o rozmiarach 19-20G,
- o długościach 16-32mm,
- przeznaczone do ciśnienia min. 300psi
- z mechanizmem zabezpieczającym przed samozakłuciem w postaci dźwigni, sygnalizującej „kliknięciem” bezpieczną pozycję igły podczas wyjmowania

Odp. Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

PYTANIE 3

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści igła ze szlifem Hubera do długich przetoczeń o następujących parametrach:

- z przezroczystym drenem o długości min.20cm, z dwoma klipsami do przerw w infuzji,
- z wygodnymi, sztywnymi i odpinanymi skrzydełkami,
- z korpusem wykonanym z przejrzystego materiału, pozwalającego na ciągłą obserwację miejsca wkłucia,
- z miękką poduszką do strony kontaktu ze skórą pacjenta, , z medycznej pianki, o grubości min. 4mm, zespolona z korpusem igły
- o rozmiarach 19-22G,
- o długościach 19-32mm,
- z kodowaniem rozmiarów za pomocą koloru zacisku,
- z mechanizmem zabezpieczającym przed samozakłuciem w postaci uchyłnej dźwigni, sygnalizującej słyszalnym „kliknięciem” bezpieczną pozycję igły podczas jej wyjmowania
- z bezigłowym portem bocznym

- dreny z PVC typu non-DEHP

Odp. Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

PYTANIE 4

Prosimy o wydzielenie pozycji 5 do odrębnego pakietu. Umożliwi to złożenie oferty większej liczbie oferentów i pozwoli Zamawiającemu na wybranie najkorzystniejszej cenowo oferty.


Odp. Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Otrzymują:

1/ Adresat

2/ A/a


DYREKTOR
SZPITALA WOJEWODZKIEGO
im. Sw. Lukasa SP ZOZ w Tamowie

Anna Czech