

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
ul. Limanowskiego 20/22  
63-400 Ostrów Wielkopolski

Ostrów Wielkopolski, dnia 02.02.2024 r.

**Otrzymują:**

- strona prowadzonego postępowania  
<https://platformazakupowa.pl/transakcja/879568>

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę odczynników do badań koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora głównego i zastępczego.  
Oznaczenie sprawy: FDZP.226.03.2024**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podst. art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r - Prawo zamówień publicznych, udziela następujących wyjaśnień:

1. Dotyczy Załącznika nr 1A do SWZ, pkt.1 dla aparatu głównego

Czy ze względu na fakt, iż postępowanie przetargowe zostało ogłoszone w styczniu 2024 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nowego aparatu wyprodukowanego w 2023 r.?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza również.

2. Dotyczy Załącznika nr 1A do SWZ, pkt. 21 dla aparatu głównego i pkt. 12 dla aparatu zastępczego.

Czy Zamawiający, wymagając analizatora głównego i zastępczego, wydłuży czas reakcji serwisu do max. 8 godz. w dni robocze w przypadku awarii jednego z aparatów?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ

3. Dotyczy Załącznika nr 1A do SWZ, pkt. 22

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane analizatory należy wyłącznie podłączyć do systemu LIS Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

W związku z powyższym pytaniem, Zamawiający modyfikuje błędny zapis w § 2 ust 1. lit c) wzoru umowy na dzierżawę- załącznik nr 2a do SWZ i nadaje mu następujące brzmienie:

„ c) Podłączenia analizatora głównego do systemu LSI, HIS funkcjonującego w Laboratorium Szpitala”

oraz dodaje do § 2 ust 1. wzoru umowy na dzierżawę- załącznik nr 2a do SWZ, lit d) w następującym brzmieniu:

„d) Podłączenia analizatora zastępczego do systemu LSI, HIS funkcjonującego w Laboratorium Szpitala, wyłącznie w sytuacji awarii analizatora głównego, w terminie ustalonym z Kierownikiem Laboratorium Szpitala”

Zamawiający załącza zmodyfikowany załącznik nr 2a do SWZ .