



Radom, dnia 29.07.2021r.

BZP.271.1.257.2021.AP

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasta Radomia

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: postępowania na zakup pomocy dydaktycznych (mikroskopy, odczytniki chemiczne, spektrofotometr) w ramach projektu pn. „Zawodowy krok w przyszłość”, ogłoszonego 26.07.2021 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie <https://ezamowienia.gov.pl/pl/> pod numerem: 2021/BZP 00126272/01 oraz udostępnionego na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/transakcja/482576>

Zamawiający informuje, iż w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021r. poz. 1129) Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

PYTANIE 1:

„Jaki ma być typ głowicy zastosowany w mikroskopie. Monokularowy ,w którym będzie zainstalowana kamera. Czy ma być głowica ,w której tor wizyjny będzie nie zależ od głównego okularu. Oczywiście mikroskop z osobnym torem wizyjnym jest droższy. Proszę o określenie ,właściwej opcji”.

ODPOWIEDŹ 1:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający wyjaśnia, że nie określa wskazanego w pytaniu parametru, nie ograniczając tym samym Wykonawcom możliwości złożenia ofert w przedmiotowym postępowaniu. Zaoferowany sprzęt, powinien spełniać określone przez Zamawiającego parametry. Jednocześnie Zamawiający opisując parametry żądanego mikroskopu określił je w taki sposób, aby nie sugerowały określonego modelu mikroskopu.

PYTANIE 2:

Czy Zamawiający wymaga, aby cyfrowa kamera mikroskopowa była wbudowana tzn. nie odemowalna od nasadki binokularowej?

ODPOWIEDŹ 2:

Odpowiedź została udzielona przy pytaniu nr 1.

PYTANIE 3:

Jakie powiększenia obiektywów w zestawie? Standardowy zakres powiększeń w mikroskopach wynosi od 40 do 1000x.

ODPOWIEDŹ 3:

Zamawiający wyjaśnia, że w Rozdziale V SWZ określił minimalny zakres powiększania tj.: x40-2000. Jeżeli Zamawiający wymagałby innego zakresu powiększenia określiłby go jako minimalny.

PYTANIE 4:

Ilu gniazdowa ma być miska rewolwerowa?

ODPOWIEDŹ 4:

Odpowiedź została udzielona przy pytaniu nr 1.

PYTANIE 5:

Jaka wartość działki elementarnej na pokrętle mikro/makro?

ODPOWIEDŹ 5:

Odpowiedź została udzielona przy pytaniu nr 1.

PYTANIE 6:

Jakie powiększenia okularów i jakie pole widzenia dla danego okularu?

ODPOWIEDŹ 6:

Odpowiedź została udzielona przy pytaniu nr 1.

PYTANIE 7:

Czy mikroskop ma mieć możliwość rozbudowy w przyszłości o inne techniki obserwacyjne np. ciemne pole, prostą polaryzację i kontrast fazowy?

ODPOWIEDŹ 7:

Odpowiedź została udzielona przy pytaniu nr 1.

PYTANIE 8:

Czy oprogramowanie kamery ma umożliwiać pomiary i w związku z tym czy w zestawie z mikroskopem nie powinno być szkiełko mikrometryczne 0,01 mm do kalibracji powiększenia i pomiarów?

ODPOWIEDŹ 8:

Odpowiedź została udzielona przy pytaniu nr 1.

PYTANIE 9:

czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie było w j. polskim?

ODPOWIEDŹ 9:

Odpowiedź została udzielona przy pytaniu nr 1.



PYTANIE 10:

Czy Zamawiający wymaga, aby instrukcja dotycząca mikroskopu i oprogramowania była w j. polskim.

ODPOWIEDŹ 10:

Odpowiedź została udzielona przy pytaniu nr 1.

PYTANIE 11:

Czy instrukcje mają być drukowane?

ODPOWIEDŹ 11:

Odpowiedź została udzielona przy pytaniu nr 1.

PYTANIE 12:

czy stolik mikroskopowy ma umożliwiać zamocowanie jednocześnie dwóch preparatów czy wystarczy jeden preparat?

ODPOWIEDŹ 12:

Odpowiedź została udzielona przy pytaniu nr 1.

PYTANIE 13:

Jaki minimalny zakres rozstawu źrenic?

ODPOWIEDŹ 13:

Odpowiedź została udzielona przy pytaniu nr 1.

PYTANIE 14:

Czy zmianę wysokości kondensora zmieniamy poprzez obrót pokrętła?

ODPOWIEDŹ 14:

Odpowiedź została udzielona przy pytaniu nr 1.

PYTANIE 15:

Czy kondensator powinien posiadać gniazdo filtrów?

ODPOWIEDŹ 15:

Odpowiedź została udzielona przy pytaniu nr 1.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Aneta Ćwiklińska
Kierownik Biura Zamówień Publicznych

Sprawę prowadzi:

Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Radomiu, 26-610 Radom, ul. Kilińskiego 30 (wejście od ul. Żeromskiego 53 - p. 189-191), tel.: 48 36 20 876, e-mail: bzp@umradom.pl