



Nr postępowania: WIM/ZP/5/2022

WYJAŚNIENIE NR 2 TREŚCI DO ZAPROSZENIA SKŁADANIA OFERT

Działając na podstawie **art. 284 ust 1 i 2** ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, że w dniu 22.04.2022 r. wpłynęły pytania w postępowaniu, na:

„dostawę mikroskopu laboratoryjnego”

o treści:

Pytanie 1:

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oferowany mikroskop powinien posiadać wyjście na kamerę (tzw. głowica trinokularowa)? Specyfikacja nie definiuje tego parametru.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż mikroskop nie musi posiadać wyjścia na kamerę (tzw. głowica trinokularowa).