



Szp/FZ – 55/496/2021

Wrocław, dnia 29.09.2021r.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73a, działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: **dostawa materacy przeciwodleżynowych wózków transportowych, wanny do hydromasażu, stołu operacyjnego oraz stołu rehabilitacyjnego**

#### INFORMACJA NR 4

Pytanie nr 1 - zadanie nr 1 materace przeciwodleżynowe - 6 szt.

Ad. Lp. 8. Czy Zamawiający dopuści do postępowania materac zbudowany z 20-22 komór: 17-18 komór poprzecznych, na których leży pacjent i 2-4 komór podnoszących (wchodzących w skład systemu rotacji/przechyłów pacjenta). Ze względu na stabilność materaca nie dopuszcza się komór podnoszących ułożonych warstwami jedna nad drugą. Wszystkie komory materaca wykonane z elastycznego, nie usztywnionego poliuretanu zapewniającego wieloletnie użytkowanie.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.**

Pytanie nr 2 - zadanie nr 2 materac przeciwodleżynowy z funkcją przechyłu - 10szt.

Ad. Lp. 5. Czy Zamawiający dopuści materac wyposażony w dodatkową funkcję przechyłów bocznych i rotacji pacjenta, możliwość przechyłu/rotacji jednostronnej lub obustronnej. Możliwość regulacji czasu rotacji w zakresie 10-25 minut modulem nie większym niż 5 minut?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.**

Pytanie nr 3 - zadanie nr 2 materac przeciwodleżynowy z funkcją przechyłu - 10szt.

Ad. Lp. 8. Czy Zamawiający dopuści do postępowania materac zbudowany z 22-24 komór: 20 komór poprzecznych, na których leży pacjent i 2-4 komór podnoszących (wchodzących w skład systemu rotacji/przechyłów pacjenta). Ze względu na stabilność materaca nie dopuszcza się komór podnoszących ułożonych warstwami jedna nad drugą. Wszystkie komory materaca wykonane z elastycznego, nie usztywnionego poliuretanu zapewniającego wieloletnie użytkowanie.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.**

Pytanie nr 4 - zadanie nr 2 materac przeciwodleżynowy z funkcją przechyłu - 10szt.

Ad. Lp. 9. Czy Zamawiający dopuści do postępowania system gdzie poprzeczne komory zmiennociśnieniowe materaca umieszczone w rzędach napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian (co druga) w cyklu o regulowanym czasie 10/15/20/25 minut. Komory w sekcji głowy stale napełnione powietrzem?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.**

Z-ca Kierownika Działu  
Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

*mgr inż. Jacek Banaszak*

Z upoważnienia Dyrektora  
Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacji

*mgr Ewa Czerniak*

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.