

wielkopolskie centrum onkologii

ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
tel. (+48-61) 885 05 00, fax 61 852 19 48
dyrektor 61 885 07 00

Poznań, dnia 19.08.2021

EZ/37/2021/534

Wg rozdzielnika:

do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne nr 37/2021

dotyczy: **Zakup i dostawa sprzętu medycznego – 36 pakietów.**

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), udziela odpowiedzi i dokonuje zmian treści SWZ w następującym zakresie:

Pytanie 1

Pakiet nr 19. Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo personelu i pacjentów oraz zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania system do odsysania konkurencyjnego producenta o następujących cechach: Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest uniwersalny (także do zabiegów ortopedycznych): gładki, kątowy i rozszerzający się, przez co dostosowany jest do drenów o różnej średnicy, nie jest obrotowy, ponieważ obrotowy jest cały wkład, w tym sensie, że można go umieścić w kanistrze w dowolnej pozycji i tym samym skierować króciec w stronę pacjenta. Wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, w dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu oraz szeroki port do aplikowania środka żelującego. Ochrona przeciw bryzgowi przed wcześniejszym zamknięciem filtra (oraz zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się wydzieliny do pacjenta) następuje dzięki wewnętrznemu wyprofilowaniu w postaci zastawki plastikowej dzielącej od spodu pokrywę na trzy komory. Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania. Wkłady okrągłe, wykonane z polietylenu, wkłady częściowo sprasowane, wymiana wkładów po odłączeniu drenu ssania z pokrywy wkładu, bez odłączania od źródła ssania. Wkłady oraz kanistry występują o pojemności 1000ml, 2000ml, 3000ml. Kanistry (okrągłe, przezroczyste), kompatybilne z oferowanymi wkładami, ze skalą pomiarową, z możliwością mycia ręcznego, mechanicznego, z możliwością sterylizacji w temp. 121st.C, wyposażone są w zaczep do mocowania na standardowych wieszakach do szyn MODURA. Na każdym wkładzie fabrycznie nadrukowana data ważności i numer serii. Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkowania. Zgoda Zamawiającego umożliwi zaoferowanie systemu najnowocześniejszego na rynku, ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196).

Deklarujemy bezpłatne wyposażenie oddziałów w kompatybilne pojemniki (o właściwościach antybakteryjnych) wielorazowego użytku oraz uchwyty, w przypadku wybrania naszej oferty.

Odpowiedź: Nie, nie dopuści. Zamawiający wymaga wkładów z żelem, a nie pokrywy z „szerokim portem do aplikowania środka żelującego”. Pokrywy wkłady z dwoma portami – portem pacjenta i portem do podłączenia szeregowego, a nie „dwa króćce (pacjent, próżnia)” oraz wymaga wkładów w systemie wymiany bez konieczności odłączania źródła próżni.

Dodatkowo Zamawiający wymaga (po wyborze oferty), na czas trwania umowy wyposażenia 40 stanowisk w akcesoria umożliwiające użytkowanie wkładów (a nie deklaracji).

Pytanie 2

Dotyczy pakietu 30

1. Czy Zamawiający dopuści: sterylny zestaw osłony na głowicę USG wraz z żelem: fałd osłony foliowej z naklejką, osłona na głowicę USG w rozmiarze 15x 120 cm, na osłonie zaznaczone miejsce włożenia dłoni z naklejką, osłona posiada pasek adhezyjny – nie zmienia jakości obrazowania, żel sterylny do USG, dwa rodzaje dwupunktowych mocowań osłony do głowicy, serwetka rozmiar 40x40 cm?

Odpowiedź: Nie, nie dopuści, zamawiający wymaga osłony bezlateksowej, sterylnej, z opaską gumową, taśmami, paskami oraz żelem.

2. Czy Zamawiający dla przedmiotu zamówienia z pakietu 30, będzie wymagał by Sterylny zestaw osłony na głowicę USG wraz z żelem posiadał pasek adhezyjny, który poprawia komfort i jakość wykonywania procedur medycznych przy użyciu aparatu USG przez użytkownika nie zmieniając jakości obrazowania?

Odpowiedź: Dopuszcza, nie wymaga, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pytanie 3

Dotyczy pakietu 16 poz. 3

Bardzo prosimy o doprecyzowanie w pakiecie 16 poz.3 ilości protez głosowych. W opisie przedmiotu zamówienia widoczna jest informacja o 200 szt. natomiast w kolumnie „ilość” jest informacja o zapotrzebowaniu na 250 szt. protez głosowych.

Odpowiedź: Ilość protez głosowych – 250 szt.

Pytanie 4

Pakiet nr 8

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki wykonane w 100% z silikonu, który eliminuje zapadanie się ścian cewnika oraz znacznie zmniejsza liczbę powikłań. Nie zawiera lateksu. Zalecany w sytuacjach, gdy odsysanie lub karmienie konieczne jest przez dłuższy czas (nie dłużej niż 30 dni). Cztery otwory boczne naprzemianległe ograniczają traumatyzację błony śluzowej przewodu pokarmowego. Końcówka cewnika zamknięta, zaoblona - (znacznik rtg) umożliwia szybkie założenie go przez nos lub drogi pokarmowe. Przezroczysty konektor bez zatyczki, Zgłębnik występuje w 4 rozmiarach: 14, 16, 18, 21. Długość zgłębnika: 125 cm. Znacznik RTG na całej długości zgłębnika. głębokości: od 45 cm co 5 cm do 75?

Odpowiedź: Nie, nie dopuści. Zamawiający wymaga zgłębnika z przezroczystym konektorem z zatyczką, na łączniku której będzie podany rozmiar zgłębnika. Dodatkowo znacznik głębokości występuje w innych niż wymagane przez Zamawiającego rozmiarach.

Pakiet nr 9

Czy Zamawiający dopuści zestaw do jejunostomii, w składzie: m.in. silikonowy cewnik, całkowicie kontrastujący w Rtg – 60 cm o średnicy 2,0 x 3,2 mm, wprowadzacz typu desilet, igła typu Alene 10 Fr, końcówka uciskowa, igła punkcyjna 17 G 98mm oraz dwa łączniki żeńsko- żeńskie Luer-lock?

Odpowiedź: Nie, nie dopuści. Zamawiający wymaga cewnika z poliuretanu o długości 80 cm oraz zestawu opisanego w SIWZ.

Pytanie 5

Pytanie dotyczy pakietu 31 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty zawierającej pętlę do polipektomii o długości 230 cm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź:

Nie, nie dopuści. Zamawiający wymaga długości 240 cm.

Pytanie 6

1. Pakiet 9 poz. 1: Czy zamawiający dopuści produkt Freka FKJ/FCJ 9CH - Zestaw do śródściennej chirurgicznej jejunostomii, przeznaczony do długotrwałego żywienia dojelitowego. Wykonany z poliuretanu, o długości 75 cm, średnicy zewnętrznej 2,9 mm, średnicy wewnętrznej 1,9 mm, z podziałką. Wolny od lateksu i DEHP. Dopuszczenie produktu pozwoli zwiększyć konkurencyjność i zwiększyć liczbę oferentów.

Odpowiedź: Nie, nie dopuści. Zamawiający oczekuje zestawu 8 ch (nie 9 ch) oraz zestawu niezbędnych akcesoriów (opisanych w SWZ) do jego założenia.

2. Dotyczy § 5 ustęp 10 umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesyłanie faktur wyłącznie w formie elektronicznej, w formacie PDF? Prosimy o podanie adresu poczty elektronicznej Zamawiającego, na który powinny być przesyłane faktury wykonawcy.

Odpowiedź: Zgodnie z § 5 ustęp 10 umowy Zamawiający dopuszcza zarówno formę papierową jak i elektroniczną. Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej, w formacie PDF na adres: faktury@wco.pl

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści w **pakiecie nr 31 pozycja 2** pętla dedykowana tylko do polipektomii na zimno, owalna, 10 mm, sztywna, osłonka 2,3 mm, długość 230 cm, do kanału roboczego 2,8 mm.

Odpowiedź: Nie, nie dopuści. Zamawiający wymaga długości 240 cm.

Pytanie 8

1. Dotyczy § 6 ust. 1 pkt a) wzoru umowy (załącznik nr 4 do SWZ)

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kar umownych do 0,2% wartości brutto opóźnionego zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie wysokości kar umownych.

2. Dotyczy § 6 ust. 1 pkt b)-c) wzoru umowy (załącznik nr 4 do SWZ)

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kar umownych do 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie wysokości kar umownych.

3. Dotyczy Pakietu 32, Załącznik nr 2 do SWZ

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość dodania w Formularzu cenowym kolumny z liczbą sztuk w opakowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość dodania takiej kolumny, ale nie wymaga.

4. Dotyczy § 9 ust. 2 Wzoru Umowy (załącznik nr 4 do SWZ)

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu: „Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy i rozwiązania jej ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do prawidłowego wykonania umowy, w przypadku:”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego zapisu do brzmienia jak powyżej.

5. Dotyczy §2 ust. Wzoru Umowy (załącznik nr 4 do SWZ)

Zwracamy się z prośbą o ujednoczenie zapisu umowy: „Dostawy asortymentu będą realizowane w okresie 24 miesięcy”, zgodnie z Rozdziałem VIII SWZ

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany zapisu §2 ust. 2 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie: „Dostawy asortymentu będą realizowane w okresie 24 miesięcy od dnia... do dnia... lub do wyczerpania całkowitej wartości umowy wskazanej w §5 ust.1”, zgodnie z Rozdziałem VIII SWZ.

6. Pakiet 32 Poz. 1.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie czy zamawiający wymaga aby oferowana strzykawka była wpisana w menu pomp infuzyjnych które posiada zamawiający?

Odpowiedź: Tak, zamawiający wymaga, by strzykawka znajdowała się na liście strzykawek znajdujących się w menu i obsługiwanych przez posiadane przez zamawiającego pompy firmy Medima.

Pytanie 9

Czy Zamawiający w pakiecie 29 dopuści: Poz. 2 worek zgodny z opisem, pojemność 725 ml.

Odpowiedź: Tak, dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień pełnych opakowaniach handlowych (worki stomijne pooperacyjne pakowane po 5 szt. w opakowaniu handlowym)?W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się na Węgrzech skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego.

Odpowiedź: tak, Zamawiający dopuszcza.

Z towarem dostarczamy dokument WZ, natomiast faktura w wersji papierowej jest przesyłana z biura listem poleconym priorytetowym – w praktyce zbiega się to z czasem dostawy.

Jesteśmy także w stanie dostarczyć fakturę w wersji pdf na podany adres mailowy Zamawiającego. W przypadku aprobaty tej formy prosimy o podanie adresu mailowego.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wysyłania faktury osobno nie wraz z towarem, gdyż w przypadku naszej firmy towary wysyłany jest z Magazynu na Węgrzech natomiast faktury z biura z Warszawy co uniemożliwia wysyłania towar i faktury razem. Do każdej dostawy dołączony jest dokument WZ, faktura dostarczana jest w ciągu 48 godzin (list polecony priorytetowy). Istnieje możliwość przesyłania skanu faktury (pdf) na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak zamawiający dopuszcza. Adres mailowy: faktury@wco.pl

Pytanie 10

Pakiet 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończyne z laminatu dwuwarstwowego o wymiarach 30 x 80 cm (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 56g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, odporność na rozrywanie na mokro / sucho 95 / 108 kPa. W komplecie 1 taśma samoprzylepna z włókniny spunlace 68g/m² w rozmiarze 10 x 50 cm.

Odpowiedź: Nie, nie dopuści. Zamawiający wymaga dwóch taśm lepnych w komplecie.

Pakiet 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy z 3 otworami bocznymi i skalowaniem od 45 do 90 cm co 1 cm, numeryczne co 5 cm, w którym czas stosowania nie powinien być dłuższy niż 29 dni?

Odpowiedź: Nie, nie dopuści, zamawiający wymaga zgłębnika z 4 otworami bocznymi.

Pakiet 12, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przedłużacze o długości 45cm zamiast 90cm, lub tylko o długości 150cm?

Odpowiedź: Nie, nie dopuści – wymaga przedłużaczy długości 90 cm oraz 150 cm.

Pakiet 12, pozycje 1 - 2

Czy Zamawiający dopuści przedłużacze o średnicy wewnętrznej 1,24mm?

Odpowiedź: Nie, nie dopuści.

Pakiet 13, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik o długości 40 cm?

Odpowiedź: Nie, nie dopuści, Zamawiający określił przedział wymaganej długości cewnika, a proponowana długość nie mieści się w tym przedziale.

Pakiet 18

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne, lateksowe, w systemie podwójnego rękawiczowania, bezpudrowe, polimerowane. Dwie pary rękawic w opakowaniu: rękawica spodnia w kolorze zielonym z wewnętrzną warstwą nawilżającą - aloesową i rękawica wierzchnia w kolorze naturalnego lateksu, mankiet rolowany, zewnętrzna powierzchnia rękawicy wierzchniej antypoślizgowa, rękawicy spodniej – gładka. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa i środek ochrony indywidualnej kat. III. Grubość ścianki rękawic: palec - rękawica spodnia $0,18 \pm 0,03$ mm, rękawica wierzchnia $0,21 \pm 0,02$ mm, dłoń - rękawica spodnia min 0,10mm, rękawica wierzchnia $0,17 \pm 0,02$ mm, mankiet - rękawica spodnia min 0,10mm, rękawica wierzchnia $0,16 \pm 0,02$ mm, długość min 280 mm. Siła zrywu przed starzeniem min 11N, po starzeniu min 10N – dla obu rękawic, AQL: 0,65, niski poziom białek lateksowych: max $30 \mu\text{g/g}$ dla obu par rękawic - potwierdzone badaniami wg EN 455 z jednostki notyfikowanej. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1. Zgodne z wymaganiami EN 455, ASTM F1671. Zgodne z EN 374-1,2,3, odporne na przenikanie cytotstatyków zgodnie z EN 374-3 - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice pakowane podwójnie; rękawice spodnie pół rozmiaru większe od rozmiaru na opakowaniu; opakowania wewnętrzne papierowe dla każdej pary oddzielne, z oznaczeniem rozmiaru rękawicy, rozróżnieniem lewej i prawej dłoni oraz oznaczeniem kolejności nakładania rękawic, opakowanie zewnętrzne folia. Sterylizowane radiacyjnie. Rozmiary 6,5-8,5

Odpowiedź: Nie, nie dopuści. Zamawiający potrzebuje parę rękawic spodnich (nie 2 pary rękawic) o dł. min. 295mm. Powyższe parametry nie spełniają wymogów Zamawiającego.

Pakiet 27, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy o właściwościach:

Wykonany z wysokiej jakości EVA pozbawionego PCV oraz ftalanów.

Uniwersalne połączenie 15F/22F umożliwiające podłączenie do kompatybilnych produktów

Rozciągliwe ramiona o długości maksymalnej 160cm.

Bezlateksowy worek oddechowy o pojemności 3 litrów (dla dorosłych) lub 1 litrowy (dla dzieci).

Dodatkowa rozciągliwa rura o długości 100cm.

Kolanko z portem luer-lock.

Sterylny, opakowanie foliowe.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści takiego układu oddechowego, wśród parametrów określonych przez zamawiającego znajduje się maksymalna długość – 180 cm, oferowany produkt nie spełnia tego wymogu.

Pakiet 30, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści osłonkę na sondę USG o właściwościach:

OPIS PRODUKTU:

- Wykonane z wysokiej jakości naturalnego lateksu
- Dostępne w wersji pudrowanej oraz nawilżanej
- Gładka powierzchnia
- Długość 195mm (± 2 mm)
- Grubość 0,075mm ($\pm 0,015$ mm)
- Średnica ~34mm
- Pakowane pojedynczo w saszetkę aluminiową
- Opakowanie zbiorcze a'144 sztuki
- Niesterylne

Odpowiedź: Nie, nie dopuści, zamawiający wymaga osłony bezlateksowej, sterylnej, z opaską gumową, taśmami, paskami oraz żelem.

Pytanie 11

Pakiet 23, poz. 3.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na umieszczenie w zestawie w pozycji 27. jednej torby papierowej o wymiarach 25x38cm?

Torby służą w zestawie do zapakowania drobnych elementów zestawu, a ich wymiary pozwalają na użycie jednej sztuki do zapakowania wszystkich, niezbędnych drobnych elementów w zestawie (opatrunki, kompresy) Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Tak, dopuści. Torba papierowa jest elementem logistycznym zestawu, nie ma wpływu na potrzebne do operacji elementy.

Pytanie 12

Pakiet 20, poz. 1.1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowego trokara o średnicy 11 mm z kaniulą wyposażoną w pełni atraumatyczny system fiksacji w powłokach, długość 100 mm. Automatyczna i bezobsługowa uszczelka 5-11 mm, możliwość zdjęcia górnej obudowy trokara wraz z uszczelkami. Atraumatyczny obturator optyczny bez noża i żadnych ostrych krawędzi, wyprofilowany skrętnie. Trokar pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności oraz nazwa i opis. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy?

Pakiet 20, poz. 1.2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowej kaniuli o średnicy 11 mm wyposażonej w pełni atraumatyczny system fiksacji w powłokach, długość 100 mm. Automatyczna i bezobsługowa uszczelka 5-11 mm, możliwość zdjęcia górnej obudowy trokara wraz z uszczelkami. Kaniula pakowana pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności oraz nazwa i opis. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy?

Pakiet 20, poz. 1.3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie trokara o średnicy 5 mm z kaniulą wyposażoną w pełni atraumatyczny system fiksacji w powłokach, długość 100 mm lub 150 mm do wyboru przy składaniu zamówienia. Możliwość zdjęcia górnej obudowy trokara wraz z uszczelkami. Atraumatyczny obturator optyczny bez noża i żadnych ostrych krawędzi, wyprofilowany skrętnie. Jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności oraz nazwa i opis. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy?

Pakiet 20, poz. 1.4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowej kaniuli o średnicy 5 mm wyposażonej w pełni atraumatyczny system fiksacji w powłokach, długość 100 mm lub 150 mm do wyboru przy składaniu zamówienia. Możliwość zdjęcia górnej obudowy trokara wraz z uszczelkami. Jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności oraz nazwa i opis. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy?

Pakiet 20, poz. 1.5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie trokara o średnicy 12 mm z kaniulą wyposażoną w pełni atraumatyczny system fiksacji w powłokach, długość 100 mm lub 150 mm do wyboru przy składaniu zamówienia. Automatyczna i bezobsługowa uszczelka 5-12 mm, możliwość zdjęcia górnej obudowy trokara wraz z uszczelkami. Atraumatyczny obturator optyczny bez noża i żadnych ostrych krawędzi, wyprofilowany skrętnie. Jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności oraz nazwa i opis. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy? W przypadku niewyrażenia zgody na powyższe zapytania, ofertę będzie mógł złożyć jeden producent/dystrybutor, tym samym zostanie zachwiana zasada uczciwej konkurencji w Prawie zamówień publicznych.

Odpowiedź: Nie, nie dopuści. Zamawiający wymaga w poz. 1.1-1.5 trokarów oraz kaniul „wyposażonych w pełni atraumatyczny system fiksacji w powłokach przy pomocy balonu oraz dysku retencyjnego”. Niestety proponowane wyżej rozwiązanie jest typowym, prostym trokarem bez specjalnego systemu mocowania w powłokach i takie trokary zamawiający już wybrał w postępowaniu 101/2020 pakiet 10.

Pytanie 13

Pakiet 26 poz. 5

Prosimy o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia - czy chodzi o adapter na uchwyt z drenem do ewakuacji dymu czy o adapter przedłużający do uchwytu tzw. "nosek"?

Odpowiedź: Zamawiający pod nazwą AcuVac ma na myśli adapter na uchwyt monopolarny z drenem do ewakuacji dymu.

Pytanie 14

Pakiet nr 22, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści tasiemki do mocowania rurek tracheostomijnych wykonane z miękkiej pianki obłożonej delikatnym, przyjaznym dla skóry materiałem bawełnianym od strony skóry pacjenta i welurem od zewnętrznej strony, wyposażone w dwa rzepy, o długości 44,8 cm (50,8 cm z rzepami) i szerokości 3,5 cm, mikrobiologicznie czyste?

Odpowiedź: Nie, nie dopuści. Zamawiający wymaga tasiemek o szerokości 1-1,3cm, a nie jak proponowane 3,5 cm.


Pytanie 15

Pakiet nr 27 poz. 1:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważny obwód oddechowy ze złączem worka 22mmF pasującym do dodatkowej rury (z kompletu obwodu oddechowego) posiadającej kompatybilny łącznik 22mmM ?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyrazi zgody.

2. Czy Zamawiający nie popełnił pomyłki pisarskiej i wymaga rury o średnicy 22mm – a nie jak napisał 22m?



Odpowiedź: Faktycznie zaszła pomyłka pisarska i chodzi o średnicę 22mm a nie jak w opublikowanym dokumencie 22m (metry).

Pytanie 16

dotyczy pakietu 27 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowego układu oddechowego składającego się z dwóch rozciągalnych rur w zakresie 40-200cm z łącznikiem Y ze złączem kolankowym z portem do kapnografii, trzeciej rury do worka oddechowego rozciągalnej w zakresie 40-150cm, rury o średnicy 22mm ze złączami 22F od strony respiratora, 22M/15F od strony pacjenta, z workiem oddechowym bezlateksowym o pojemności 2L; układ mikrobiologicznie czysty, wykonany z polipropylenu, pakowany pojedynczo; na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności, opis w języku polskim, okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyrazi zgody.

Pytanie 17

Pakiet 27

1) Prosimy o dopuszczenie układu oddechowego dwururowego do aparatu do znieczulania dla dorosłych, średnica rur 22mm, rury wykonane z polipropylenu, dwie rury rozciągliwe w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, łącznik Y z kolankiem z portem kapno, z kapturkiem na lince, dodatkowa rura rozciągliwa od 0,5 m do 1,5m, bezłateksowy worek 2L, konektor rury 22M/22M. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe, na opakowaniu opis w języku polskim, numer serii i data produkcji.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie ze specyfikacją wymaga trzech drenów karbowanych rozciąganych w zakresie 60/180cm.

2) Prosimy o dopuszczenie układu oddechowego jednorurowego, dwuświatłowego, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i długości 1,8 m, z kolankiem z portem kapno z dodatkową rozciągliwą rurą 1,9 m z 2L workiem bezłateksowym. Rura wydechowa do podłączenia do aparatu 40 cm. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP, opakowanie foliowe, na opakowaniu opis w języku polskim, numer serii i data produkcji.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 25

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści przepływ większy niż 20ml/min.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pakiet 32

1) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy strzykawki mają mieć wyraźnie zaznaczone miejsce otwarcia (optycznie i wyczuwalnie) co pozwala na bezpieczne otwarcie opakowania zawsze od strony tłoka


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

2) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy kompatybilność z lekami cytostatycznymi ma być potwierdzona oświadczeniem producenta załączonym do oferty

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Uaktualniony o wprowadzone zmiany wzór umowy jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Z poważaniem,

Z up. Dyrektora
Pełnomocnik
Dyrektora ds. Klinicznych

dr n. med. J. Jerzy Mazurek

UMOWA 37/2021

zawarta w dniu w Poznaniu na podstawie przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwana dalej umową, pomiędzy:

Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Poznaniu
ul. Garbary 15, 61-866 Poznań, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 8784, posiadającym numer NIP: 778-13-42-057 oraz numer REGON: 000291204;

reprezentowanym przez:

mgr inż. Magdalenę Kraszewską - Z-cę Dyrektora ds. ekonomicznych,
dr Mirellę Śmigielką - Głównego Księgowego,
zwanym dalej **Zamawiającym**,

a firmą:

Wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: **lub** prowadzącą działalność gospodarczą,
jako:..... Zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą numer NIP:
oraz numer REGON:,

reprezentowaną przez:

zwaną dalej **Wykonawcą**,

§ 1

Zawarcie niniejszej umowy zostało poprzedzone postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym **w trybie przetargu nieograniczonego 37/2021** na podstawie art. 132 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm).

§ 2

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest **Zakup i dostawa sprzętu medycznego** przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, zgodnie z cenami oraz zakresem asortymentu wynikającymi ze złożonej przez Wykonawcę oferty na podstawie zamówień jednostkowych składanych przez Zamawiającego sukcesywnie drogą elektroniczną. W trakcie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zamówień danego asortymentu określonego w załączniku do umowy [formularzu cenowym], w ilościach zgodnych ze swoim zapotrzebowaniem, do wartości ogólnej przedmiotu umowy.
2. Dostawy asortymentu będą realizowane w okresie 24 miesięcy od dnia do dnia lub do wyczerpania całkowitej wartości umowy wskazanej w § 5 ust. 1.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy zamówionych Przedmiotów umowy:
 - a) Sukcesywnie w terminie do 4 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia,
 - b) w dni robocze w godz. 8.00-14.00, jeżeli termin planowanej dostawy, określony zgodnie z postanowieniem pkt. a) niniejszego ustępu przypada w dniu wolnym od

pracy, dostawa może nastąpić w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

4. Szacowana ilość asortymentu będącego przedmiotem zamówienia ma charakter orientacyjny - wynika z planowanego zużycia w trakcie obowiązywania umowy, uzależniona jest od bieżących potrzeb, co jest niezależne od Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy mniejszych potrzeb w zakresie ilości zamawianego asortymentu niż określone w Formularzu cenowym, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu. Zamawiający gwarantuje jednak wykonanie umowy na poziomie 60% wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości w danej pozycji zamawianego asortymentu w ramach jednego pakietu określonego w załączniku do umowy, stosownie do potrzeb Zamawiającego stwierdzonych w trakcie okresu obowiązywania niniejszej umowy, przy zachowaniu następujących warunków:
 - a) zmiany wynikają z potrzeb Zamawiającego, a konieczności ich wprowadzenia nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy,
 - b) zmiany następują w obrębie jednego pakietu określonego w formularzu cenowym
 - c) zmiana nie powoduje przekroczenia wartości wynagrodzenia danego pakietu i wartości całkowitej umowy brutto, określonej w §5 ust. 1 umowy.
6. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania niniejszej umowy, począwszy od końcowego dnia okresu, na który zawarta została umowa, wskazanego w § 2 ust. 2 umowy, z zachowaniem tych samych warunków, w przypadku, gdy ilość asortymentu będącego przedmiotem umowy wskazana w specyfikacji warunków zamówienia, nie zostanie wyczerpana w okresie, na który zawarta została niniejsza umowa. Okres obowiązywania umowy nie może łącznie przekroczyć 48 miesięcy od dnia jej zawarcia.
7. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania asortymentu będącego przedmiotem umowy na własny koszt i ryzyko do magazynu Apteki.
8. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia terminowych dostaw asortymentu będącego przedmiotem umowy, nie obciążając przy tym Zamawiającego żadnymi dodatkowymi kosztami.

§ 3

1. Po dostarczeniu zamówionego asortymentu będącego przedmiotem umowy, następuje jego przyjęcie przez Zamawiającego na podstawie dokumentu dostawy lub faktury. Przyjęcie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może być poprzedzone badaniem ilościowo – asortymentowym i jakościowym dostarczonego asortymentu będącego przedmiotem umowy. Przedstawiciel Wykonawcy upoważniony jest do obecności podczas tych czynności.
2. Cały dostarczany przez Wykonawcę asortyment będący przedmiotem umowy, powinien mieć na opakowaniu oznaczenia fabryczne tzn. rodzaj, nazwę wyrobu, ilość, datę produkcji, nazwę i adres producenta, datę ważności oraz inne oznakowania zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
3. Wykonawca wraz z dostarczonym asortymentem będącym przedmiotem umowy zobowiązuje się dostarczyć ulotki w języku polskim, zawierające niezbędne informacje dla bezpośredniego użytkownika.

§ 4

1. Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony do swobodnego rozporządzania asortymentem będącym przedmiotem umowy, który jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia oraz zgody i zezwolenia odpowiednich organów, urzędów itp. do wykonania wszelkich świadczeń, będących przedmiotem niniejszej umowy oraz że wykonanie niniejszej umowy przez Wykonawcę nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających posiadanie przez

- Wykonawcę niezbędnych uprawnień oraz zgód i zezwoleń odpowiednich organów, urzędów itp., o których mowa w zdaniu poprzedzającym, na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania.
2. Wykonawca gwarantuje, że będzie dostarczał asortyment będący przedmiotem umowy o najwyższej, jakości, zarówno pod względem norm jakościowych, jak i z odpowiednim terminem ważności – okres gwarancji/ważności dostarczanego przedmiotu zamówienia będzie równy określoneemu przez producenta okresowi przydatności do użycia i stosowania.
 3. Strony zgodnie postanawiają, że okres ważności dostarczanego przez Wykonawcę asortymentu jest równy określoneemu przez producenta okresowi przydatności tego asortymentu do stosowania.
 4. Zamawiający zastrzega prawo zgłaszania Wykonawcy reklamacji w odniesieniu do dostarczonego asortymentu będącego przedmiotem umowy. Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrywania zgłoszonych przez Zamawiającego reklamacji niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia przesłania przez Zamawiającego reklamacji drogą pocztą elektroniczną. Reklamacje mogą być zgłaszane w okresie ważności dostarczonych Przedmiotów umowy, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.
 5. W razie stwierdzenia, że dostarczone Przedmioty umowy mają wady, w okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej wymiany wadliwego asortymentu na asortyment wolny od wad – niezwłocznie, ale w każdym razie nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, przesłanej przez Zamawiającego pocztą elektroniczną lub od dnia wydania ekspertyzy, o której mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, w razie potwierdzenia przez przedmiotową ekspertyzę zasadności reklamacji złożonej przez Zamawiającego.
 6. W przypadku odrzucenia reklamacji Zamawiający ma prawo wystąpić do właściwego organu, urzędu lub innej instytucji w celu uzyskania ekspertyzy w zakresie, jakości i właściwości asortymentu dostarczonego przez Wykonawcę oraz jego zgodności z wymogami przewidzianymi przepisami prawa oraz określonymi przez Wykonawcę w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, wszelkie koszty związane z uzyskaniem ekspertyzy ponosić będzie Wykonawca, który zobowiązany będzie do ich zwrotu w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania przez Zamawiającego.
 7. Nieuzasadnione odrzucenie przez Wykonawcę reklamacji może zostać potraktowane, jako podstawa do rozwiązania niniejszej umowy z winy Wykonawcy i wywołać skutek w postaci powstania po stronie Wykonawcy obowiązku zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości określonej zgodnie z § 6 ust. 1 lit. c) niniejszej umowy.
 8. W przypadku konieczności zwrotu zakupionego towaru, Zamawiający udostępni kopię rejestru warunków przechowywania produktu w aptece, od dnia dostawy do dnia zwrotu towaru.
 9. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego asortymentu będącego przedmiotem umowy i żądania jego wymiany na asortyment będący przedmiotem umowy wolny od wad w szczególności w przypadku:
 - a) Dostarczenia asortymentu będącego przedmiotem umowy niewłaściwej, jakości lub niezgodnego z właściwościami, które winien posiadać,
 - b) Dostarczenia asortymentu będącego przedmiotem umowy niezgodnego z zamówieniem.

§ 5

1. Całkowita wartość umowy wynosi:
Pakiet nr:
netto: PLN słownie:
brutto: PLN słownie:
2. Strony ustalają, że w cenie brutto zawarte są wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy.

3. Wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie obliczana na podstawie ilości faktycznie i prawidłowo zrealizowanych dostaw asortymentu będącego przedmiotem umowy, zgodnie ze składanymi przez Zamawiającymi zamówieniami i wysokościami cen jednostkowych wynikających z oferty Wykonawcy.
4. W trakcie obowiązywania niniejszej umowy strony dopuszczają możliwość zmiany Ceny Umowy w przypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 436 ust. 4 ustawy Pzp, tj. zmiany:
 - a) Stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
 - b) Wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 - c) Zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
 - d) Zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.)
pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, że zmiana ma wpływ na koszty realizacji zamówienia oraz wykazania wysokości tych dodatkowych kosztów.
5. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 1. zgodnie z załączoną uprzednio przez Wykonawcę kalkulacją kosztów oraz określoną niżej dokumentacją.
6. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 lit. a) wartość netto Ceny Umowy nie zmienia się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
7. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 3. lit. b),c),d) Cena Umowy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonania przez Wykonawcę zamówienia wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń oraz pochodnych osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmian ustawowych, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia oraz pochodnych (przy uwzględnieniu proporcji wynikającej z udziału tych osób w wykonaniu wszystkich zamówień realizowanych przez Wykonawcę).
8. Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 3. lit. b.), c), d) oraz przedstawienia szczegółowej kalkulacji.
9. Strony dopuszczają także zmianę cen jednostkowych asortymentu będącego przedmiotem umowy w przypadku zmiany wielkości opakowania, wprowadzonej przez producenta danego asortymentu będącego przedmiotem umowy, z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do wartości (ceny) tego przedmiotu umowy ustalonej niniejszą umową.
10. Zapłata za zamówiony i dostarczony asortyment będący przedmiotem umowy płatna będzie na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT w formie papierowej na adres zamawiającego lub formie elektronicznej na adres <https://brokerpexpert.efaktura.gov.pl>, w terminie do 60 dni od dnia otrzymania przedmiotowej faktury przez zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
11. W przypadku faktur, w których kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) - faktura powinna zawierać wyrazy "mechanizm podzielonej płatności".

12. Wykonawca nie może bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności przysługujących mu wobec Zamawiającego, a wynikających z umowy na rzecz jakiegokolwiek podmiotu trzeciego.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w przypadku:
 - a) Zwłoki w realizacji zamówienia Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę 0,2% kwoty brutto za każdy dzień zwłoki niezrealizowanej w terminie części zamówienia, łącznie nie więcej niż 20% wartości umowy brutto.
 - b) Nieuzasadnionego zerwania niniejszej umowy, przez co strony rozumieją w szczególności zaprzestanie przez Wykonawcę sprzedaży i dostarczania asortymentu będącego przedmiotem umowy lub wykonywania innych obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 5 % wartości umowy brutto,
 - c) Odstąpienia od umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku określonym w § 9 ust.2 umowy Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 5 % łącznej wartości brutto umowy
2. Łączna maksymalna wartość naliczonych Wykonawcy kar umownych nie może przekroczyć 20 % całkowitej wartości umowy brutto.
3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w przypadku nieuzasadnionego zerwania niniejszej umowy - w takiej sytuacji Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 % łącznej wartości brutto umowy.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy w wymaganym terminie, wskazanym w § 2 ust. 3 lit. a) zamówionego asortymentu będącego przedmiotem umowy oraz w trakcie rozpatrywania uzasadnionej reklamacji, Zamawiający zastrzega sobie prawo do tzw. zakupu interwencyjnego potrzebnego mu asortymentu u innego dostawcy.
5. W przypadku dokonania zakupu interwencyjnego Wykonawca pokryje różnicę między ceną zakupu brutto poniesioną przez Zamawiającego u innego dostawcy a wysokością wynagrodzenia brutto wynikającą z oferty Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania kopii faktury potwierdzającej dokonanie przez Zamawiającego zakupu interwencyjnego.
6. Kara umowna, o której mowa w ust. 1 lit. a) niniejszego paragrafu będzie naliczana do dnia dokonania przez Zamawiającego zakupu interwencyjnego, przy czym zobowiązanie do zapłaty kary umownej nie będzie zwalniać Wykonawcy ze zobowiązania do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości różnicy pomiędzy ceną zakupu zamówionych i niedostarczonych w terminie przez Wykonawcę Przedmiotów umowy u innego dostawcy, a ceną zawartą w ofercie Wykonawcy.
7. Kary umowne wynikające z postanowień niniejszej umowy płatne będą przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie 30 dni od daty wezwania Wykonawcy do ich zapłaty.

§ 7

1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy są:
 - a) ze strony Wykonawcy: imię i nazwisko....., Tel.; mail:
 - b) ze strony Zamawiającego: mgr Elżbieta Chojecka – Kierownik Apteki tel. 61/88 50 646
2. W razie zmiany danych osób odpowiedzialnych za realizację niniejszej umowy każda ze stron zobowiązuje się powiadomić o tych zmianach drugą stronę na piśmie. Zmiana wywołuje skutek z chwilą poinformowania o niej drugiej strony.

§ 8

1. Strony umowy zgodnie z postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).
2. Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej. Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.
3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.
4. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych
5. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym, a także w przypadku powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy i rozwiązania jej ze skutkiem natychmiastowym po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do prawidłowego wykonania umowy, w przypadku:
 - a) gdy Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie, w sposób rażący naruszając istotne jej postanowienia,
 - b) zwłoki w dostawie powyżej 10 dni roboczych od dnia określonego na podstawie §2 ust. 3 umowy,
 - c) 3/krotnej uzasadnionej reklamacji,
 - d) jeżeli łączna wartość kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy 20 % całkowitej wartości umowy brutto.
3. W przypadku określonych w ust. 1 i 2 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu prawidłowego wykonania tej części umowy, która została wykonana do chwili odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć drugiej Stronie w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o wystąpieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie. Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia jego dokonania, pod rygorem nieważności.
5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, za wyjątkiem ust. 6 pkt. i.
6. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą mieć miejsce w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

- a) wskazanych w § 2 ust. 6 umowy,
 - b) wskazanych w § 5 ust. 4 umowy,
 - c) zmianę jakości, parametrów lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu zamówienia, w tym zmianę numeru katalogowego produktu bądź nazwy własnej produktu,
 - d) zmianę sposobu konfekcjonowania,
 - e) w wyniku zmiany Umowy możliwe będzie podniesienie poziomu, /jakości badań wykonywanych przez Zamawiającego,
 - f) będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa,
 - g) zostanie wprowadzony produkt zmodyfikowany lub udoskonalony,
 - h) bądź w sytuacji wstrzymania lub zakończenia produkcji,
 - i) bądź w sytuacji, gdy nastąpi przejściowy brak produktu przy jednoczesnej możliwości dostarczenia produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową, strony dopuszczają zmianę przedmiotu umowy w zakresie: jakości, parametrów lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu umowy, w tym zmianę numeru katalogowego, bądź nazwy własnej produktu. Ewentualna zmiana produktu może być dokonana na pisemny wniosek wykonawcy, który w terminie 7 dni od otrzymania wniosku, zostanie pozytywnie rozpatrzony przez Zamawiającego. Cena dostarczonego odpowiednika nie może przekroczyć ceny jednostkowej netto produktu, którego dotyczy 2 odpowiednik, a w przypadku dostarczenia odpowiednika o niższej cenie rynkowej, strony umowy w formie pisemnego aneksu określającego wartość Strony będą dążyć do rozstrzygnięcia sporów mogących wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy na drodze ugodowej. Jeżeli strony nie osiągną kompromisu wówczas sporne sprawy rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
7. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności: prawa zamówień publicznych, kodeksu cywilnego

Zamawiający:

Wykonawca: