



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 154 /03/2024

Chrzanów, 28.03.2024r.

## Wykonawcy

**Dotyczy: odpowiedzi do postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji prowadzonego pod nazwą: dostawa sprzętu medycznego dla Pracowni Endoskopii Szpitala Powiatowego – nr sprawy 31/2024**

Pytanie 1 Dotyczące pakietu 1 pozycja 1: Czy Zamawiający w pakiecie 1 w pozycji 1 zgodzi się na zaoferowanie jednorazowego sterylne papillotomu trójkanałowego o minimalnej średnicy kanału roboczego endoskopu 2,8mm, długość narzędzia 170 cm, długość końcówki dystalnej 3 mm, długość cięciwy 20 mm lub 30 mm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 2 Dotyczące zapisów umowy załącznik 4a do SWZ - paragraf 4 ustęp 17  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie podanego terminu do 3 dni roboczych?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 3 Dotyczące zapisów umowy załącznik 4a do SWZ - paragraf 6 ustęp 2a), 2b)  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z umowy zapisu „lecz nie mniej niż 10zł, za każdy dzień zwłoki”, ponieważ Wykonawca obciążony jest już karą liczoną procentowo?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie 4 Dotyczące zapisów umowy załącznik 4a do SWZ - paragraf 6 ustęp 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby maksymalna wysokość kar nie przekroczyła 20% wartości wynagrodzenia przysługującego wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia. Wysokość kar umownych dotyczy całego okresu realizacji umowy?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie 5 Dot. Pakietu nr 2: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie cewnika prowadzącego do dróg żółciowych z metalową opaską cieniującą na końcu widoczna w promieniach RTG oraz odpinaną nasadką typu luer do podawania środka kontrastującego o długości 200-230 cm ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 6 Dot. Pakietu nr 6: Czy Zamawiający dopuści balon do usuwania złożeń, trójkanałowy, trójstopniowy, nie zawierający lateksu, jednorazowy. Pakowany z trzema strzykawkami o zróżnicowanej pojemności. Każda ze strzykawek posiada opis średnicy do której pompuje balon. Dostępne średnice balonu: 9 mm; 13 mm; 16 mm: śr. cewnika: 7 Fr. Długość narzędzia: 200 cm. Markery RTG po obu stronach balonu. Współpracujący z przewodnikiem 0,035” ?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108  
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Pytanie 7 Dot. Pakietu nr 8: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie protez wykonanych z PE? Pozostałe parametry zgodne SIWZ

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 8 Dot. Pakietu nr 10: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie owalnej pętli do polipektomii na zimno i ciepło o średnicach: 10 mm, 15 mm, 25 mm i 35 mm ? Pozostałe parametry zgodne SIWZ.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 9 Dot. Pakietu nr 10: Czy Zamawiający wymaga by oferowane pętle do polipektomii posiadały funkcję rotacji ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 10 Dot. Pakietu nr 11: Czy Zamawiający dopuści igły do obliteracji jednorazowe, osłonka śr. igły 0,5 mm, 0,6 mm i 0,7 mm, dł. ostrza 4 mm, 5 mm i 6 mm oraz dostępne długości narzędzia 1800 mm i 2300 mm, o śr. 2.3 mm, mechanizm długopisowy zapobiegający niekontrolowanemu wysuwaniu i chowaniu się ostrza, obsługiwany jednym kciukiem. Osłonka teflonowa odporna na załamania, u wyjścia ostrza wzmocniona atraumatycznym metalowym kołnierzem. Pakowane po 5 szt. ? Pozostałe parametry zgodne SIWZ.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 11 Dot. Pakietu nr 12: Czy Zamawiający wymaga by oferowana klipsownica miała możliwość wielokrotnego otwarcia i zamknięcia klipsa przed jego całkowitym uwolnieniem oraz dodatkowo posiadała funkcję płynnej rotacji w celu precyzyjnego ustawienia klipsa przed jego zamknięciem ? Rozwarcie ramion klipsa 11, 13 i 16 mm ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 12 Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 10, załącznik 4a Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca nie może bez pisemnej zgody zamawiającego dokonać cesji wierzytelności z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w powyższym zakresie.**

Pytanie 13 Dotyczy warunków umowy § 3, załącznik 4a Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu i wprowadzenie go do umowy:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze”?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w powyższym zakresie.**

Pytanie 14 Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 11, załącznik 4a Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Dostarczane produkty będą posiadały odpowiednie terminy ważności pozwalające na użytkowanie towaru przez okres min. 10 miesięcy oraz spełniać będą wymogi określone w SWZ”?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w powyższym zakresie.**



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108  
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

**Pytanie 15** Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 12, załącznik 4a Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku terminu ważności produktu krótszego niż 10 miesięcy od dostawy konieczna jest, w formie pisemnej, wcześniejsza zgoda kierownika Apteki Szpitalnej?”

**Odp. W przypadku terminu ważności produktu krótszego niż 12 miesięcy od dostawy konieczna jest, w formie pisemnej, wcześniejsza zgoda kierownika Apteki Szpitalnej.**

**Pytanie 16** Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 13, załącznik 4a Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„..., najpóźniej w ciągu 48 godzin?”

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w powyższym zakresie.**

**Pytanie 17** Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 14, załącznik 4a Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania faxem protokołu reklamacyjnego przeprowadzić procedurę reklamacyjną poprzez rozpatrzenie reklamacji oraz dostarczyć w termin 3 dni roboczych od uznania reklamacji za zasadną pełnowartościowego towaru w ilości i asortymencie zgodnym z zamówieniem?”

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w powyższym zakresie.**

**Pytanie 18** Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 17, załącznik 4a Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„..., w ciągu 5 dni roboczych od dnia uznania reklamacji za zasadną?”

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie podanego terminu do 3 dni roboczych**

**Pytanie 19** Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 18, załącznik 4a Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Podaną ilość przedmiotu zamówienia należy traktować jako szacunkową, wstępna niezbędną do przeprowadzenia postępowania. Ostateczna wielkość przedmiotu zamówienia uzależniona będzie od rzeczywistych potrzeb zamawiającego, ale zamówienie wartościowo nie będzie mniejsze niż 70% ogólnej wartości umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilości asortymentu w obrębie jednego pakietu, a w sytuacjach tego wymagających rezygnację z niektórych pozycji?”

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w powyższym zakresie.**

**Pytanie 20** Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 2a, załącznik 4a Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „..., w wysokości 0,3% wartości brutto danego zamówienia, lecz nie mniej niż 4 zł, za każdy dzień opóźnienia?”

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w powyższym zakresie.**

**Pytanie 21** Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 2b, załącznik 4a Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „..., w przypadku niedotrzymania terminu wymiany towaru na wolny od wad (pełnowartościowy), Zamawiający naliczać będzie karę w wysokości 0,3% wartości brutto zareklamowanego towaru, lecz nie mniej niż 4 zł, za każdy dzień zwłoki?”

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w powyższym zakresie.**

**Pytanie 22** Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 2c, załącznik 4a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „..., za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 7% wartości niezrealizowanej części umowy brutto?”

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w powyższym zakresie.**





# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32–500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

**Pytanie 23** Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 4, załącznik 4a Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Zamawiający może naliczyć kary umowne tak za zwłokę, jak i za odstąpienie od umowy, z zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość kar nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia przysługującego wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia. Wysokość kar umownych dotyczy całego okresu realizacji umowy”?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w powyższym zakresie.**

**Pytanie 24** Dotyczy warunków umowy, załącznik 4a Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu i wprowadzenie go do umowy: W przypadku wycofania, bądź chwilowego zaprzestania produkcji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu produktu zastępczego o tych samych, bądź zbliżonych parametrach technologicznych - przy cenie nie większej niż w niniejszej umowie”?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w powyższym zakresie.**

**Wzór umowy zał. 4a - §4 ust. 15 ma brzmienie: W przypadku zaprzestania produkcji lub braku towaru na rynku polskim Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie udokumentować i powiadomić pisemnie lub e-mailowo o tym fakcie Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający może dopuścić zamiennik porównywalny jakościowo po wcześniejszym zaakceptowaniu, z zastrzeżeniem, iż cena zamiennika nie może być wyższa od podanej ceny w ofercie przetargowej.**

**Wzór umowy zał. 4a - §4 ust. 16 przyjmuje brzmienie: W przypadku niezaakceptowania zamiennika lub nie zaproponowania zamiennika, w sytuacji o której mowa w ust. 15, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu towaru u innego Sprzedającego oraz obciążenia Wykonawcy kosztami stanowiącymi różnicę pomiędzy ceną zakupu towaru u innego Sprzedającego, a ceną podaną w niniejszej umowie.**

**Pytanie 25** Zadanie 13, pozycja 1-2. Czy Zamawiający dopuści wycenę ustników w rozmiarze 20x26mm?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie 26** Pakiet nr 12 Poz. 1. Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie sterylnej klipsownicy do tamowania krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego zacisk długość użytkowa 230 cm, kanał roboczy 2,8 mm, 235 cm , z możliwością wielokrotnego zamknięcia i otwarcia klipsa. Rozwarcie ramion klipsa 11 do 16 mm. Zamawiający określi każdorazowo rozmiar klipsa. System szczypiec bez osłony, zapewniona rotacja klipsa.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 27** Pakiet nr 13 poz 1. Czy Zamawiający dopuści gumkę silikonową.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie 28** Pakiet 2 Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie cewnika o długości 210cm.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie 29** Pakiet 5

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie pętli z siatką, średnica otwartej pętli 30 mm i 40 mm (do wyboru przez Zamawiającego).

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108  
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie kleszczy zęby szczura o rozwarciu 7 mm, aligator o rozwarciu 8 mm i aligator z zębem szczura o rozwarciu 8 mm, wszystkie wersje obrotowe, średnica narzędzia 2,4 mm.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.**

Pytanie 30. Pakiet 6.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie balonów o zmiennej średnicy w rozmiarze 8 mm -18 mm.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie balonów wyposażonych w trzy skalibrowane strzykawki.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 31. Pakiet 8 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie protez o długości roboczej 3 cm, 4 cm, 5 cm, 7 cm, 9 cm, 10 cm, 12 cm, 15 cm.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.**

Pytanie 32. Pakiet 10 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pętli o średnicy otwartej pętli 10 mm, 15 mm, 25 mm, 35 mm.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 33. Pakiet 11 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł w rozmiarze 23G i 25G.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 34. Pakiet 12 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie klipsownicy o rozwarciu ramion klipsa 11 mm do 16 mm.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 35. Pakiet 13 Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie pediatrycznego ustnika z paskiem o wymiarach 16 mm x 19 mm.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 36. Pakiet 14

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie zgłębnika wykonanego z silikonu, jedna linia kontrastująca w RTG, końcówka zgłębnika pod kątem prostym, wewnętrzna płytka mocująca w kształcie kopolki, średnica CH 12, CH 14, CH 18, CH 20, długość 60 cm.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.**

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie łącznika PEG o średnicy CH 12, CH 14, CH

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.**

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie zgłębnika ze znacznikiem RTG na całej długości, bez zacisku do regulacji przepływu, średnica CH 18, CH 20 – objętość balonu 20 ml.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.**



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108  
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892





# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

**Pytanie 37** Pakiet 6. Czy Zamawiający dopuści balon do usuwania złogów, trójkanałowy, jednorazowego użytku, w kształcie jabłka. W zestawie z wyskalowaną strzykawką, na której oznaczono moment osiągnięcia przez balon oczekiwanej średnicy: 10/12/15mm lub 13/15/18mm (do wyboru Zamawiającego). Długość złącza luer 35mm. Znaczniki widoczne w obrazie RTG poniżej i powyżej balonu. Długość robocza narzędzia 2152mm, średnica osłonki 2,3mm - z końcówką dystalną temperowaną do 1,95mm dla ułatwienia wprowadzania. Narzędzie współpracujące z przewodnikami 0,025" i 0,035". Możliwość podania kontrastu powyżej balona. Pakowany pojedynczo, sterylnie, dodatkowo w plastikowy pancierz transportowy?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie 38** Pakiet 11. Czy Zamawiający dopuści jednorazową sterylną igłę do ostrzykiwania w górnym odcinku przewodu pokarmowego dł 1600 mm, średnica igły 0,6 mm, rozmiar 23 G, długość ostrza 4 mm, średnica kanału roboczego 2,8 mm. Igła jednorazowa, sterylna do ostrzykiwania w dolnym odcinku przewodu pokarmowego długość 2300 mm, średnica igły 0,6 - 0,8 mm rozmiar 21G i 23 G, długość ostrza 4-6 mm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 39** Pakiet 12. Czy Zamawiający dopuści jednorazowe sterylne klipsownice do tamowania krwawień o długości roboczej 230 cm, rozwarcie ramion klipsa 11 i 16 mm, w osłonce zabezpieczającej narzędzie podczas transportu? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie 40** Pakiet 13. Czy Zamawiający dopuści ustnik pediatryczny o wymiarze 16x20 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 41.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr2 poz 1 cewników dwukanałowych z końcówką o kształcie: standardowym, zaostrowym, ostro zaostrowym i zakończonym kulką; kolorowe markery znajdujące się na dystalnym końcu cewnika dają możliwość dokonywania pomiarów głębokości oraz doboru długości ewentualnej protezy, długość cewnika 210 cm; średnica 5.0 Fr; zalecany przewodnik .035?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie 42** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr2 poz 2 noży igłowych - trójkanałowych z możliwością regulacji długości igły 4-6 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 43** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr4 poz 1 zestawów jednorazowych do protezowania dla protez o średnicy: 7 Fr, 8,5Fr i 10 Fr wstępnie złożone (bez możliwości rozłączania cewnika od popychacza): cewnik prowadzący i cewnik popychający z markerami RTG z możliwością zastosowania długiego i krótkiego przewodnika, zestaw współpracuje z protezami: od 5 do 18 cm?



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108  
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

## **Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 44. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr12 jednorazowej, sterylnej klipsownicy do tamowania krwawień o rozwarciu ramion klipsa 11 - 17 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem?

## **Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 45. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr16 samorozprężalnych stentów do protezowania zwężeń dróg żółciowych: w wersji pokrywanej, częściowo pokrywanej i niepokrywanej do stosowania zarówno w zwężeniach nowotworowych jak i łagodnych (w wersji z pokryciem na całej długości); w przypadku implantacji w zwężeniach łagodnych możliwe usunięcie w okresie do 12 miesięcy od momentu implantacji; wykonane z drutu nitinolowego z platynowym rdzeniem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie RTG; stenty o średnicy 8mm w długości: 60, 80, 100, 120 mm i 10mm w długości: 40, 60, 80, 100, 120 mm ; zamontowane na zestawie o średnicy do 9 Fr, wyposażone w profilowane ucho do repozycji lub usunięcia, cewnik wprowadzający o długości 180 cm współpracujący z przewodnicą .035" zapewniający możliwość ponownego złożenia protezy po uwolnieniu do min 80% długości, markery RTG na zestawie pozwalające na kontrolę stopnia uwolnienia stentu oraz jednoznaczne określenie punktu, po przekroczeniu, którego nie jest możliwe zamknięcie protezy, dodatkowy marker kontrolny na rękojeści zestawu?

## **Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 46. Dotyczy załącznik nr 4b § 3 ust. 8 – prosimy Zamawiającego o odpuszczenie możliwości wysyłania faktur korygujących drogą elektroniczną, gdyż nie posiadamy technicznych możliwości by wysłać je faxem.

## **Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 47. Dotyczy załącznik nr 4b § 4

1. Prosimy o doprecyzowanie umowy znajdującej się w Załączniku nr 4b do SWZ poprzez dodanie ust. 3a o następującej treści: „Własność wyrobu znajdującego się w komisie przechodzi na Zamawiającego z chwilą pobrania wyrobu z komisji.

## **Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów w powyższym zakresie.**

2. Prosimy o doprecyzowanie umowy znajdującej się w Załączniku nr 4b do SWZ poprzez dodanie ust. 3b o następującej treści: „Zamawiający zobowiązuje się pobierać z magazynu komisowego w pierwszej kolejności wyroby z najkrótszą datą ważności, zgodnie z zasadą first expired/first out.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę i dodaje zapis do załącznika nr 4b w paragrafie 4 pkt. 3 o treści: Zamawiający zobowiązuje się pobierać z magazynu komisowego w pierwszej kolejności wyroby z najkrótszą datą ważności.**

3. Prosimy o doprecyzowanie umowy znajdującej się w Załączniku nr 4b do SWZ poprzez nadanie ust.13 następującego brzmienia: „Wykonawca jest uprawniony do kontroli wyrobów znajdujących się w magazynie komisowym nie rzadziej niż raz na kwartał, a w przypadku powstania ryzyka nieprawidłowego przechowania – w każdym momencie, po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego.

## **Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów w powyższym zakresie.**



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108  
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

[www.szpital-chrzanow.pl](http://www.szpital-chrzanow.pl)

✉ [sekretariat@szpital-chrzanow.pl](mailto:sekretariat@szpital-chrzanow.pl)

4. Prosimy o doprecyzowanie umowy znajdującej się w Załączniku nr 4b do SWZ poprzez dodanie ust. 13a o następującej treści: „Zamawiający nie jest uprawniony do pobrania z magazynu komisowego wyrobów, którym upłynął termin ważności.

**Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów w powyższym zakresie.**



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108  
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892