



Szpital św. Anny w Miechowie
ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów
tel. 41 38-20-333, fax41 38-20-342
REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869
<http://www.szpital.miechow.pl>,
e-mail: sekretariat@szpital.miechow.pl

Miechów, dnia 11 września 2023 r.

/wszyscy uczestnicy postępowania/

Nr sprawy: **22/ZO/2023** – Wykonanie testów specjalistycznych aparatów RTG.

W związku z prowadzonym zapytaniem ofertowym na Platformie Zakupowej wpłynęły następujące pytania:

1.

Zwracamy się z prośbą o zmianę

§ 1 umowy na:

Przedmiotem umowy jest usługa, polegająca na wykonywaniu testów specjalistycznych aparatury RTG znajdującej się w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Testy specjalistyczne będą wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych (Dz.U. 2022, poz. 2759).

pkt 6 § 2 umowy na:

Za prawidłowo wykonaną usługę „testy specjalistyczne” Zamawiający uzna dostarczenie protokołów z badań wykonanych zgodnie z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych (Dz.U. 2022, poz. 2759) zawierających wyniki przeprowadzonych pomiarów, rezultaty obróbki matematycznej otrzymanych wyników, jednoznaczne określenie o akceptacji lub jej braku w przypadku każdego z badanych parametrów dla każdego z aparatów i urządzeń z nim współpracujących.

Ad. 1

Zamawiający dopuszcza by testy były wykonane także zgodnie z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych (Dz.U. 2022, poz. 2759), w takim wypadku Za prawidłowo wykonaną usługę „testy specjalistyczne” Zamawiający uzna dostarczenie protokołów z badań wykonanych zgodnie z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych (Dz.U. 2022, poz. 2759).

2.

Prosimy o wiadomość jaki jest system rejestracji obrazu (na kasetach czy płytach CR/DR).

Ad. 2

Zamawiający posiada 2 systemy obrazowania: CR oraz DR.

podpis elektroniczny