



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Białymstoku
im. Mariana Zyndrama - Kościółkowskiego**

15-471 Białystok ul. Fabryczna 27
Tel: (47) 710 41 00 fax: (47) 710 41 01
NIP 542-25-13-061 REGON 050637922



Białystok, dnia 27 października 2023 r.

DZP.2344.42.2023

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: Dostawa sprzętu, aparatury medycznej na potrzeby Bloku Operacyjnego, Pracowni Endoskopii oraz Poradni Specjalistycznych.

Zamawiający, SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościółkowskiego, działając na podstawie art. 135 ust. 2 oraz 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, udziela wyjaśnień do złożonych w postępowaniu zapytań do treści SWZ:

Pytanie 1

Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 3 – Narzędzia do zabiegów ortopedycznych – 1 kpl., Lp. II – Narzędzia do zabiegów ortopedycznych, poz. 2, 3,4,10,15,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,29,30,32,33,34,35,36

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

PAKIET NR 3

Poz.2) Osteotom odgięty typu Dahmam, długość całkowita 300 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.3) Dłuto żłobowe, wąskie typu Cobb, długość całkowita 280 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.4) Osteotom typu Smith-Petersen 13 mm lub 15 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.10) Kleszcze do cięcia drutu typu cążki, długość całkowita 130 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.15) Łyzeczka kostna typu Spratt, długość całkowita 180 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.17) Podważka typu Hohmann, dł. powierzchni roboczej 18 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.18) Odgryzacz typu Stille-Ruskin, odgięty, długość całkowita 240 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.19) Odgryzacz typu Stille-Luer, długość całkowita 230 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.20) Odgryzacz typu Mini-Friedman, długość całkowita 140 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.22) Ustalacz odłamków kości typu Ulrich, długość 230 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.23) Ustalacz odłamków kości typu Ulrich, długość 250 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.24) Hak typu Mannerfelt 2 zęby, L-160 mm, ostry, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.25) Hak typu Mannerfelt 3 zęby, L-160 mm, ostry, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.26) Hak typu Mannerfelt 2 zęby, L-160 mm, tępy, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.27) Hak typu Mannerfelt 3 zęby, L-160 mm, tępy, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.29) Hak 10x9mm typu Volkmann 210 mm ostry, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.30) Hak 39x30 typu Ollier, 220 mm, pozostałe parametry bez zmian.

- Poz.32) Hak typu Hosel 63x30 mm lub 100x30 mm, pozostałe parametry bez zmian.
Poz.33) Osteotom 9mm, pozostałe parametry bez zmian.
Poz.34) Hak do retrakcji nerwów 5 mm, pozostałe parametry bez zmian.
Poz.35) Skrobaczka-łyżeczka kostna, długość 380 mm, pozostałe parametry bez zmian.
Poz.36) Skrobaczka-łyżeczka kostna odgięta, długość 380 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 2

Dotyczy zapisów SWZ pkt. VII. Termin wykonania zamówienia

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy do 8 tygodni. Prośbę naszą uzasadniamy tym, że przedmiot zamówienia stanowi wysokiej jakości sprzęt medyczny wielorazowego użytku, a także ze względu na wejście w życie regulacji Medical Device Regulation 2017/745 wydłużającej procesy produkcyjne i certyfikacyjne wyrobów medycznych oraz obostrzenia związane z COVID-19 jak również problemy z brakiem stali chirurgicznej na światowych rynkach, z powodu wojny w Ukrainie.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 3

Dotyczy zapisów SWZ pkt. VII. Termin wykonania zamówienia w zakresie pakietu nr 3

Czy odnośnie Pakietu nr 3 Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu realizacji na 12 tygodni od zawarcia umowy?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 4

Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 3 – Narzędzia do zabiegów ortopedycznych – 1 kpl., Lp. III – POZOSTAŁE WYMAGANIA, poz. 7

Czy Zamawiający w rozdziale III pkt. 7 może doprecyzować zapisy i dodać adnotację „o ile dotyczy”? Część zapisów zawartych w ww. punkcie dotyczy uruchomienia sprzętu, a nie użytkowania narzędzi. Nie mają zastosowania do asortymentu w Pakiecie nr 3.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów w załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 3 – Narzędzia do zabiegów ortopedycznych – 1 kpl., Lp. III – POZOSTAŁE WYMAGANIA, poz. 7, polegającą na dodaniu adnotacji „jeżeli dotyczy”.

Pytanie 5

Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 3 – Narzędzia do zabiegów ortopedycznych – 1 kpl., Lp. III – POZOSTAŁE WYMAGANIA, poz. 8 oraz Załącznik nr 2 do wzoru umowy dostawy – Protokół zdawczo-odbiorczy w zakresie pakietu nr 3

Z uwagi na fakt, iż Pakiet nr 3 nie zawiera specjalistycznych urządzeń medycznych, czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od zapisu w rozdziale III pkt. 8, ponieważ nie ma on zastosowania w przypadku sprzedaży narzędzi zawartych w Pakiecie nr 3 (dot. również Załącznik nr 2 do umowy – protokół zdawczo-odbiorczy)?

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, w zakresie Pakietu nr 3 – Narzędzia do zabiegów ortopedycznych – 1 kpl., Lp. III – POZOSTAŁE WYMAGANIA, poz. 8, polegającej na wykreśleniu pozycji nr 8.

Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że w trakcie sporządzania Protokołu zdawczo-odbiorczego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do wzoru umowy dostawy – Protokół zdawczo-odbiorczy, w zakresie punktu 4 protokołu, Strony wskazują poprzez zaznaczenie dostarczonych Zamawiającemu do dnia podpisania niniejszego protokołu dokumentów „(*zaznaczyć właściwe)”. W przypadku braku wymogu w SWZ dostarczenia wraz z dostawą przedmiotu zamówienia wypełnionych paszportów technicznych z informacjami zawierającymi datę zainstalowania i termin następnego przeglądu, zapis dotyczący dostarczenia dokumentu w postaci paszportu technicznego, będzie wykreślony i nie będzie to rodziło skutków co do prawidłowości dokonania czynności zdawczo-odbiorczych.

Pytanie 6

Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy dostawy §7 ust. 2

Czy Zamawiający doda zapis w §7 ust. 2, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami? Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczymi określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 7

Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy dostawy §4 ust. 1

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w:

- a. §4 ust. 1 lit a z 1% na 1% niedostarczonego w terminie towaru,
- b. §4 ust. 1 lit c z 1% na 1% wartości naprawianego towaru?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej. Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych, bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 8

Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy dostawy §10 ust. 3

Czy Zamawiający dookreśli w §10 ust. 3, iż rozpoczęciem drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty? Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest przesłanek do tego aby występowała potrzeba przeprowadzania oddzielnego postępowania w części dotyczącej ustalenia terminu zapłaty za dostarczony towar.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 9

Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 7 - Aparat EKG – 1 szt., Lp. II – Wymagania techniczne, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z zewnętrzną ładowarką akumulatora? Chcielibyśmy zaznaczyć, że ładowarka posiada dedykowane miejsce w wózku i nie wpływa to na cenę oferowanego urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wysokiej klasy aparat EKG z zewnętrzną ładowarką akumulatora, która posiada dedykowane miejsce w wózku i nie wpływa to na cenę oferowanego urządzenia. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 10

Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 7 - Aparat EKG – 1 szt., Lp. II – Wymagania techniczne, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści wbudowany akumulator, którego pojemność umożliwi minimum 180 minut monitorowania podczas akwizycji i drukowania jednostronicowego raportu EKG co 15 min?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu EKG z wbudowanym akumulatorem, którego pojemność umożliwi minimum 180 minut monitorowania podczas akwizycji i drukowania jednostronicowego raportu EKG co 15 min. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 11

Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 7 - Aparat EKG – 1 szt., Lp. II – Wymagania techniczne, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG o wymiarach zamkniętych w bryle 125 x 325 x 370 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu EKG o wymiarach zamkniętych w bryle 125 x 325 x 370 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 12

Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 7 - Aparat EKG – 1 szt., Lp. II – Wymagania techniczne, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z klawiaturą funkcyjną alfanumeryczną z zabezpieczoną przed zalaniem prezentowaną na dotykowym ekranie aparatu? Jest rozwiązanie dużo nowsze i ułatwia dezynfekcję urządzenia.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 13

Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 7 - Aparat EKG – 1 szt., Lp. II – Wymagania techniczne, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z CMRR 125 dB?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wysokiej klasy aparatu EKG z CMRR 125 dB. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 14

Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 7 - Aparat EKG — 1 szt., Lp. II – Wymagania techniczne, poz. 14

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z częstotliwością próbkowania 75 000 próbek/sekund na kanał?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wysokiej klasy aparatu EKG z częstotliwością próbkowania 75 000 próbek/sekund na kanał. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 15

Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 7 - Aparat EKG — 1 szt., Lp. II – Wymagania techniczne, poz. 15

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z częstotliwością próbkowania 75 000 próbek/sekund na kanał ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wysokiej klasy aparatu EKG z częstotliwością próbkowania 75 000 próbek / sekund na kanał. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 16

Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 7 - Aparat EKG — 1 szt., Lp. II – Wymagania techniczne, poz. 22

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z czułością 2,5, 5, 10, 20 mm/mV bez czułości Auto ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 17

Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 7 - Aparat EKG — 1 szt., Lp. II – Wymagania techniczne, poz. 30

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z możliwością archiwizacji badań do pamięci wewnętrznej do 300 badań?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 18

Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 7 - Aparat EKG — 1 szt., Lp. II – Wymagania techniczne, poz. 36

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z mobilnym wózkiem na cztery koła wyposażony w blokadę wszystkich kół ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wysokiej klasy aparatu EKG z mobilnym wózkiem na cztery koła wyposażony w blokadę wszystkich kół. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 19

Dotyczy zapisów SWZ pkt. VII. Termin wykonania zamówienia w zakresie pakietu nr 7

Czy w zakresie Pakietu nr 7 Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji: do 6 tygodni?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 20

Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy dostawy §1 ust. 3 lit. e w zakresie pakietu nr 7

Zwracamy uwagę, iż pojęcie „dokumentacji serwisowej / technicznej” jest bardzo ogólne i szerokie, które może obejmować np. dokumentację dotyczącą technologii danego sprzętu, które to materiały stanowią know-how producenta i nie są przeznaczone ani adresowane do użytkowników urządzeń. Jak rozumiemy, intencją Zamawiającego jest otrzymanie tych dokumentów, które są przeznaczone dla użytkownika. Wobec tego, proponujemy doprecyzowanie zapisu w następujący sposób:
„koszty dostarczania najpóźniej w dniu dostawy dokumentacji technicznej „DTR” lub instalacyjnej (wymagania instalacyjne) przeznaczonej dla użytkownika dostarczonej wraz z urządzeniem (...)”.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w §1 ust. 3 lit. e załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy dostawy pod pojęciem „dokumentacji technicznej „DTR”, instalacyjnej, instrukcji obsługi w języku polskim”, rozumie dokumentację techniczną „DTR” i/lub instalacyjną (wymagania instalacyjne), instrukcję obsługi w języku polskim, przeznaczoną dla użytkownika.

Pytanie 21

Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy dostawy §2 ust. 4 i ust. 5 w zakresie pakietu nr 7

Stosownie do treści §2 ust. 4 zd. 1 prosimy o potwierdzenie, że odmowa odbioru, o której mowa w postanowieniu §2 ust. 5 może dotyczyć „wad istotnych” przedmiotu umowy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że odmowa odbioru, o której mowa w postanowieniu §2 ust. 5 umowy dotyczy wad istotnych przedmiotu umowy.

Pytanie 22

Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy dostawy §3 ust. 2 w zakresie pakietu nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w ustępu na:

„W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać przeglądy okresowe i konserwacje urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta” ?

W przypadku określonych urządzeń producenci zalecają wykonywanie w/w czynności np. raz na 2 lata. Zwiększenie częstotliwości przeglądów może prowadzić do zwiększenia kosztów po stronie Wykonawcy, a tym samym wpływać na cenę oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 23

Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy dostawy §3 ust. 3 w zakresie pakietu nr 7

Czy Zamawiający uzna za reakcję serwisową zdalną diagnostykę / naprawę wykonaną za pośrednictwem serwisanta z urządzeniem za pośrednictwem sieci komputerowej lub poprzez rozmowę telefoniczną?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 24

Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy dostawy §3 ust. 5 w zakresie pakietu nr 7

Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści w/w punktu, poprzez nadanie mu następującej postaci:

„Każda naprawa gwarancyjna wydłużająca się ponad terminy określone w umowie powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji.”?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 25

Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy dostawy §3 ust. 6 w zakresie pakietu nr 7

Dostawcy urządzeń medycznych nie świadczą co do zasady usług wypożyczenia/użyczenia sprzętu medycznego (utrzymywania go na stanie w celu oddania do korzystania w razie potrzeby Zamawiającemu). W związku z powyższym tego rodzaju zobowiązanie, jak wynikające z umowy może być trudne do wykonania bądź wiązać się z nadmiernymi (nieproporcjonalnymi do wartości przedmiotu umowy) kosztami, które będą musiały zostać w kalkulowane do ceny oferty Wykonawców. W celu uwzględnienia powyższego - prosimy o dopisanie zastrzeżenia, że:

„Jeżeli usunięcie wady nie będzie możliwe w ciągu 10 dni roboczych od zgłoszenia awarii Wykonawca wstawi sprzęt medyczny zastępczy o takich samych lub podobnych parametrach lub wymianę na nowy, wolny od wad, o ile w dacie zaistnienia ww. zdarzenia dysponuje na stanie magazynowym urządzeniem zastępczym.”

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 26

Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy dostawy §3 ust. 7 w zakresie pakietu nr 7

Podobnie jak w ust. 6 prosimy o następującą zmianę:

„W przypadku wystąpienia w/w sytuacji na czas naprawy Wykonawca zobowiązuje się na żądanie Zamawiającego wstawić na własny koszt urządzenie zastępcze o takich samych lub podobnych parametrach, o ile w dacie otrzymania żądania Zamawiającego Wykonawca dysponuje na stanie magazynowym urządzeniem zastępczym.”

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 27

Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy dostawy §4 ust. 1 lit. a w zakresie pakietu nr 7

Zgodnie z poglądami sądów powszechnych kara umowna naliczana za zwłokę powinna być naliczana w wartości ułamkowej, zaczynającej się od 0,1% (np. SO Łódź, XII C 698/19). Zaproponowana w ust. 1 pkt a) wartość kary (współczynnik odnoszony do wartości brutto wynagrodzenia) jest w ocenie Wykonawcy rażąco wygórowana już w dacie jej zastrzegania (art. 484 §2 k.c.). Z uwagi na powyższe, prosimy o zmianę współczynnika kary umownej za zwłokę zgodnie z propozycją:

„a)zwłoki w dostarczeniu sprzętu medycznego w wysokości 0,5% wartości brutto umowy, o której mowa w § 1 ust. 1, za każdy dzień zwłoki ponad termin wskazany w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem zapisów § 2 ust. 7 niniejszej umowy;

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 28

Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy dostawy §4 ust. 1 lit. b w zakresie pakietu nr 7

Stosownie do uwag dot. §4 ust. 1 lit. a) – uprzejmie prosimy o zmianę wysokości kary ustanowionej pod lit. b):

„b)zwłoki w czasie reakcji serwisu na zgłoszone uszkodzenie w wysokości 0,1% wartości brutto dostarczonego sprzętu medycznego za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w §3 ust. 3 niniejszej umowy;”.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 29

Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy dostawy §4 ust. 1 lit. c w zakresie pakietu nr 7

Analogicznie jak w przypadku §4 ust. 1 lit. a) i b) prosimy o zmianę wysokości kary wynikającej z §4 ust. 1 lit. c):

„c)zwłoki w wykonaniu naprawy w wysokości 0,5% wartości brutto sprzętu medycznego za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 3 ust. 4 niniejszej umowy;”.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 30

Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy dostawy §4 ust. 1 lit. d w zakresie pakietu nr 7

W przypadku niewykonania zamówienia – Zamawiający powinien dążyć do usunięcia stanu niepewności co do realizacji kontraktu poprzez np. odstąpienie od umowy. Jednocześnie w przypadku zwłoki Wykonawcy Zamawiający ma możliwość obciążenia Wykonawcy karą umowną ustanowioną pod lit. a) – interes Zamawiającego jest zatem zabezpieczony należycie.

W związku z powyższym zwracamy się o wykreślenie z postanowienia frazy: „nie wykonania zamówienia lub”.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 31

Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy dostawy §4 ust. 2 w zakresie pakietu nr 7

Wnoskujemy o zmianę limitu naliczanych na podstawie umowy kar umownych na 20%. Wskazujemy, iż ryzyka finansowe związane z naliczaniem kar są każdorazowo uwzględniane w kalkulacjach Wykonawców, stąd też nadmierna kumulacja ww. może okazać się zjawiskiem niekorzystnym dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 32

Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy dostawy §4 ust. 3 w zakresie pakietu nr 7

Prosimy o potraktowanie Wykonawcy symetrycznie w stosunku do Zamawiającego, przywrócenie równowagi kontraktowej stron poprzez zmianę ust. 3:

„W przypadku, gdy zastrzeżone kary umowne nie pokryją wartości poniesionej szkody, Strona poszkodowana uprawniona będzie do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.”

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 33

Dotyczy SWZ - Rozdział X ust. 10 lit. a)

Dotyczy SWZ / przedmiotowe środki dowodowe;

Katalogi / ulotki producenta są materiałami reklamowymi tworzonymi dla szerokiego grona odbiorców, a nie konkretnego Zamawiającego, Wobec powyższego nie jest możliwe umieszczenie na nich wszystkich informacji i parametrów, które są wymagane w danym postępowaniu. Czy w przypadku braku potwierdzenia parametru na katalogach lub ulotkach producenta, Zamawiający dopuści załączenie oświadczenia autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnianie opisanego wymagania?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wymaga potwierdzenia parametrów w instrukcjach, katalogach, ulotkach i folderach, z dopisaniem na przedmiotowych materiałach punktu z załącznika nr 1 do specyfikacji, w którym został opisany potwierdzony parametr, jednakże w odniesieniu do wymaganych przez siebie parametrów, które nie są prezentowane w instrukcjach, katalogach, ulotkach, folderach, dopuszcza ich potwierdzenie oświadczeniem podmiotu posiadającego pisemną autoryzację producenta dla sprzedaży i serwisu oferowanego przedmiotu zamówienia.

Pytanie 34

Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy dostawy w zakresie wymogu dostarczenia w dniu dostawy dokumentacji „DTR”

Czy zamiast dostarczenia w dniu dostawy dokumentacji „DTR” Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie Instrukcji obsługi oraz Instrukcji dekontaminacji/reprocesingu dla danego przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający wyjaśnia, że w §1 ust. 3 lit. e załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy dostawy pod pojęciem „dokumentacji technicznej „DTR”, instalacyjnej, instrukcji obsługi w języku polskim” , rozumie dokumentację techniczną „DTR” i/lub instalacyjną (wymagania instalacyjne), instrukcję obsługi w języku polskim, przeznaczoną dla użytkownika.

Pytanie 35

Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy dostawy §4 ust. 1 lit. a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 1 % na 0,5% wartości brutto Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu dostawy określonego w §4 ust.1 a) wzoru umowy? Obecna wysokość kary umownej jest wygórowana i znacząco odbiega od praktyki powszechnie stosowanych kar w branży medycznej na rynku polskim.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 36

Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ – Wzór umowy dostawy §4 ust. 1 lit. c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości w §4 ust.1 c) kary umownej z 1 % na 0,5% wartości brutto Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu naprawy sprzętu medycznego ponad termin określony w §3 ust 4 wzory umowy? Obecna wysokość kary umownej jest wygórowana i znacząco odbiega od praktyki powszechnie stosowanych kar w branży medycznej na rynku polskim.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 37

Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia w zakresie wymogu: „Dostępność części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego min. 10 lat od daty uruchomienia.”

Ze względu na fakt, że technologia wytwarzania oferowanego sprzętu ulega szybkim zmianom i cykle produkcyjne podzespołów są stosunkowo krótkie w celu zastąpienia ich nowymi technologicznie odpowiednikami, zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu dostępności części zamiennych do 7 lat.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej MSWiA w Białymstoku
im. Mariana Zyndrama-Kosińskiego

Alicja Skindzielińska

