

ZAPYTANIE OFERTOWE

Poniższe postępowanie nie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:


1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 3 fabrycznie nowych kompletów defibrylatorów AED realizowany w ramach budżetu obywatelskiego.
2. Każdy z 3 kompletów defibrylatorów AED powinien zawierać:
 - 1) **defibrylator AED**

Cechy i właściwości defibrylatora AED:

 - a) sprzęt musi być fabrycznie nowy i nieużywany, rok produkcji 2018/2019,
 - b) zautomatyzowany i intuicyjny,
 - c) zestaw zawierający elektrody dla dorosłych,
 - d) zestaw zawierający baterię litową (czas przechowywania 5 lat, żywotność baterii minimum 5 lat) z gwarancją 5-cio letnią producenta,
 - e) energia impulsu defibrylacyjnego zgodna z wytycznymi ERC 2015,
 - f) czas od zakończenia RKO do gotowości do wyładowania powinien wynosić mniej niż 10s, co powinno być poparte zapisami w instrukcji producenta,
 - g) możliwość zaktualizowania oprogramowania w przypadku zmiany wytycznych ERC bez konieczności wymiany całego urządzenia,
 - h) urządzenie wyposażone we wskaźniki głosowe i wizualne, informujące o kolejnych etapach pracy urządzenia w języku polskim,
 - i) urządzenie wyposażone w wbudowany metronom oraz asystę wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej wspomagający akustycznie tempo prowadzonego masażu serca podczas prowadzonej resuscytacji zgodnie z wytycznymi ERC,
 - j) możliwość uruchamiania/inicjowania autotestów przez użytkownika,
 - k) możliwość używania na mokrych i metalowych powierzchniach,
 - l) dane dotyczące warunków środowiskowych pracy urządzenia:
 - tolerancja na wstrząsy i upadki (po upadku musi być zachowana ciągła gotowość urządzenia do pracy),
 - temperatura pracy: od -20°C,
 - temperatura czuwania: od 0°C do 43°C,
 - wilgotność względna: od 5% do 95%,
 - odporność na wibracje,
 - wodoodporność/szczelność: PN-EN 60529 klasa minimum IP54, pyłoszczelny, bryzgoszczelny,
 - certyfikat zgodności PN-EN 60601,

- m) torba transportowa w całości ochraniająca defibrylator przed uszkodzeniem,
- n) instrukcja obsługi,
- o) 5 lat gwarancji producenta na baterie oraz defibrylator potwierdzone przez producenta przyjęcia warunków gwarancji,
- p) deklaracja zgodności,
- q) zgodność z wytycznymi ERC 2015 Europejskiej Rady Resuscytacji,
- r) posiadanie badań klinicznych oceniających skuteczność i bezpieczeństwo technologii stosowania,


2) ogrzewaną szafkę zewnętrzną z alarmem:



Cechy i właściwości szafki:

- a) moduł grzewczy zapewniający odpowiednie warunki dla przechowywanego defibrylatora, w sytuacji, gdy temperatura na zewnątrz spadnie poniżej 0°C,
- b) odporność na całoroczne działania atmosferyczne i promienie UV,
- c) wyposażone w przezroczyste okienko pozwalające na kontrolę zawartości,
- d) do zainstalowania na ścianie budynku,
- e) oznaczenie AED na szafce,
- f) alarm dźwiękowo – świetlny uaktywniany przy wyjmowaniu defibrylatora,
- g) szafka dostosowana wielkością do proponowanych defibrylatorów AED,
- h) zamek patentowy umożliwiający otwieranie i zamykanie bez klucza, zabezpieczone za pomocą zrywalnej plomby,
- i) szafka docelowo ma zostać podłączona do elektrycznej instalacji wewnętrznej wskazanego budynku,

3) znak informacyjny AED (3D):



Cechy i właściwości znaku:

- a) naścienny znak informacyjny gięty 3D,
- b) odporny na działania atmosferyczne,
- c) do zainstalowania na ścianie budynku,
- d) orientacyjne wymiary maksymalne: 20cm x 20cm x 20cm,

4) dwa znaki informacyjne (2D) wskazujące kierunek:



Cechy i właściwości znaku:

- a) naścienny znak informacyjny prosty 2D,
- b) odporny na działania atmosferyczne,
- c) do zainstalowania na ścianie budynku,
- d) orientacyjne wymiary maksymalne: 30cm x 15cm,
- e) kierunek prawy i lewy.

MIEJSCA MONTAŻU:

1. Urząd Stanu Cywilnego w Rydułtowach
ul. Raciborska 369, 44-280 Rydułtowy
2. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rydułtowach
ul. M. Kolbego 5, 44-280 Rydułtowy
3. Rydułtowski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Gen. J. Bema 125 C, 44-280 Rydułtowy

TERMIN:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: **do 10 tygodni od dnia podpisania umowy.**

GWARANCJA:

Wykonawca udzieli 5 letniej gwarancji na montaż i nabyty sprzęt. Rękojmia za wady zostanie wydłużona do okresu gwarancji zgodnie z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy.

Wykonawca zapewni minimum 5 letnią gwarancję producenta na defibrylator AED, baterię i elektrody.

II. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:

1. Cena ofertowa musi obejmować podatek od towarów i usług VAT.
2. Cena jest ceną ryczałtową wynikającą wprost z opisu przedmiotu zamówienia, a także obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia, w tym:
 - 1) koszt dostawy i montażu 3 kompletów defibrylatorów AED,
 - 2) koszt podłączenia do instalacji,
 - 3) koszty doprowadzenia terenu robót do stanu pierwotnego.

III. OFERTY:

1. Termin składania ofert: **do dnia 19 lipca 2019 r. do godziny 14.00**
2. Ofertę należy złożyć **elektronicznie**, na platformie zakupowej.
3. Kryterium wyboru oferty – najniższa cena.

IV. PODPISANIE UMOWY

Najpóźniej 5 dni przed dniem podpisania umowy Wykonawca przedkłada Zamawiającemu:

- dokumentację techniczną oraz deklarację zgodności w języku polskim zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami,
- potwierdzone przez producenta przyjęcie warunków gwarancji,
- instrukcję obsługi defibrylatora.


KONTAKT:

Referat Inwestycji: Joanna Dąga tel. 032/ 45 37 420

Magdalena Lisson tel. 032/ 45 37 422

Załączniki:

Projekt umowy – Załącznik nr 1


Zast. Burmistrza
mgr Mariola Belska
Zastępca Burmistrza