



# "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

Września, dnia 28.03.2024r.

008Z/2024

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na: „**Zakup testów immunochromatograficznych: SARS-COV-2/INFLUENZA A+B/RSV ANTIGEN COMBO.**”

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu o parametrach zgodnych z załączoną metodyką?	Zamawiający nie wyraża zgody.
2	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu w pakiecie zbiorczym o czułości i swoistości:  Dla SARS-CoV-2: czułość całkowita 92,93% i swoistość całkowita 100%  Dla Grypy typu A: czułość całkowita 91,80% i swoistość całkowita 99,61%  Dla Grypy typu B: czułość całkowita 92,73% i swoistość całkowita 100%  Dla RSV: czułość całkowita 96,97% i swoistość całkowita 100%  Niezależnie od materiału użytego do badania (w przypadku wymazów z jamy nosowo-gardłowej parametry te są wyższe)?	Zamawiający nie wyraża zgody.

*W odpowiedzi*  
Kierownik Działu  
Administracyjno-Technicznego  
*Marian Janiak*

