



UNIWERSYTET  
WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

mgr inż.

**Bogusław Stec**

KANCLERZ

UWM.DZP.243.1025.2024

Nr postępowania: 209/2024/TP/DZP

Olsztyn, 4 czerwca 2024 r.

**Do wszystkich Wykonawców  
uczestniczących w postępowaniu**

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 2

**Dotyczy: postępowania nr 209/2024/TP/DZP pt. „Dostawa aparatury badawczej i laboratoryjnej na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania:

### **Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie mikrowirówki o zakresie chłodzenia od -10°C do 40 °C oraz o maks. RCF 21 300 x g, co odpowiada 15060 rpm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

### **Odpowiedź.**

*Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie mikrowirówki o podanych parametrach.*

Łączę wyrazy szacunku,

**KANCLERZ**

*mgr inż. Bogusław Stec*

(podpisano elektronicznie)

Sprawę prowadzi:

Agnieszka Filipiuk

Tel. 89 524 51 81

e-mail: [agnieszka.filipiuk@uwm.edu.pl](mailto:agnieszka.filipiuk@uwm.edu.pl)

Odpowiedzi udzieliła: dr inż. Monika Pliszka

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn  
tel. (89) 523 37 66, (89) 523 33 44      [kanclerz@uwm.edu.pl](mailto:kanclerz@uwm.edu.pl)  
fax (89) 523 43 66      [www.uwm.edu.pl](http://www.uwm.edu.pl)