



Pomorskie Centrum Reumatologiczne
im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
www.pcrsopot.pl
e-mail: sekretariat@pcrsopot.pl



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO

DZP.KK.282.5.2021

Sopot, dnia 28.05.2021 roku

**WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PRZETARG NIEOGRANICZONY – ZNAK: 5/PN/21**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż komory do krioterapii ogólnoustrojowej na potrzeby Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Sp. z o.o. wraz z demontażem i utylizacją istniejącej komory – Znak: 5/PN/21

1. Działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U.2019.2019 ze zm.) – Zamawiający – w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców – udziela następujących wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Lp.	Treść pytania	Treść wyjaśnienia udzielonego przez Zamawiającego
1.	Czy walidacja temperatury wewnątrz komory zabiegowej zostanie wykonana przez firmę zewnętrzną?	Zamawiający informuje, że wszystkie czynności związane z walidacją temperatury wykonuje dostawca, poprzez rozruch próbny i pomiary wraz z potwierdzeniem na odpowiednim protokole.

Treść Specyfikacji Warunków Zamówienia na dostawę i montaż komory do krioterapii ogólnoustrojowej na potrzeby Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Sp. z o.o. wraz z demontażem i utylizacją istniejącej komory – Znak: 5/PN/21 - **nie zmienia się.**

**DYREKTOR
ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY**

Danuta Szkutnik

