

Nr sprawy: ZOZ.V.010/DZP/43/20

Sucha Beskidzka, dnia 12.06.2020r.

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę implantów i materiałów do zabiegów artroskopowych oraz zestawów do szycia łątki ZOZ.V.010/43/20.


Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

**Pytanie nr 1, dotyczy Załącznik nr 1 a pkt. 7**

„Czy Zamawiający w Załączniku 1a w punkcie 7 miał na myśli system do szycia łąstek metodą All-inside - dwa miękkie, poliestrowe implanty do szycia łątki, połączone nicią 2-0 z UHMWPE. System bezwęzłowy, mocowanie typu ziploop. Podajnik ołówkowy z ogranicznikiem głębokości penetracji igły 10-18 mm. Prowadnica metalowa prosta lub/i wygięta 14 stopni zakończona igłą o śr.1,6 mm?”

**Odp. TAK.**

Z poważaniem:

  
mgr Janusz Baczewski  
Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Suchej Beskidzkiej

Kierownik  
Działu Zarządzania Publicznych  
mgr Sabina Szczyk