



## wielkopolskie centrum onkologii

ul. Garbary 15, 61-866 Poznań  
tel. (+48-61) 885 05 00, fax 61 852 19 48  
dyrektor 61 885 07 00

Poznań, dnia 03.08.2021 r.

EZ/35/2021/...498

Wg rozdzielnika:

do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne nr 35/2021

dotyczy: **Zakup drukarek do szkiełek i drukarek do kasetek histopatologicznych.**

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), udziela odpowiedzi:

**Pytanie 1: DRUKARKA DO SZKIEŁEK MIKROSKOPOWYCH PKT. 5**

Czy Zamawiający oczekuje zaproponowania drukarki z możliwością stosowania różnych metod znakowania tj.: kodów kreskowych, kodów 2D, opisów, znaków specjalnych, numeracji indywidualnej, posiadającej taką właściwość w przypadku zintegrowania jej z systemem informatycznym, użytkowanym aktualnie w Zakładzie Patomorfologii?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pytanie 2: DRUKARKA DO SZKIEŁEK MIKROSKOPOWYCH Pkt. 21**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę, instalację, uruchomienie sprzętu oraz szkolenie o którym mowa w pkt. 27 – w terminie 6-8 tygodni od daty podpisania umowy?

**Odpowiedź:** Zamawiający, zgodnie z SWZ, podtrzymuje termin realizacji zamówienia do 30 dni roboczych.

**Pytanie 3: DRUKARKA DO SZKIEŁEK MIKROSKOPOWYCH Pkt. 26**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu usunięcia awarii sprzętu w terminie do 10 dni roboczych w szczególności biorąc pod uwagę konieczność sprowadzenia części do naprawy z zagranicy, co znacznie wydłuża czas?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu usunięcia awarii sprzętu w terminie do 10 dni roboczych.

**Pytanie 4: DRUKARKA DO SZKIEŁEK MIKROSKOPOWYCH Pkt 27**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy i instalacji sprzętu zastępczego o takich samych lub lepszych parametrach i standardach lub uzgodniony z Zamawiającym sprzęt o podobnej (tj. nie gorszej) funkcjonalności – czas dostarczenia sprzętu zastępczego – max. do 72 godzin od zgłoszenia takiej potrzeby (po upływie 10-ego dnia roboczego naprawy)?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 5:** Zwracamy się z wnioskiem o możliwość składania ofert częściowych z rodzajowym podziałem na urządzenia dla jednej części drukarki do szkiełek dla drugiej części drukarka do kasetek?

**Odpowiedź:** Zamawiający dokona podziału zamówienia na części i wydzieli dwa osobne pakiety.

**Pytanie 6:** Dotyczy Załącznik nr 2 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia, zwracamy się z wnioskiem o usunięcie kolumny pt: "Strona oferty na której znajduje się wymagany opis" - z uwagi na brak składania wraz z ofertą materiałów na potwierdzenie parametrów, a dopiero w momencie dostawy.

**Odpowiedź:** Zamawiający usunie kolumnę pt: "Strona oferty na której znajduje się wymagany opis" z Opisu przedmiotu zamówienia (zał. Nr 2 do SWZ).

Nowy, obowiązujący wzór Załącznika nr 2 do SWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

**Pytanie 7:** Zwracamy się z wnioskiem o usunięcie zapisu, z treści umowy par. 2 pkt.17:" Jeśli natomiast 3 krotna naprawa elementu nie doprowadzi do prawidłowego stanu użytkowego przedmiotu zamówienia Wykonawca wymieni przedmiot zamówienia na nowy wolny od wad.", w związku z tym, iż Zamawiający dopuszcza w takim przypadku wymianę podzespołu na nowy a nie całego urządzenia, zapisy te są ze sobą sprzeczne.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu. Nie ma tutaj sprzeczności. Wymiana podzespołu na nowy to powszechna, standardowa forma naprawy urządzeń. Trzykrotna awaria zakończona wymianą podzespołu na nowy nieskutkująca doprowadzeniem do prawidłowego stanu użytkowego przedmiotu zamówienia powinna skutkować wymianą przedmiotu zamówienia na nowy wolny od wad.

#### **Pytanie 8 – załącznik nr 2 do SWZ**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie do oddzielnego pakietu drukarek do szkiełek mikroskopowych i utworzenie odrębnego pakietu. Umieszczenie w jednym pakiecie drukarek pracujących w różnych technologiach (druk termotransferowy oraz druk atramentowy) w znaczny sposób ogranicza możliwość złożenia oferty potencjalnym wykonawcom. Dodatkowo utworzenie dwóch odrębnych pakietów zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych ofert cenowych.

**Odpowiedź:** Zamawiający dokona podziału zamówienia na części i wydzieli dwa osobne pakiety.

#### **Pytanie 9 – załącznik nr 2 do SWZ – drukarka do szkiełek mikroskopowych – pkt 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie drukarki o wymiarach:

- Szerokość: 179,8 mm
- Głębokość: 319.5 mm
- Wysokość: 218,4 mm

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie 10 – załącznik nr 2 do SWZ – drukarka do szkiełek mikroskopowych – pkt 11**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie drukarki z maksymalnym czasem nadruku jednego szkiełka do 6,7 s?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie 11 – załącznik nr 2 do SWZ – drukarka do szkiełek mikroskopowych – pkt 15**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie drukarki bez ekranu dotykowego z możliwością podłączania do komputera zewnętrznego w celu integracji z systemem LIMS w pracowni i kontroli parametrów wydruku ?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje wymóg posiadania przez urządzenie ekranu dotykowego.

#### **Pytanie 12 – załącznik nr 2 do SWZ – drukarka do szkiełek mikroskopowych – pkt 16**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie drukarki wyposażonej w jeden port USB służący do bezpośredniej komunikacji z zewnętrzną stacją sterującą do obsługi urządzenia oraz integracji z systemem LIMS w pracowni bez gniazda Ethernet?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje wymóg posiadania przez urządzenie gniazda Ethernet.

**Pytanie 13** – załącznik nr 2 do SWZ – drukarka do kasetek histopatologicznych – pkt 7  
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie drukarki pracującej w oparciu o druk laserowy, który jest na etapie eksploatacji rozwiązaniem dużo bardziej niezawodnym oraz tańszym.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 14** – załącznik nr 2 do SWZ – drukarka do kasetek histopatologicznych – pkt 8  
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie drukarki pracującej bez wymiennego kartridża z atramentem. Technologia laserowa nadruku nie wymaga stosowania takiego rozwiązania.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 15** – załącznik nr 2 do SWZ – drukarka do kasetek histopatologicznych  
Czy Zamawiający wymaga zaproponowania wysoko wydajnej drukarki do kasetek histopatologicznych pracującej w technologii laserowej z możliwością używania ogólnie dostępnych kasetek histopatologicznych bez konieczności stosowania kasetek dedykowanych co w znacznym stopniu podwyższa koszty eksploatacji?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający wymaga wysoko wydajnej drukarki do kasetek histopatologicznych z możliwością używania ogólnie dostępnych kasetek histopatologicznych bez konieczności stosowania kasetek dedykowanych.

**Pytanie 16** – załącznik nr 2 do SWZ - drukarka do szkiełek mikroskopowych – pkt 17, drukarka do kasetek histopatologicznych – pkt 11

Czy zamawiający potwierdza/zapewnia, że obecny dostawca LIMS ma możliwości techniczne integracji oraz będzie współpracował przy integracji. Integracja drukarek do szkiełek mikroskopowych oraz kasetek histopatologicznych zależy w dużej mierze od możliwości technicznych dostawcy LIMS a nie tylko od samego urządzenia. W przypadku braku takiego potwierdzenia prosimy o zmianę zapisu dla punktów w/w na „drukarka z dostępną dokumentacją pozwalającą na integrację z systemami klasy LIMS”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie może potwierdzać ani zapewniać, że obecny dostawca będzie współpracował przy integracji. Zamawiający podtrzymuje wymogi określone w punkcie 17 Opisu przedmiotu zamówienia.

W wyniku udzielnych odpowiedzi Zamawiający dokonuje zmian SWZ w następującym zakresie:

1. W rozdziale III „Tryb udzielenia zamówienia” pkt 5 otrzymuje brzmienie:  
„Zamawiający **dopuszcza możliwość** składania ofert częściowych.”
2. W rozdziale IV „Opis przedmiotu zamówienia” pkt 1 otrzymuje brzmienie:  
„Przedmiotem zamówienia jest **Zakup:**  
**Pakiet 1 – drukarek do szkiełek histopatologicznych - 6 sztuk,**  
**Pakiet 2 – drukarek do kasetek histopatologicznych - 1 sztuka**  
na potrzeby Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu przy ul. Garbary 15, 61-866 Poznań.”
3. W rozdziale VII „Termin wykonania zamówienia” pkt 1 otrzymuje brzmienie:  
„Termin realizacji zamówienia dla każdego z pakietów wynosi: **do 60 dni roboczych od dnia podpisania umowy.**”
4. W rozdziale XXII „Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert” pkt 1 otrzymuje brzmienie:  
„Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w każdym pakiecie Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:  
1) **Cena (C) – waga kryterium 60 %**

- 2) **Termin realizacji** – waga kryterium 20%
- 3) **Gwarancja** – waga kryterium 20%”
5. W załączniku nr 4 do SWZ „Wzór umowy”, §2 ust.1 umowy otrzymuje brzmienie:  
„Przedmiotem niniejszej umowy jest **Zakup drukarek do ..... histopatologicznych – ..... szt. – Pakiet ...** opisanych szczegółowo w specyfikacji warunków zamówienia, zwanych w niniejszej umowie „**Urządzeniami**”.”
6. W wyniku udzielonych odpowiedzi, Zamawiający zmienia Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy oraz Załącznik nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia. Zmieniony, obowiązujący załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do SWZ są załącznikami do niniejszych odpowiedzi.

#### **UWAGA!**

**Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na zmienionym Formularzu ofertowym wraz ze zmienionym Opiszem przedmiotu zamówienia, pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5) jako oferty, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.**


Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie oferty, tj.:

**Termin składania ofert upływa 10.08.2021 r. o godz. 9:00**

**Termin otwarcia ofert – 10.08.2021 r. godz. 10:00**

Tym samym zmianie ulega termin związania ofertą – Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 08.09 2021 r.

Z poważaniem,

Wielkopolskie Centrum Onkologii  
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych  
  
mgr inż. Magdalena Kraszewska