

Pakiet 45 - Kaniule dożylnie										
L. p.	Artykuł	J. m.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Vat	Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent	Nr katalogowy
1.	Koreczek do kaniuli dożylniej kompatybilny z kaniulami zaproponowanymi poniżej	/op. A 100s	100000/ 1000	8,00	8 000,00	8%	8 640,00	Korek do wenflonów KD CAP	KDM	762530
2.	Kaniula do wkłuć żylnych z portem iniekcyjnym lub bez / do wyboru/ i skrzydełkami o rozmiarach zewnętrznych : 0,8-0,9 /25 mm( 22 G) kolor niebieski –przepływ min. 35 ml/ min.; 1,0-1,1 /32-33 mm oraz 25 mm (20 G) kolor różowy –przepływ min. 56 ml/ min.; 1,2-1,3 /40-45 mm oraz 32 mm ( 18 G) kolor zielony –przepływ min. 90 ml/ min.; 1,4-1,5 /42-45 mm ( 17 G) kolor biały –przepływ min. 125 ml/ min.	szt.	72 000	0,39	28 080,00	8%	30 326,40	Wenflon KD-FIX lub KD-FIX MONO	KDM	762226M 762202M 777633M 762189M 769294M 762172M 766422M 766415M 766408M 766392M

3.	Kaniula do wkłuć żylnych z portem iniekcyjnym lub bez / do wyboru / i skrzydełkami o rozmiarach zewnętrznych : 0,8-0,9 /25 mm( 22 G) kolor niebieski –przepływ min. 35 ml/ min.; 1,0-1,1 /32-33 mm (20 G) kolor różowy –przepływ min. 56 ml/ min.; 1,2-1,3 /40-45 mm( 18 G) kolor zielony –przepływ min. 90 ml/ min.; 1,4-1,5 /42-45 mm ( 17 G) kolor biały –przepływ min. 135 ml/ min.	szt.	2 000	1,29	2 580,00	8%	2 786,40	Wenflon KD-FIX SAFETY lub KD-FIX SAFETY MONO	KDM	767221 767214 767207 767191 767542 767535 767528 767511
	<b>Razem:</b>				<b>38 660,00</b>		<b>41 752,80</b>			

Asortyment w całym pakiecie winien pochodzić od jednego Producenta.

Wymagania do poz. 2 :

- zakończenie igły w kształcie litery V ,
  - elastyczne , giętke skrzydełka z obu stron kaniuli ,
- kaniula wykonane z PUR/PTFE/FEP z paskami kontrastującymi pod RTG
- kaniula posiada filtr hydrofobowy lub zastawkę uniemożliwiającą wypływ krwi z komory kontrolnej ,
  - opakowanie jednostkowe uniemożliwiające przypadkowe uszkodzenie blistra i utratę jałowości ,
  - opakowanie jednostkowe zawiera informację dotyczącą materiału z jakiego wykonana jest kaniula , rozmiar kaniuli / długość i średnica/, przepływ w ml/min. , nazwę producenta , nr serii i datę ważności.

Wymagania do poz. 3 :

- podobnie jak dla poz. 2 dodatkowo kaniula posiada automatyczne zabezpieczenie ostrego końca igły chroniące przed przypadkowym zakłuciem .

Pozostałe jak w pozycji 2