

Tarnów, 05.04.2024 r.

**Akademia Tarnowska
ul. Mickiewicza 8
33-100 Tarnów**

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o zamówienie**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania pn. „Dostawa sprzętu do pracowni biochemiczno-mikrobiologicznej i biologii molekularnej Akademii Tarnowskiej” prowadzonego przez Akademię Tarnowską. Nr referencyjny: K-dzpz/382-3/2024.

Zamawiający Akademia Tarnowska działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść pytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

Pytania dotyczące części 4.

Pytanie nr 1:

Pytanie dotyczy Opisu Przedmiotu Zamówienia Część 4. Urządzenie do analizy białek i materiału genetycznego; 1. Miniwirówka z dwoma wymiennymi rotorami:

Czy Zamawiający zaakceptuje parametr przyspieszenia co najmniej 2000 x g?

Wyjaśnienia Akademii Tarnowskiej:

Zamawiający nie zaakceptuje miniwirówki, której parametr przyspieszenia jest mniejszy niż 2 500 x g.

Pytanie nr 2:

Pytanie dotyczy Opisu Przedmiotu Zamówienia, Część 4. Urządzenie do analizy białek i materiału genetycznego; 5. Termocykler gradiendowy:

Czy Zamawiający zaakceptuje zakres programowania różnicy temperatur gradientu od co najmniej od 1 do 24 °C?

Wyjaśnienia Akademii Tarnowskiej:

Zamawiający nie zaakceptuje termocyklera gradientowego, którego zakres programowania różnicy temperatury gradientu jest mniejszy niż od 1 do 25°C.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe pytania i wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia, a z uwagi na ich zakres i charakter nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert oraz są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Rektor Akademii Tarnowskiej
dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. Uczelni

Otrzymują:

1x strona internetowa prowadzonego postępowania.

1x aa