

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury naukowej - Nr sprawy: FO-Z/ŁIT/23/2023.

Odpowiedź na pytania Wykonawców



1. Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm. - dalej PZP) Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania do treści SWZ. Poniżej Zamawiający w kolejności przekazuje pytania wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1

1. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o pojemności 400 litrów mieszczącą 30.000 fiolek 2ml ?

Ad. 1

TAK

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z zakresem regulacji temperatury od -40oC do -86oC ?

Ad. 2

NIE, zakres wyszczególniony jest w specyfikacji.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z 3 półkami regulowanymi położenie i jedną stałą (dno komory)?

Ad. 3

TAK

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę wyposażoną w dwie sztuki wewnętrznych izolowanych drzwi stalowych ?

Ad. 4

Zamawiający wymaga min. 4 wewnętrzne, izolowane stalowe drzwi.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o głębokości zewnętrznej 1041 mm ?

Ad. 5

TAK, jeśli wszystkie inne parametry pracy są spełnione a jedynie wymiary urządzenia nieznacznie się różnią.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o szerokości wewnętrznej 440 mm i wysokości 1266 mm ?

Ad. 6

TAK, jeśli wszystkie inne parametry pracy są spełnione a jedynie wymiary urządzenia nieznacznie się różnią.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający wymaga urządzenia nowego z aktualnym rokiem produkcji 2023 ?

Ad. 7

Zamawiający wymaga nowego urządzenia, aczkolwiek rok produkcji nie musi być bieżący.

2. Jednocześnie Zamawiający informuje, że ulegają zmianie terminy składania i otwarcia ofert.

Nowe terminy Zamawiający ustala następująco:

- **nowy termin składania ofert** - **do 26 lipca 2023r. do godz. 8:15**

FO-Z/ŁIT/13/2022

- **nowy termin otwarcia ofert** - **26 lipca 2023r. o godz. 8:30**
 - **nowy termin związania ofertą** - **24 sierpnia 2023r.**
3. W celu ujednoczenia Zamawiający publikuje w załączeniu zmodyfikowaną treść SWZ uwzględniające powyższe zmiany wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

Z poważaniem

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Łódzki Instytut Technologiczny