



Samodzielny Publiczny Zespół Gruzlicy i Chorób Płuc w Olsztynie



10-357 Olsztyn, ul. Jagiellońska 78, tel. 89 532 29 01/fax 89 532 29 76, e-mail: sekretariat@pulmonologia.olsztyn.pl

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SWZ

Znak sprawy: SOZ.383.15.2021
Data: 30.04.2021

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na dostawę urządzeń medycznych i wyposażenia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruzlicy i Chorób Płuc w Olsztynie.

- I. Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2019 ze zmianami), Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania do SWZ:

Pytanie nr 1

Zadanie Nr 4 Lp. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania pod postacią dozownika tlenu z zakresem wskazań 1-15 l/min, zakresem regulacji przepływu 0-15 l/min oraz rurką rotametryczną z podziałką 0-15 l/min.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, w związku z czym modyfikuje formularz parametrów technicznych i użytkowych – załącznik nr 2 do SWA., w załączeniu.

- II. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku gdzie Zamawiający dopuścił w niniejszych odpowiedziach na pytania zastosowanie rozwiązań odmiennych niż te wskazane w dokumentach zamówienia, to Wykonawca składając ofertę winien zaznaczyć w formularzu parametrów technicznych i użytkowych, które z pozycji są zgodne są z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami na pytania Wykonawców z dnia
- III. Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na powyższe pytania stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Załączniki:

Zmodyfikowany formularz parametrów technicznych i użytkowych – załącznik nr 2 do SWZ.

Dyrektor
Irena Petryna
/podpis na oryginale/