



Toruń, 22.04.2024 r.

KPIM/205/2024

DZP.38.1.2023.MS

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa budynków nr B4A, B4, budynków technicznych wraz z zagospodarowaniem terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku – ETAP I FAZA 2 inwestycji.” Znak postępowania: ZP/01/23

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (16)

Dotyczy załącznika - 376-IP-B4-XX-SH-M-98013-01 Blok operacyjny

818. Zamawiający w pliku (376-IP-B4-XX-SH-M-98013-01 Blok operacyjny) sklasyfikował stoły operacyjne w kilku grupach:

- 03.BO.024 – Sala operacyjna stół operacyjny MTs.1 – grupa 3
- 03.BO.028 – Sala operacyjna stół operacyjny MTsu.1 – grupa 2
- 03.BO.031 – Sala operacyjna stół operacyjny MTs.1 – grupa 3
- 03.BO.037 – Sala operacyjna stół operacyjny MTsh.1 – grupa 1
- 03.BO.043 – Sala operacyjna stół operacyjny MTsl.1 – grupa 2
- 03.BO.046 – Sala operacyjna stół operacyjny MTs.1 – grupa 3
- 03.BO.049 – Sala operacyjna stół operacyjny MTs.1 – grupa 3

Czy Zamawiający podtrzymuje zapis? Integralnym stołem wbudowanym jest jedynie stół hybrydowy MTsh.1. Pozostałe stoły są urządzeniami mobilnymi. Zalecamy wyłączenie elementów mobilnych z postępowania. Użytkownik w momencie oddania obiektu może mieć dostęp do znacznie nowszych technologii.

Stół hybrydowy MTsh.1. powinien być kompatybilny z angiografem jednopłaszczyznowym MD04.1

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis.

Dotyczy załącznika: 376-IP-B4-XX-SP-M-98002 Spis wymaganych parametrów

MODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data: 02.06.2022; Rewizja:00

Zawartość: Tom II, Część III – TECHNOLOGIA MEDYCZNA

Integracja – Głośniki pasywne

820. Czy zamawiający dopuszcza inne rozwiązanie o podobnych parametrach dotyczących głośników sufitowych? Parametry proponowanego rozwiązania:

Impedancja: 8 Ω

Materiał: metal i tworzywo sztuczne



Pasma przenoszenia: 50-20 000 Hz

Skuteczność: 89 dB/W/m

Waga: 1.82 kg

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

828. Czy Zamawiający wymaga aby system zintegrowany system dla sal operacyjnych był połączony z systemem szpitalnym PACS i HiS? Prosimy o wskazanie dostawcy systemu HiS i PACS jeżeli Użytkownik wymaga aby systemy były zintegrowane?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby system zintegrowany system dla sal operacyjnych był połączony z systemem szpitalnym PACS i HiS. Zamawiający wskazuje, że dostawcą systemu HIS jest Asseco Poland SA, a PACS jest Pixel.

Załącznik: (376-IP-B4-XX-SP-A-00009)

2.7 Systemowe obudowy ścian w salach operacyjnych

829. Czy zamawiający wymaga, aby dostawca systemowej zabudowy panelowej posiadał odpowiednie dokumenty dopuszczające, badania jak aprobaty technicznej ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga.

KIEROWNIK DZIAŁU
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Małgorzata Sondej-Orłowska