



107 Szpital Wojskowy z Przychodnią  
Samodzielny Publiczny Zakład  
Opieki Zdrowotnej w Wąlczu  
78-600 WĄLCZ, ul. Kołobrzeska 44  
REGON 570544566, NIP 765-14-95-874



Wąlcz, dnia 26.07.2023 r.

DZP.2610.2.2023

### Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: usługę pogwarancyjnej obsługi serwisowej Tomografu komputerowego Somatom Definition AS, produkcji SIEMENS, nr fabr.: 64991, system opisowy syngo.via nr. seryjny 100315, wstrzykiwacz OptiVantage nr fabr. CI10510B543 stanowiącego własność Zamawiającego

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, informuje o wpłynięciu do zamawiającego w terminie wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym zamawiający przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

**Pytanie 1 Dot. załącznika nr 2 do SWZ, opis przedmiotu zamówienia, Tabela nr 2, kryteria oceny jakościowej, l.p 3 i Projekt umowy § 2, ust. 2, pkt 4:** Prosimy o potwierdzenie, że rękojmia jest ograniczona do warunków gwarancyjnych.

**Odp. Zamawiający potwierdza, że rękojmia jest ograniczona do warunków gwarancyjnych**

**Pytanie 2 Dot. załącznika nr 1 do SWZ, Formularz ofertowy, pkt 3, Tabela formularz cenowy:** Uprzejmie prosimy o poprawienie omyłki i zmianę nazwy i nr seryjnego aparatu zgodnie z przedmiotem zamówienia na: Somatom Definition AS, produkcji SIEMENS, nr fabr.: 64991

**Odp. Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską – załączono zmodyfikowany formularz.**

**Pytanie 3 Dot. załącznika nr 4 do SWZ, Projekt umowy § 2, ust. 3, pkt 3:** Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający (również zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w zał. nr 2) wymaga dostawy wszystkich części w ramach przedmiotowej umowy (umowa w tzw. Pełnym zakresie obsługi), czy wymaga jednak tylko części niezbędnych do wykonania przeglądu, a każdą inną kupi na podstawie odrębnego zlecenia po zaakceptowaniu kosztów takiej części?

**Odp. Zamawiający wymaga części niezbędnych do wykonania przeglądu, a każdą inną kupi na podstawie odrębnego zlecenia po zaakceptowaniu kosztów takiej części.**

**Pytanie 4 Dot. Załącznika nr 4 do SWZ, Projekt umowy § 13, ust. 1, pkt 6** Prosimy o potwierdzenie, iż w razie kasacji urządzenia objętego przedmiotem niniejszej Umowy Zamawiający może rozwiązać umowę w części obejmującej to urządzenie z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W związku z wypowiedzeniem umowy Wykonawcy będzie przysługiwało stosowne wynagrodzenie za wykonanie części umowy oraz roszczenie o zapłatę wartości części zamiennych dostarczonych do urządzenia objętego kasacją trwale zamontowanych, nie posiadających wad.

**Odp. Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 5 Dot. Załącznika nr 4 do SWZ, Projekt umowy § 13, ust. 9** Mając na uwadze art. 439 pzp prosimy o dodanie klauzuli waloryzacyjnej – obligatoryjnej klauzuli w umowach pzp: "Po upływie każdego 12 miesięcy obowiązywania Umowy wynagrodzenie za roczne Usługi Serwisowe może zostać skorygowane przez Wykonawcę o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim za ostatnie 12 miesięcy, po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego na piśmie o zamiarze skorzystania z powyższego uprawnienia. Zmiana kwoty wynagrodzenia z tego tytułu jest akceptowalna przez Strony bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń i skuteczna od pierwszego miesiąca następującego po upływie 12 miesięcy, o których mowa w zdaniu poprzednim".

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Podtrzymuje zapisy Umowy.

**Pytanie 6 Dot. Załącznika nr 4 do SWZ, Projekt umowy** Prosimy o wyrażenie zgody na dodanie zapisu: „*W celu wykonania usług serwisowych personel Wykonawcy uzyska w nieograniczony sposób dostęp do urządzenia w uzgodnionych wcześniej przez Strony terminach. Zamawiający zapewni, że urządzenie jak również pomieszczenia, w których urządzenie jest zainstalowane nie będą zanieczyszczone krwią, innymi płynami ustrojowymi ani jakimikolwiek substancjami zanieczyszczającymi, aktywnymi biologicznie lub chemicznie. Uchybienie powyższemu obowiązkowi uprawnia Wykonawcę do odmowy wykonania usług serwisowych.*”

Odp. Zamawiający w treści § 4 Projektu umowy dodaje pkt 3) o treści: Zamawiający jest zobowiązany do współpracy z Wykonawcą w celu zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa personelowi Wykonawcy, w trakcie realizacji usług, w tym: 1) podjęcia wszelkich kroków mających na celu zapobieżenie przekazaniu czynników zakaźnych przenoszonych poprzez krew i/lub płyny ustrojowe; 2) przestrzegania norm postępowania obowiązujących w przypadku zdarzeń dotyczących narażenia na kontakt z krwią lub płynami ustrojowymi, 3) podjęcia kroków wymaganych w instrukcji urządzenia (w szczególności dezynfekcji sprzętu przed kontaktem z personelem Wykonawcy i potwierdzenia tego piśmie na prośbę Wykonawcy).

**Pytanie 7 Dot. Załącznika nr 4 do SWZ, Projekt umowy** Czy mając na uwadze fakt, że podczas realizacji umowy zostaną wytworzone przez Wykonawcę odpady, co do których istnieją wiarygodne do przyjęcia podstawy, że mogą wykazywać właściwości klasyfikujące je jako odpady medyczne zakaźne oraz odpady medyczne niebezpieczne, inne niż zakaźne, Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy następującej klauzuli: *Mając na uwadze art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 roku (tj. Dz. U. z 2021 nr 779 r, z późn. zm.), wytwórcą odpadów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, mogących wykazywać właściwości klasyfikujące je jako odpady medyczne zakaźne oraz odpady medyczne niebezpieczne inne niż zakaźne, wraz z odpowiedzialnością za nie, będzie Zamawiający, który potwierdza, że zagospodaruje je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie dotyczy to w szczególności odpadów sprzętu i podzespołów elektronicznych czy mechanicznych.*

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na dodanie powyższych zapisów do treści Umowy.

**Z poważaniem  
/-/ płk Michał Wawreszuk  
Komendant**