

Zielona Góra 21.10.2022 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), którego przedmiotem zamówienia jest **Zakup cytometru przepływowego i separatora komórkowego, nr referencyjny: LI.280.15.2022.**

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ, ZMIANIE TREŚCI SWZ ORAZ ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zamawiający Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o. o. niniejszym informuje, iż na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania. Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 286 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść SWZ.

Dotyczy zadania nr 2 – separator komórkowy

Pytanie 1

Dot. pkt. 1. Czy Zamawiający zaakceptuje, wysokiej jakości urządzenie, fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2021r?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2

Dot. pkt. 3. Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej jakości urządzenie umożliwiające przeprowadzenie procedur :

terapeutyczna wymiana osocza (plazmafereza),

- terapeutyczna wymiana czerwonych krwinek (erytroafereza)
- terapeutyczna wymiana osocza z możliwością podłączenia drugorzędowych urządzeń do przetwarzania osocza
- Fotofereza pozaustrojowa w systemie on-line (z zastosowaniem urządzenia peryferyjnego)

procedur preparatycznych:

- poboru komórek jednojądrzastych krwi obwodowej

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 3

Dot. pkt. 5. Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej jakości urządzenie o wadze 140kg, jezdne, wyposażone w cztery koła w tym jedną parę kół ruchomych w wielu kierunkach, co umożliwia wygodne przemieszczanie i transport urządzenia?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 4

Dot. pkt. 10. Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej jakości urządzenie wyposażone w system kontroli separacji monitorujący, interpretujący i automatycznie regulujący stanem i separacji?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 5

Dot. pkt. 11. Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej jakości urządzenie wyposażone w opcję automatycznego wypełnienia zestawu NaCl?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 6

Dot. pkt. 16. Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej jakości urządzenie, które wykorzystuje zaawansowaną technologię i automatycznie dostosowuje parametry zabiegu co sprawia, że wizjer nie jest konieczny?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 7

Dot. pkt. 29. Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej jakości urządzenie wykonujące zabiegi terapeutyczne: terapeutyczna wymiana osocza, terapeutyczna wymiana czerwonych krwinek, pobieranie komórek macierzystych oraz fotoferezy pozaustrojowej w systemie on-line (ECP)?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 8

Dot. pkt. 33. Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej jakości urządzenie w którym zgrzewarka jest mobilnym urządzeniem peryferyjnym, montowana w specjalnym fabrycznym uchwycie? Takie rozwiązanie pozwala na użycie zgrzewarki podczas gdy separator jest wyłączony z zasilania.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 9

Dot. pkt. 40 - Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej jakości urządzenie do którego dedykowane zestawy są sterylizowane radiacyjnie, dzięki czemu pacjent nie jest narażony na pozostałość substancji sterylizującej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, tym samym zmienia formularz cenowo-techniczny będący załącznikiem nr 3 do SWZ.

DOTYCZY ZADANIA NR 1 - CYTOMETR

Pytanie 10

Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 2 pkt. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z wymogu wymiany aparatury na fabrycznie nową?

W związku z tym, że przedmiotem zamówienia jest cytometr kliniczny o specyficznej konfiguracji, która nie jest produkowana w sposób ciągły, wymiana aparatu na nowy, czy zapewnienie sprzętu zastępczego będzie trwało dłużej niż sama naprawa aparatu. Jednocześnie informujemy, że aparat zbudowany jest z podzespołów i w przypadku uszkodzenia zawsze wymieniamy uszkodzony podzespół na nowy. Ponadto obowiązek dostarczenia nowego aparatu ciąży na Wykonawcy powoduje, iż jest on zobligowany do posiadania na stanie dodatkowego egzemplarza sprzętu będącego przedmiotem umowy a jego koszty uwzględnić w cenie oferty. Rezygnacja z tego zapisu pozwoli Wykonawcy przedstawić ofertę

korzystniejszą pod względem finansowym. Jednocześnie jako Wykonawca zobowiązujemy się do niezwłocznych napraw aparatu w wymaganym terminie, aby zapewnić ciągłość wykonywanych badań.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmian w zapisach wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

Pytanie 11

Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 3 i 4

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów zgodnie z poniższym:

- reakcja serwisu: odpowiedź telefoniczna na zgłoszenie do 8 godzin roboczych, przyjazd serwisanta do 3 dni roboczych
- naprawa: maksymalny czas usuwania awarii do 7 dni roboczych i 16 dni roboczych, gdy istnieje potrzeba sprowadzenia części z zagranicy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmian w zapisach wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

Pytanie 12

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kar umownych i modyfikację zapisów, zgodnie z poniższym:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne określone procentowo w stosunku do wartości przedmiotu umowy, podanej w § 2 ust.1 w następujących przypadkach:

- 1) zwłoki w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % za każdy dzień zwłoki;
- 2) zwłoki w instalacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % za każdy dzień zwłoki;
- 3) zwłoki w usunięciu wad w okresie gwarancji w wysokości 0,2 % za każdy dzień zwłoki;
- 4) zwłoki w wykonaniu obowiązku określonego w § 5 ust. 3 w wysokości 0,2% za każdy dzień przedłużającej się naprawy;
- 5) zwłoki w wykonaniu obowiązku określonego w § 5 ust. 4 w wysokości 0,2% za każdy dzień przedłużającej się naprawy;
- 6) zwłoki w wykonaniu obowiązku określonego w § 5 ust. 5 w wysokości 0,2 % za każdy dzień przestoju aparatury przekraczający wskazany limit.

2. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert w następujący sposób:

Miejsce w SWZ, w którym znajduje się zmieniana treść:

1. Rozdział IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

Było: 1. Wykonawca jest związany ofertą przez **30** dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do **dnia 22.11.2022 r.**

Jest: 1. Wykonawca jest związany ofertą przez **30** dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do **dnia 24.11.2022 r.**

2. Rozdział XII. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, pkt. 2

Było: 2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **24.10.2022 r. do godziny 8:00.**

Jest: 2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **26.10.2022 r. do godziny 8:00.**

3. Rozdział XII. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, pkt. 4

Było: 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **24.10.2022 r. o godzinie 8:05** poprzez ich odszyfrowanie za pomocą systemu teleinformatycznego – Platformy poprzez ich odszyfrowanie.

Jest: 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **26.10.2022 r. o godzinie 8:05** poprzez ich odszyfrowanie za pomocą systemu teleinformatycznego – Platformy poprzez ich odszyfrowanie.

Na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

PREZES ZARZĄDU
dr Marek Działoszyński
podpis na oryginale

UWAGA

Udzielone odpowiedzi i dokonane zmiany mają zastosowanie we wszystkich miejscach SWZ, nawet tam, gdzie w niniejszym piśmie nie zostały wymienione.

Załączniki:

- Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz cenowo techniczny dla zad. 2 po zmianach z dnia 21.10.2022 r.
- Załącznik nr 4 do SWZ – wzór umowy po zmianach z dnia 21.10.2022 r.

Publikacja:

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_zgora/proceedings
a/a LI.280.15.2022