



INFORMACJA

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Zakup i uruchomienie Tomografu Optycznego OCT dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ”

Nr postępowania: 2022/BZP 00216353/01

Nr sprawy: OLK2-902/11/2022

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych – dalej: ustawa PZP, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących projektu umowy – Załącznik nr 2 do SWZ

Wykonawca

Pytanie 1 dot. § 3 ust. 1 pkt. 5

Czy Zamawiający może zmienić treść punktu na następujący:

„Wykonawca zobowiązany będzie w ramach serwisu gwarancyjnego do stawiennictwa w siedzibie Zamawiającego w terminie 48 godzin roboczych od otrzymania na piśmie, faxem lub e-mailem zawiadomienia o awarii, usterce lub wadzie aparatu oraz do jej usunięcia w terminie maksymalnie 2 dni roboczych od powzięcia wiadomości o zaistniałej awarii, usterce lub wadzie. Potwierdzenie prawidłowości transmisji faksu lub wysłania wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej jest dowodem na dokonanie zgłoszenia uszkodzenia”?

Odpowiedź – Wykonawca nie wyraża zgody na zmianę treści. Treść projektu umowy pozostaje bez zmian.

Wykonawca

Pytanie 2 dot. § 3 ust. 1 pkt. 10

Czy Zamawiający może zmienić treść punktu na następujący:

„W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę ze zobowiązania opisanego w pkt 8) będzie on zobowiązany do pokrycia w całości kosztów przestoju”?

Odpowiedź - Wykonawca nie wyraża zgody na zmianę treści. Treść projektu umowy pozostaje bez zmian.

Skarżysko-Kam. 05-07-2022r.

Zatwierdzam:

Dyrektor

Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ

DYREKTOR
Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku-Kamiennej
lek. Mateusz Korzeniewski