




**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach  
im. św. Jana Pawła II**

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51

☎ (41) 260-42-00 Fax. (41) 260-42-05  
NIP:657-18-13-314 REGON: 290391139



✉ [zoz@zozmswiakielce.pl](mailto:zoz@zozmswiakielce.pl)

🌐 [www.zozmswiakielce.pl](http://www.zozmswiakielce.pl)

Kielce, dnia 14 czerwca 2024 r.

Znak postępowania: **13/TP/2024**

**WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU**

dot. *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym – art. 275 pkt 1) pn. Asortyment do terapii nerkozastępczej dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II”.*

SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm.), udziela wyjaśnień na wnioski Wykonawcy w ramach wyżej wymienionego postępowania:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający w pakiecie zbiorczym poz. 3 dopuści do postępowania cewnik dializacyjny dwuświatłowy wysokoprzepływowo (High Flow), z poliuretanu, bez otworów bocznych o średnicy 11 FR lub 13 FR i długościach 15 cm, 17,5 cm i 20 cm ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z SWZ.

**Pytanie nr 2**

Jakich ramion wymaga Zamawiający prostych, czy zagiętych?

Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex
- radiocieniujący szaft cewnika
- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu
- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów
- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry
- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” 0,98 mm x 700 mm/0,97 mm x 700 mm z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadło 11Fr/ 13 Fr
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- opakowanie zawiera 3 szt.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga ramion prostych, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu zbiorczego poz. 3 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu zbiorczego ze względu na zmianę przedmiotu zamówienia.

0/2  
KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
Stanisław Żak