



Kraków, dn. 12.07.2022r.

wg rozdzielnika

NR POSTĘPOWANIA: DZP.271-19/22

Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa sprzętu medycznego”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA_2 I MODYFIKACJA TREŚCI SWZ_2

I. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. ze zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytania:

PYTANIA VII

Dotyczy Pakietu nr 1

1. Czy Zamawiający dopuści nowoczesny Aparat EKG z kolorowym ekranem graficznym o przekątnej 7” i rozdzielczości 800x460?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza Aparat EKG z kolorowym ekranem graficznym o przekątnej 7” i rozdzielczości 800x460. W pozostałym zakresie Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści Aparat EKG z prędkością przesuwu papieru 5,10,25,50mm/s?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

3. Czy Zamawiający dopuści Aparat EKG z możliwością wyświetlania odprowadzeni formatach: 12x1, 6x2, 6x1+1, 6x2+2, 6x1+3, 3x1, 3x1+1, 3x1+2, 3x1+3, 3x1+4, 3x1+5?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający dopuści Aparat o czułości 5,10,20mm/mV?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aparat EKG z czułością regulowaną w zakresie 5,10,20 mm/mV.

5. Czy Zamawiający bezwzględnie wymaga aby aparat EKG posiadał filtr izolacji i filtr dolnoprzepustowy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

6. Czy Zamawiający dopuści Aparat EKG z filtrem mięśniowym w zakresie 25/40/150Hz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

7. Czy Zamawiający bezwzględnie wymaga sygnału dźwiękowego tętna w zakresie 30-300bpm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

8. Czy Zamawiający dopuści Aparat EKG bez możliwości pracy w trybie LONG?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

9. Czy Zamawiający dopuści Aparat EKG bez możliwości wydruku bezpośredniego na drukarce zewnętrznej? Istnieje możliwość wydruku badania po zgraniu go do komputera.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 8

1. Czy Zamawiający dopuści spirometr o parametrach:

1.	Mierzone parametry: FVC, VC, PEF, FEV1, FEV1/FVC, FEF2575, FEF2550, FEF25, FEF50, FEF75, FEV3, FEV6, EV, ZeroTime, FET, PEFT, FIVC, PIF, FIV1, FIV1/FIVC, FIT, EVC, IVC, IC, IRV, ERV, TV.0,1
2.	Pamięć: do 20000 badań/pacjentów
3.	Połączenie: do PC przez port miniUSB
4.	Wymiary [mm]: 92 x 80 x 35 mm
5.	Waga [g]: 300 g
6.	Wyświetlacz dotykowy LCD, kolorowy, 3,3"
7.	Ultradźwiękowy system pomiarowy, niewrażliwy na warunki otoczenia, brak potrzeby kalibracji objętościowej układu pomiarowego.
8.	Ultradźwiękowe czujniki pomiarowe: 3
9.	Możliwość wykonywania badań bezpośrednio na urządzeniu niezależnie od podłączenia do PC
10.	Oprogramowanie komputerowe z interfejsem użytkownika umożliwiające wykonywanie badań w trybie rzeczywistym bezpośrednio na jednostce sterującej PC
11.	Oprogramowanie do zarządzania pacjentami i badaniami umożliwiające generowanie raportów i ich drukowanie
12.	Zakres pomiarowy: +/- 20l, dokładność: +/-3% lub 50ml
13.	Zakres przepływu: +/- 18 l/s, dokładność: +/-3% lub 50ml/s
14.	Opór dynamiczny: <110 Pa/l/s (przy 14l/s)
15.	Możliwość stosowania filtrów antybakteryjnych i ustników papierowych
16.	Zasilanie: wbudowany akumulator 3,7V Li-Ion
17.	Ładowanie: gniazdo miniUSB, 5V, 500mA

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 9

1. Czy Zamawiający dopuści Wideolaryngoskop o parametrach:

- Urządzenie z tyżkami jednorazowymi
- Rozdzielczość ekranu 640x480
- Rozmiar ekranu 3,5"
- Kamera 2,0 M Pixela
- 8 rozmiarów tyżek wielorazowych
- Czas dział baterii 120 minut
- Akumulator z możliwością ładowania

Opis szczegółowy

ROZMIAR: 3.5SCALA / 4CALE (FULL VIEW)

MONITOR: LCD

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy

im. św. Ludwika w Krakowie

ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków

tel.(12) 619 86 01, fax.(12) 619 86 10

e-mail: info@dziecieczszpital.pl, www.dziecieczszpital.pl

NIP: 6751199459, KRS: 0000009118



ROZDZIELCZOŚĆ: 640 X 480 RGB
PROPORCJE OBRAZU: 4:3
ODŚWIEŻANIE EKRANU: 30 KL/SEK
PODŚWIETLENIE: LED
ŁATWE PRZECHOWYWANIE I PRZESYŁANIE DANYCH
ŁĄCZE USB
ROZDZIELCZOŚĆ 2 MEGAPIKSELE
KĄT WIDZENIA: 66°
ILUMINACJA: <800LUX
WYGODNY ERGONOMICZNY KRÓTKI UCHWYT
LITOWY AKUMULATOR
DŁUGI CZAS PRACY <120-150 MINUT
NAPIĘCIE 3.7V
POJEMNOŚĆ 3200MAH
ILOŚĆ CYKLI ŁADOWANIA <300
MOŻLIWOŚĆ ROBIENIA ZDJĘĆ I NAGRYWANIA FILMÓW
CZAS ŁADOWANIA: MNIEJ NIŻ 4-6 GODZIN
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 12

1. Czy Zamawiający dopuści Kardiomonitor o podanych parametrach:

1.	Kardiomonitor o budowie kompaktowej
2.	Kardiomonitor przystosowany do monitorowania: dorosłych, dzieci oraz noworodków
3.	Kolorowy, dotykowy ekran TFT LCD o przekątnej 8,4 cala
4.	Rozdzielczość ekranu 800x600 pikseli
5.	Zasilanie 100-240V, 50/60Hz
6.	Wbudowany akumulator litowo-jonowy o pojemności 4400 mAh
7.	Czas pracy na akumulatorze 4 godziny
8.	Obsługa w języku polskim
9.	Waga 2,5 kg
10.	Wymiary 230x119x210 mm
11.	Alarmy dźwiękowe i wizualne

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy

im. św. Ludwika w Krakowie

ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków

tel.(12) 619 86 01, fax.(12) 619 86 10

e-mail: info@dziecieczszpital.pl, www.dziecieczszpital.pl

NIP: 6751199459, KRS: 0000009118



Szpital akredytowany

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Certyfikat ISO 9001:2015

12.	Regulowane poziomy alarmów dla wszystkich mierzonych parametrów
13.	Automatyczna lub manualna regulacja jasności ekranu
14.	Czujnik jasności otoczenia (wbudowany w monitor) umożliwiający automatyczną regulację jasności ekranu
15.	Możliwość wyświetlenia 7 krzywych
16.	Możliwość wyświetlenia mierzony wartości w trybie „dużych cyfr”
17.	Pomiar: EKG, NIBP, SpO2, respiracja, temperatura
18.	Monitorowanie oxyCRG
19.	Wbudowany kalkulator leków
20.	Wbudowana drukarka
21.	Konstrukcja bez pokręteł do obsługi, obsługa za pomocą przycisków na ekranie dotykowym
22.	Opcja przywołania pielęgniarki
23.	Komunikacja za pomocą USB, LAN
24.	Możliwość podłączenia kardiomonitora do centrali monitorującej umożliwiającej podłączenie do min. 30 monitorów
25.	Możliwość rozbudowy o bezprzewodowy moduł transmisji Wi-Fi
26.	Możliwość rozbudowy o komunikację HL7
27.	Możliwość rozbudowy monitora o pomiar: IBP (2 - 4 kanały), CO, CO2, gazów anestetycznych
28.	Trendy graficzne i tabelaryczne, pamięć: 1 tydzień
	EKG
29.	5-odprowadzeniowy kabel ekg
30.	3-odprowadzeniowy kabel ekg (opcjonalnie)
31.	Zakres pomiaru HR: 15-450 ud/min
32.	Dokładność pomiarowa 1% lub 1 ud/min, wyższa wartość

34.	Analiza odcinka ST
35.	Wybór kanału do monitorowania odcinka ST
36.	Detekcja arytmii, min. 13 rodzajów arytmii
37.	Prędkość przesuwu 12,5/25/50 mm/s
38.	Wzmocnienie: min. 0,25/0,5/1/2/4 cm/mV oraz automatycznie
39.	Wykrywanie stymulatora serca
	Respiracja
40.	Pomiar z impedancji klatki piersiowej
41.	Zakres pomiaru 0-120 oddechów/min
42.	Dokładność pomiarowa +/- 2 oddechy/min
43.	Prędkość: 6,25/12,5/25 mm/s
44.	Wzmocnienie 0,5/1/2
45.	Wybór obliczanego kanału: R-L, R-F, L-N, F-N
	Saturacja
46.	Metoda pomiarowa: Nellcor
47.	Zakres pomiarowy: 0-100%
48.	Dokładność pomiarowa: +/-2% w zakresie saturacji 70-100%
49.	Zakres PR: 20-300 ud/min
50.	Dokładność PR: +/-2%
	NIBP
51.	Oscylometryczna metoda pomiaru
52.	Tryb pracy: manual, auto, ciągły
53.	Pomiar: SYS, DIA, MEAN (Średnie)
54.	Zakres pomiarowy:

	- SYS 40-270 mmHg - DIA 10-210 mmHg - MEAN 20-230 mmHg;
55.	Dokładność pomiarowa: +/- 5 mmHg
56.	Interwały pomiarowe: min. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 180, 240, 480 min
57.	Możliwość wyboru jednostki: mmHg/kPa
	Temperatura
58.	2 kanały pomiarowe: T1, T2
59.	Prezentacja różnicy zmierzonych temperatur
60.	Zakres pomiaru min. 0-50 st. C
61.	Rozdzielczość pomiarowa: 0,1 st. C
62.	Dokładność pomiarowa: +/- 0,3 st. C
63.	Możliwość wyboru jednostki: stopnie F/ stopnie C
	Drukarka
64.	Szerokość wydruku: 50 mm
65.	Tryb drukowania: manualny/w przypadku alarmu/predefiniowany
66.	Prędkość przesuwu krzywych: 12,5/25/50 mm/s
67.	Wydruk krzywych i danych pomiarowych

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

PYTANIA VIII

Pytanie 1

Dotyczy wzoru umowy § 1 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Sprzęt przechodzi na własność Zamawiającego z chwilą uregulowania całości należności przez Zamawiającego.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.

Pytanie 2

Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku braku możliwości usunięcia wady sprzętu lub trzykrotnej naprawy tej samej istotnej usterki lub trzykrotnej wymiany tego samego istotnego podzespołu w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wymiany reklamowanego sprzętu na wolny od wad w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.

Pytanie 3

Dotyczy wzoru umowy § 10 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 1 % ceny umownej niedostarczonego sprzętu za każdy dzień zwłoki w realizacji umowy, w terminie o którym mowa w § 2 ust. 1. W przypadku gdy kara umowna osiągnie wartość 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 w zakresie każdego Pakietu, Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo do rozwiązania umowy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 1 %. W związku z tym § 10 ust. 1 załącznika nr 4 do SWZ – wzór umowy otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 1 % ceny umownej niedostarczonego sprzętu za każdy dzień zwłoki w realizacji umowy, w terminie o którym mowa w § 2 ust. 1. W przypadku gdy kara umowna osiągnie wartość 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 w zakresie każdego Pakietu, Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.”

Pytanie 4

Dotyczy wzoru umowy § 10 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej z 2% na 1%?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 1 %. W związku z tym § 10 ust. 2 załącznika nr 4 do SWZ – wzór umowy otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 1 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1:

- a) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wady lub usterki w okresie gwarancji/rękojmi,**
- b) za każdy dzień zwłoki w przystąpieniu do realizacji naprawy gwarancyjnej w terminie określonym w § 5 ust.6;**
- c) za każdy dzień zwłoki w dostawie sprzętu zastępczego w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 10;”**

Pytanie 5

Dotyczy wzoru umowy § 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu o następującej treści:

„W przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się naprawy kary umowne nie będą naliczane.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.



Pytanie 6

Dotyczy wzoru umowy § 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek swoich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.

Pytanie 7

Dotyczy załącznika nr 2D, pakiet nr 4 - Kolumna endoskopowa – 1 szt.

Prosimy o dopuszczenie wysokiej klasy sprzętu japońskiej marki Pentax o poniższych parametrach odpowiednio do niżej wymienionych punktów:

Dot. pkt 8.

Prosimy o dopuszczenie zapisu:

„Sterownik kamery wyposażony w gniazdo do podłączenia głowic kamery aparatów sztywnych oraz giętkich”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Dot. pkt 10.

Prosimy o dopuszczenie zapisu:

„Sterownik kamery z wbudowanym w jednostkę sterującą źródłem światła Ksenon + LED z funkcją manualnego włączania i wyłączania oraz możliwością regulacji natężenia światła. Źródło światła o mocy 150W, barwie 6000K. Możliwość zapamiętania mocy światła - po włączeniu urządzenie uruchamia się z nastawioną przez użytkownika preferowaną mocą, 3 tryby pracy (ręczne, uśrednione, szczytowe)”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Dot. pkt 11, 33

Prosimy o dopuszczenie: „Wejście dla przełącznika nożnego oraz możliwość podłączenia podwójnego przycisku nożnego”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dot. pkt 13.

„Prosimy o dopuszczenie zapisu:

System posiadający możliwość podłączenia mikrofonu do modułu rejestracji nagrywania dźwięku podczas badania (np. komentarz podczas badania)”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.



Dot. pkt 14.

Prosimy o dopuszczenie zapisu:

„Sterownik kamery posiadający przyciski funkcyjne do obsługi:

- Balans bieli do wyboru "balansu bieli".
- Przycisk ustawiania jasności do ustawienia jasności.
- Przycisk ustawiania wyostrzenia
- Przycisk stop klatki do "zamrażania" obrazu i wyzwalenie impulsu sterującego na wyjściu typu remote. Wybór profilu użytkownika do wybierania profilu toru wizyjnego.
- Przycisk trybu zapisu obrazu.
- Przycisk menu”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Dot. pkt 19,20.

Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Sterownik kamery wyposażony w tylnej części w gniazda:

- 2 x DVI-D (do podłączenia monitora medycznego oraz archiwizacji HD)
- 1x RBG 9 lub 15 pin na 4 x BNC (R,G,B, Sync)
- 1x Y/C (S-VHS) do podłączenia systemu archiwizacji SD
- 1x Video standard BNC
- 2 x USB do podłączenia pamięci zewnętrznej (min jeden umieszczony na panelu przednim)
- 3 x wyjście sygnału sterującego przesyłaniem zdjęć i filmów SD/HD”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dot. pkt. 24.

Prosimy o dopuszczenie zapisu:

„Sterownik kamery wyposażony w głowicę kamery z 3 programowalnymi przyciskami”.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dot. pkt. 25.

Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Głowica kamery wyposażona w przetwornik HDTV 1920/1080 z pełną regulacją +/- 4 dioptrie”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Dot. pkt. 27, 28.

Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Głowica kamery wyposażona w dwa pierścienie do regulacji zoomu optycznego oraz ostrości. Posiadająca złącze kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego aparatami sztywnymi, przewód kamery o długości 2,5m”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Dot. pkt 34.

Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Możliwość podłączenia do kamery videonasopharyngoskopów o różnych rozmiarach”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.



dot. pkt 35.

Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Możliwość doposażenia o indukcyjny podgrzewacz do optyk podgrzewający endoskop w czasie 5 sekund -/+ 5 sek”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Dot. pkt. 37-40, 43

Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Medyczne źródło światła ksenon 150W o temperaturze 6000K z 10 stopniową regulacją natężenia z manualnym wyłączaniem po wyjęciu światłowodu”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Dot. pkt. 45.

Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Wózek endoskopowy jezdny, z 4 kołami, reszta bez zmian”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wózek endoskopowy jezdny z 4 kołami, w pozostałym zakresie Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Dot. pkt 47.

Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Wbudowane w wózek gniazda do podłączenia do 6 urządzeń”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pytanie 8

Dotyczy załącznika nr 2L, pakiet nr 12 - Kardiomonitor transportowy – 1 szt.

Prosimy o dopuszczenie wysokiej klasy sprzętu marki Mediana o poniższych parametrach odpowiednio do niżej wymienionych punktów:

Dot. pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor transportowy o wadze 3,3 kg?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Dot. pkt. 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor z możliwością rozbudowy o pomiar CO2 bez możliwości rozbudowy o pomiar rzutu serca?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dot. pkt. 18

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor z 9 różnymi układami ekranu z możliwością wyboru przez użytkownika bez konieczności wyłączania urządzenia lub utraty danych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza monitor z 9 różnymi układami ekranu z możliwością wyboru przez użytkownika bez konieczności wyłączania urządzenia lub utraty danych. W związku z tym, Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 2L, pakiet nr 12 do SWZ i nadaje mu brzmienie jak w załączeniu do niniejszego pisma.

Dot. pkt. 19

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor z możliwością utworzenia jednego profilu użytkownika oraz możliwość wrócenia do ustawień domyślnych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



Dot. pkt. 23

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor z możliwością wyświetlania zapisu EKG 12 odprowadzeń przy użyciu kabla 10 elektrodowego?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wykreślił parametr określony w pkt 23 załącznika nr 2L, pakiet nr 12 do SWZ, pismem z dnia 07.07.2022r. opublikowanym na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Dot. pkt. 35

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor z możliwością stosowania czujników w technologii Nellcor?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dot. pkt. 39

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor z zakresem pomiaru nieinwazyjnego ciśnienia (NIBP) 20-270mmHg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dot. pkt. 41

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor z możliwością programowania odstępu między pomiarami w trybie automatycznym w zakresie od 1 do 120 minut?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dot. pkt. 46

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor z zakresem pomiarowym od -40 do +300mmHg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIA IX

PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy Załącznik nr 2A do SWZ Pakiet 1 – Aparat do EKG z możliwością elektronicznego zapisu

Pytanie nr 1 – poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenie wyposażonego w kolorowy ekran graficzny – LCD min 800x480 7” z możliwością podglądu 3, 6, 12 odprowadzeń.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIA DOTYCZĄCE WZORU UMOWY

Dotyczy § 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w § 10 projektu umowy na:

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,5 % ceny umownej niedostarczonego sprzętu za każdy dzień zwłoki w realizacji umowy, w terminie o którym mowa w § 2 ust. 1. W przypadku gdy kara umowna osiągnie wartość 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 w zakresie każdego Pakietu, Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.



2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,5 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1:
 - a) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wady lub usterki w okresie gwarancji/rękojmi,
 - b) za każdy dzień zwłoki w przystąpieniu do realizacji naprawy gwarancyjnej w terminie określonym w § 5 ust.6;
 - c) za każdy dzień zwłoki w dostawie sprzętu zastępczego w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 10;
3. Łączna wysokość kar pieniężnych naliczonych na rzecz Wykonawcy nie może przekraczać 10 % wynagrodzenia brutto.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na następującą modyfikację zapisów § 10 ust. 1,2,3 załącznika nr 4 do SWZ – wzór umowy. W związku z tym, § 10 ust. 1,2,3 załącznika nr 4 do SWZ – wzór umowy otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 1 % ceny umownej niedostarczonego sprzętu za każdy dzień zwłoki w realizacji umowy, w terminie o którym mowa w § 2 ust. 1. W przypadku gdy kara umowna osiągnie wartość 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 w zakresie każdego Pakietu, Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 1 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1:

- a) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wady lub usterki w okresie gwarancji/rękojmi,
- b) za każdy dzień zwłoki w przystąpieniu do realizacji naprawy gwarancyjnej w terminie określonym w § 5 ust.6;
- c) za każdy dzień zwłoki w dostawie sprzętu zastępczego w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 10;

3. Łączna wysokość kar pieniężnych naliczonych na rzecz Wykonawcy nie może przekraczać 25 % wynagrodzenia brutto.”

PYTANIA X

Pytanie 1. Zadanie 9 poz. 25

Czy zamawiający dopuści w części „Załącznik nr 21, pakiet nr 9 do SWZ” - Wideolaryngoskop z kompletem łyżek – 1 szt.

Dopuszczę Wideolaryngoskop nowej generacji, który jest najnowszym rozwiązaniem w obszarze trudnej intubacji o następujących parametrach:

Monitor mały do użycia z łyżką laryngoskopową/video sonda:

- Akumulator zapewniający ponad 3 – godzinną pracę urządzenia
- Waga – 85 g
- przycisk on/off dotyczy monitora stosowanego z łyżkami
- Inteligentna interakcja oparta na ruchu – brak przycisku włącz/wyłącz – dotyczy monitora stosowanego na nadgarstek
- Wodoszczelny IPX4, można czyścić środkiem na bazie alkoholu lub chloru.
- Wymiary monitora: szer/wys/gru - 60mmx89mmx13mm
- Bateria - Litowo-jonowa 3,7V 1500mAh
- Ładowanie przez mikro USB
- Rozdzielczość - 480x320 PIKSELI



- W komplecie stacja ładująca, 1 metrowy kabel zasilacza, umożliwiający ustawienie monitora w dowolnym miejscu

Łyżki laryngoskopowe jednorazowego użytku Mac Blade/Hyper Blade w rozmiarze od 1 do 4 do wyboru przez Zamawiającego - 100 szt..

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

PYTANIA XI

Dotyczy: Pakiet 7 – Sonda przezprzełykowa do badań USG kardiologicznych- Głowica przezprzełykowa typ I

Pytanie 1

Dot. wzoru umowy, § 10, ust. 1

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kar umownych z tytułu nieterminowej dostawy przedmiotu zamówienia do powszechnie stosowanego poziomu 0,1-0,2%. Przewidziana przez Zamawiającego kara na poziomie 2% jest w naszej opinii zbyt wygórowana w stosunku do realnej szkody jaką mógłby ponieść Zamawiający z tytułu nieterminowej dostawy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do wysokości 1 %. W związku z tym § 10 ust. 1 załącznika nr 4 do SWZ – wzór umowy otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 1 % ceny umownej niedostarczonego sprzętu za każdy dzień zwłoki w realizacji umowy, w terminie o którym mowa w § 2 ust. 1. W przypadku gdy kara umowna osiągnie wartość 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 w zakresie każdego Pakietu, Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.”

Pytanie 2

Dot. wzoru umowy, § 10, ust. 2, pkt a oraz b

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kar umownych z tytułu zwłoki w usunięciu wady lub usterki w okresie gwarancji/rękojmi oraz w przystąpieniu do realizacji naprawy gwarancyjnej w terminie określonym w § 5 ust.6 do powszechnie stosowanego poziomu 0,1-0,2%.

Przewidziana przez Zamawiającego kara na poziomie 2% jest w naszej opinii zbyt wygórowana w stosunku do realnej szkody jaką mógłby ponieść Zamawiający z tytułu nieterminowej naprawy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do wysokości 1 %. W związku z tym § 10 ust. 2 załącznika nr 4 do SWZ – wzór umowy otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 1 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1:

- a) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wady lub usterki w okresie gwarancji/rękojmi,
- b) za każdy dzień zwłoki w przystąpieniu do realizacji naprawy gwarancyjnej w terminie określonym w § 5 ust.6;
- c) za każdy dzień zwłoki w dostawie sprzętu zastępczego w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 10;”



Pytanie 3

Dot. wzoru umowy, § 10, ust. 2, pkt a oraz b

Zwracamy się z prośbą o rezygnację z naliczania kar umownych z tytułu zwłoki w usunięciu wady lub usterki w okresie gwarancji/rękojmi oraz w przystąpieniu do realizacji naprawy gwarancyjnej w terminie określonym w §5 ust. 6 w przypadku zapewnienia przez Wykonawcę głowy zastępczej na czas przedłużającej się naprawy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje § 5 ust. 7 załącznika nr 4 do SWZ – wzór umowy i nadaje mu następujące brzmienie:

„Czas zakończenia naprawy od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu będzie wynosił:

- a) do 7 dni bez konieczności sprowadzenia części zamiennych;**
- b) do 14 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części;**
- c) do 21 dni, jednakże tylko w uzasadnionych przypadkach, o czym Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego na piśmie (dotyczy Pakietu nr 4 oraz 7).”**

II. Ponadto, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych zmienia treść SWZ w zakresie:

- pkt. 43 Załącznika nr 2D, pakiet nr 4 do SWZ i nadaje mu brzmienie jak w załączeniu do niniejszego pisma;

Odpowiedzi do pytań i zmiana treści SWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Otrzymują:

- ✓ strona internetowa prowadzonego postępowania
- ✓ a/a

Załączniki:

- ✓ Załącznik do pytań X
- ✓ Załącznik nr 2D, pakiet nr 4 do SWZ – po zmianie
- ✓ Załącznik nr 2L, pakiet nr 12 do SWZ – po zmianie_2

provu™
Video Stylet



CZYM JEST SONDA PROVU?

Wideo-sonda ProVu to urządzenie intubacyjne nowej generacji, łączące w sobie nowoczesną technologię wizualizacyjną z unikalnym systemem wprowadzania rurki dotchawicznej (ETT), idealne do wszystkich rodzajów intubacji.

- Urządzenia sterylne, jednorazowego użytku.
- Automatyczna blokada umożliwiająca umieszczenie rurki intubacyjnej w żądanej pozycji.
- Miękkie dotykowe kółko regulatora sterowania.
- Obrotowa złączka USB.
- Wyjmowany w całości, giętki przewodnik.



DOWOLNY KSZTAŁT ANATOMICZNY



- Możliwość regulacji kształtu sondy w trudnych do zaintubowania drogach oddechowych.
- Wyjmowany giętki przewodnik zapewniający dodatkową elastyczność. Jest to przydatne w przypadku:
 - intubacji dotchawicznej przez nos,
 - intubacji z użyciem maski krtaniowej.
- Ograniczenie urazów tchawicy dzięki elastyczności umożliwiającej wprowadzanie rurki intubacyjnej pośrodku światła dróg oddechowych podczas przechodzenia przez ostrogę tchawicy.

PRECYZYJNE UMIEJSCOWIENIE RURKI INTUBACYJNEJ

- Brak konieczności wykonywania zdjęcia Rtg w celu potwierdzenia umiejscowienia rurki intubacyjnej - innowacyjna wizualizacja wideo sondy ProVu ukazuje przechodzenie rurki intubacyjnej przez wszystkie odcinki dróg oddechowych do ostrogi tchawicy.
- Brak ryzyka przypadkowej intubacji żołądka - przez cały czas użytkownik widzi dokładnie, gdzie znajduje się końcówka rurki intubacyjnej.



SZYBKE ZAŁOŻENIE RURKI INTUBACYJNEJ



- Sterowanie kierunkowe przy pomocy miękkiego kółka sterującego.
- Manewrowalna końcówka pomaga w nawigowaniu przez drogi oddechowe - ruch w zakresie 95 stopni.
- Miękką końcówką zmniejszającą ryzyko urazu tchawicy lub strun głosowych.



provu[™] Video Stylet

PEŁNA WIZUALIZACJA



- Kamera, w której wykorzystano najnowszą technologię wysokiej rozdzielczości.
- Innowacyjna lokalizacja kamery, dzięki której przez cały czas widoczne jest dokładne położenie końcówki rurki w drogach

RURKA DOTCHAWICZA

- Niskociśnieniowy mankiet o dużej objętości.
- Takie same cechy konstrukcyjne jak w naszych rurkach dotchawiczych serii VentiSeal.
- "Efekt akordeonowy" - unikalna haminijkowa konstrukcja rurki pod mankiem umożliwia jej zginanie we wszystkich kierunkach.
- Dwa oka wentylacyjne zastępujące oko Murphy'ego, zwiększające pojemność powietrza.
- Mięka końcówka zmniejszająca ryzyko urazu narządów pacjenta.



WYŚWIETLACZE



- Do wyboru wyświetlacze 3,5" lub 8,0".
- Proste, czytelne interfejsy, w których wykorzystano najnowszą technologię ciągłego wyraźnego obrazu pod wszystkimi kątami.
- Akumulator zapewniający ponad 3-godzinną pracę urządzenia
 - wyświetlacz 3,5" do 3 godzin pracy,
 - wyświetlacz 8,0" do 8 godzin pracy.
- Szybkie uruchamianie - wyświetlacz 3,5" uruchamia się natychmiast, wyświetlacz 8,0" - 2-3 sekundy po wciśnięciu przycisku.

WYŚWIETLACZ 8,0"



- Z wyświetlacza można korzystać w trakcie ładowania akumulatora.
- Czas pracy akumulatora - do 7 godzin.
- 2-metrowy kabel wzmacniacza umożliwiający ustawienie wyświetlacza w dowolnym miejscu.
- Ładowanie przez mikro USB.

WYŚWIETLACZ 3,5"



- Poliwęglanowa obudowa w technologii unibody. Test upadku do 2 metrów.
- Wodoszczelny IPX4, można czyścić ściereczką nasączoną środkiem na bazie alkoholu lub chloru.
- W komplecie stacja ładująca i 1-metrowy kabel wzmacniacza umożliwiający ustawienie wyświetlacza w dowolnym miejscu.
- Inteligentna interakcja oparta na ruchu - brak przycisku Włącz/Wyłącz.

STACJA INTUBACYJNA

- Regulowana wysokość.
- Przegubowe ramię.
- Zasięg 65 cm.
- Odporna na wielokrotne czyszczenie i zużycie związane z pracą w trybie ciągłym.



AKCESORIA

Stojak stołowy ProVu



Umożliwia optymalne ustawienie każdego z wyświetlaczy przy pomocy pochylonego pod kątem solidnego uchwytu.

Stacja ładowująca ProVu



Kompatybilna z wyświetlaczem 3,5", umożliwia korzystanie z wyświetlacza w trakcie ładowania.

Opaska na nadgarstek ProVu



Idealna w sytuacjach awaryjnych, umożliwia szybkie mocowanie wyświetlacza do nadgarstka.

SPECYFIKACJA

Wideo sonda ProVu z rurką dotchawiczną

NUMER CZĘŚCI	OPIS	ILOŚĆ
038-990-065	Wideo sonda ProVu z rurką dotchawiczną rozmiar 6,5	5
038-990-070	Wideo sonda ProVu z rurką dotchawiczną rozmiar 7,0	5
038-990-075	Wideo sonda ProVu z rurką dotchawiczną rozmiar 7,5	5
038-990-080	Wideo sonda ProVu z rurką dotchawiczną rozmiar 8,0	5

Wyświetlacze i akcesoria do mocowania

NUMER CZĘŚCI	OPIS	ILOŚĆ
038-990-001	Wyświetlacz 3,5" do wideo sondy ProVu + Stacja ładowania + 1 m kabel wzmacniacza	1
038-990-002	Wyświetlacz 8,0" do wideo sondy ProVu + Stacja ładowania + 2 m kabel wzmacniacza	1
038-990-100	Jednorazowego użytku uchwyt na nadgarstek ProVu do wyświetlacza 3,5"	10
038-990-101	Statyw słupkowy do wyświetlacza ProVu z przegubowym ramieniem	1
038-990-102	Stojak stołowy do wyświetlacza ProVu	1

Ładowarki i kable

NUMER CZĘŚCI	OPIS	ILOŚĆ
038-990-011	Kabel przedłużający wzmacniacza ProVu 1 m	1
038-990-012	Kabel przedłużający wzmacniacza ProVu 2 m	1
038-990-013	Kabel ładowarki ProVu z dwoma złączami mikro USB 1,5 m	1
038-990-010	Stacja ładowania ProVu do wyświetlacza 3,5"	1

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy

im. św. Ludwika w Krakowie

ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków

tel.(12) 619 86 01, fax.(12) 619 86 10

e-mail: info@dziecieczszpital.pl, www.dziecieczszpital.pl

NIP: 6751199459, KRS: 0000009118