



Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza^A
w Chojnicach

89-600 Chojnice, ul. Leśna 10
tel. centrala (0 52) 39 56 500
tel. sekr. dyr. (0 52) 39 56 769; fax (0 52) 39 56 569

e-mail: szpital@chojnice.pl

www.szpital.chojnice.pl



Chojnice, dnia 20 października 2022 r.

N/znak: FZAP-380-1/18/22

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, o jakim stanowi art. 275 pkt 2 na dostawę echokardiografu z głowicą przezprzełykową.

- I. Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami w niniejszym postępowaniu:

Pytanie 1

Czy w związku z wdrożonymi zmianami w regulacjach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych (RODO) Zamawiający rozważy zawarcie dodatkowej umowy regulującej bezpieczeństwo danych podczas czynności serwisowych wykonywanych w miejscu instalacji bądź zdalnie poprzez sieć komputerową?

Odpowiedź na pytanie 1:

Tak. Zamawiający dodaje Załącznik nr 10 do SWZ Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Załącznik nr 10 w załączeniu.

Pytanie 2

Dotyczy wzoru umowy:

Par. 3 ust. 7 Gwarancja jakości dotyczy odpowiedzialności gwaranta za pewnego rodzaju niezgodność towaru z umową, wadliwość towaru. Czy w związku z tym Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego zapisu w następujący sposób:

„Gwarancja określona niniejszą umową nie obejmuje awarii/usterek wynikających z:

- a. niewłaściwego użytkownika urządzenia, w tym niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją użytkownika;*
- b. mechanicznego uszkodzenia urządzenia, powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady;*
- c. samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);*
- d. jakiegokolwiek ingerencji osób trzecich;*
- e. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej (pożar, powódź,*
- f. normalnego zużycia wymienionych części”*

Odpowiedź na pytanie 2:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3

Dotyczy wzoru umowy:

1. Par. 3 ust. 7 pkt a) tiret 2 W przypadku wadliwego lub nieterminowego realizowania przedmiotu umowy zasadnym jest w pierwszej kolejności wezwanie Wykonawcy do wykonania swoich obowiązków a dopiero po odmowie wykonania lub ponownym niewykonaniu zastosowanie zlecenia interwencyjnego. Ponadto Wykonawca nie może ponosić ryzyka związanego z konsekwencjami działań serwisowych podmiotów niezależnych od Wykonawcy i o nieznanym dla Wykonawcy kompetencjach i systemie zapewnienia jakości świadczonych usług.

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu: *Gwarancje nie podlegają wyłączeniu, o ile Zamawiający zleci naprawy osobom trzecim zarobkowo lub zawodowo trudniącym się nimi, w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków przez Wykonawcę – gwaranta*
Lub wskazanie, że zlecenie naprawy może zostać powierzone jedynie podmiotowi, który posiada autoryzację producenta do wykonywania takich napraw.

Odpowiedź na pytanie 3:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4

Dotyczy załącznika nr 3 – Opis parametrów technicznych: gwarancja i serwis

Pkt. 1 Prosimy o wykreślenie zapisu „gwarancja bezwarunkowa”, który stoi w sprzeczności z zapisami umowy w par. 3 ust. 7

Odpowiedź na pytanie 4:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5

Dotyczy załącznika nr 3 – Opis parametrów technicznych: gwarancja i serwis

Pkt. 5 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wskazany termin dotyczy dni roboczych, tj. dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odpowiedź na pytanie 5:
Tak. Zamawiający dodaje zapis w Załączniku nr 3 do SWZ Opis parametrów technicznych: gwarancja i serwis w pkt. 5 „Czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej pracy na oferowanym urządzeniu ≤48 (godziny) dotyczy dni roboczych”. Załącznik nr 3 do SWZ Opis parametrów technicznych w załączeniu.

Pytanie 6

Dotyczy załącznika nr 3 – Opis parametrów technicznych: gwarancja i serwis

Pkt. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby obowiązek wstawienia aparatu zastępczego zachodził w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni robocze

Odpowiedź na pytanie 6:
Tak. Zamawiający zmienia zapis w Załączniku nr 3 do SWZ Opis parametrów technicznych:

gwarancja i serwis w pkt. 9 „W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni robocze Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia urządzenia zastępczego. Załącznik nr 3 do SWZ Opis parametrów technicznych w załączeniu.

Pytanie 7

Dotyczy załącznika nr 3 – Opis parametrów technicznych: gwarancja i serwis

Pkt. 10 Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających części/modułów. Nieuzasadniona byłaby sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu, a niesprawna byłaby tylko część urządzenia, którego całość poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty. W związku z tym wnosimy o następującą modyfikację tego zapisu:

„Dopuszcza się trzy naprawy tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji. W przypadku czwartej usterki tego samego elementu lub podzespołu zostanie on wymieniony na nowy. W przypadku braku technicznej możliwości wymiany samego podzespołu na nowe zostanie wymienione całe urządzenie.”

Odpowiedź na pytanie 7:

Tak. Zamawiający zmienia zapis w Załączniku nr 3 do SWZ Opis parametrów technicznych: gwarancja i serwis w pkt. 10. „Dopuszcza się trzy naprawy tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji. W przypadku czwartej usterki tego samego elementu lub podzespołu zostanie on wymieniony na nowy. W przypadku braku technicznej możliwości wymiany samego podzespołu na nowe zostanie wymienione całe urządzenie”. Załącznik nr 3 do SWZ Opis parametrów technicznych w załączeniu.

- II. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie.

Zmiana nr 1:

W Rozdziale XVIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ pkt 1, o treści:

„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 19.11.2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”.

Zastępuje się następującym:

„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 23.11.2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

Zmiana nr 2:

W Rozdziale XIX. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT pkt 1, o treści:

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: www.platformazakupowa.pl/pn/szpital_chojnice w myśl ustawy p.z.p. na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 21.10.2022 r. do godziny 10:00.”

Zastępuje się następującym:

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: www.platformazakupowa.pl/pn/szpital_chojnice w myśl ustawy p.z.p. na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 25.10.2022 r. do godziny 10:00.”

Zmiana nr 3:

W Rozdziale XIX. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT pkt 6, o treści:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.10.2022 r. o godzinie 11:00.”

Zastępuje się następującym:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.10.2022 r. o godzinie 11:00.”

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Zgodnie z art. 286 ust. 7 Pzp dokonana zmianę treści SWZ, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Z poważaniem

Z-ca DYREKTORA
działu ekonomicznego
Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicz
w Chojnicach
Monika Frymark-Elfielcka
Monika Frymark-Elfielcka

J.C.

Lp.	Opis parametru	Parametry wymagane	Parametry oferowane, tak/nie, podać, opisać	Punktacja
Echokardiograf z głowicą przezprzełykową				
I.	Opis ogólny	---	---	---
1.	Aparat stacjonarny, klasy Premium, fabrycznie nowy, rok prod. min. 2022	Tak, podać		---
2.	Cyfrowy układ przetwarzania wiązki z ilością efektywnych kanałów cyfrowych min. 12.000.000	Tak, podać		---
3.	Regulowany zakres dynamiki powyżej 420 dB	Tak, podać		---
4.	Obrazowanie ciągnioogniskowe na całej głębokości obrazowania (bez konieczności regulacji ognisk) z trybem ciągłej automatycznej optymalizacji obrazu w czasie rzeczywistym.	Tak, podać		---
5.	Maksymalna głębokość obrazowania min 40 cm, zależna od sondy i ustawień	Tak, podać		---
6.	Zakres częstotliwości pracy głowic nie mniejszy niż: 1,5 MHz - 15 MHz	Tak, podać		---
7.	Powiększenie obrazu w stosunku do jego rzeczywistej wielkości- min. 8 razy	Tak, podać		---
8.	Monitor aparatu na przegubowym ramieniu, o przekątnej powyżej 23,5"	Tak, podać		---
9.	Ekran dotykowy zintegrowany z konsolą o przekątnej powyżej 12"	Tak, podać		---
10.	Niezależne bezpinowe gniazda do podłączenia głowic - min. 3	Tak, podać		---
11.	Konsola operatora – pulpity z możliwością wysuwania i blokady, ustawionego położenia oraz regulacji wysokości wspomaganej elektrycznie	Tak, podać		---
12.	Całkowity zakres regulacji wysokości wspomaganej elektrycznie, względem podłogi min 0-30cm	Tak, podać		---
13.	Komunikacja użytkownika z aparatem w języku polskim lub angielskim	Tak, podać		---
14.	Zasilanie z sieci elektroenergetycznej 220V, 50/60 Hz	Tak, podać		---
II.	TRYBY OBRAZOWANIA			---
1.	2D	Tak, podać		---
2.	Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu 2D- min. 5000 obrazów/s – zależy od sondy i ustawień	Tak, podać		= 5000 - 0 pkt. > 5000 - 10 pkt.
3.	Obrazowanie poszerzone dla trybu 2D– z sondy sektorowej pole obrazowania od styku ze skórą pacjenta ograniczone odcinkiem a nie punktem.	Tak, podać		---
4.	Obrazowanie harmoniczne	Tak, podać		---
5.	M-mode	Tak, podać		---
6.	Anatomiczny M-mode: 1) w czasie rzeczywistym 2) na pętlach obrazowych 2D zapisanych w pamięci CINE oraz z archiwum aparatu 3) z krzywej utworzonej przez operatora na pętli obrazów 2D z archiwum aparatu	Tak, podać		---
7.	Kolorowy M-mode	Tak, podać		---
8.	Doppler kolorowy - CF	Tak, podać		---
9.	Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu 2D+CF min. 450 obr/sek, zależna od sondy i ustawień	Tak, podać		= 450 - 0 pkt. > 450 - 10 pkt.
10.	Power doppler – angio	Tak, podać		---
11.	Doppler spektralny z falą pulsacyjną (PW-D): 1) automatyczna optymalizacja spektrum – przesunięcie linii bazowej i ustawienie skali jednym przyciskiem 2) automatyczna korekcja kąta jednym przyciskiem 3) regulacja linii bazowej i korekcji kąta na obrazach zapisanych w archiwum 4) zakres regulacji korekcji kąta w zakresie minimum od $\pm 0^\circ$ do $\pm 75^\circ$	Tak, podać		---

12.	Doppler spektralny z falą ciągłą (CWD): maksymalna mierzona prędkość min. 12,5 m/sek.	Tak, podać		---
13.	Obrazowanie 4D z kolorowym dopplerem z częstotliwością odświeżania obrazu dla sondy przezprzełykowej 4D - min 150 obr/sek., zależy od ustawień	Tak, podać		---
14.	Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym dwóch ruchomych obrazów: 1) w trybie 2D 2) w trybie kolorowego Dopplera	Tak, podać		---
15.	Triplex: 2D + CF + CWD na głowicy sektorowej	Tak, podać		---
16.	Obrazowanie z sondy przezprzełykowej 4D	Tak, podać		---
III.	Oprogramowanie i archiwizacja			---
1.	Oprogramowanie pomiarowe z pakietem obliczeniowym i raportami	Tak, podać		---
2.	Raport z badania kardiologicznego z możliwością tworzenia własnych wzorów raportu	Tak, podać		---
3.	Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku	Tak, podać		---
4.	Wymagania postprocesingu dla zapisanych obrazów: - regulacja wzmocnienia - zmiana zakresu dynamiki dla B-mode, dopplera kolorowego i sektralnego - zmiana map B-mode, M-mode (koloryzacja) - przetworzenie zapisanych pętli B-mode na zapis m-mode i anatomiczny M-mode - ustawienie kąta korekcji dla dopplera spektralnego i ciągłego - wykonanie pomiarów i obliczeń dla badań kardiologicznych (w tym: PISA, Qp/Qs, EF)	Tak, podać		---
5.	Oprogramowanie do automatycznych pomiarów 2D parametrów lewej komory serca oparte na sztucznej inteligencji	Tak, podać		---
6.	Oprogramowanie do automatycznego rozpoznawania najczęściej uzyskiwanych w echokardiografii rodzajów spektrum dopplerowskiego bazujące na sztucznej inteligencji	Tak, podać		---
7.	Oprogramowanie do badania StressEcho	Tak, podać		---
8.	Oprogramowanie poprawiające wizualizację przez wirtualne źródło światła i zastosowanie cieniowania innym kolorem oddalonych struktur	Tak, podać		---
9.	Funkcjonalność zapewniające wysoką częstość odświeżania obrazu 4D z kolorowym dopplerem na sondzie przezprzełykowej 4D	Tak, podać		---
10.	Oprogramowanie umożliwiające umieszczanie znaczników na obrazach objętościowych, które zachowują swoje położenie względem struktur, niezależnie od manipulacji objętościowym zbiorem danych.	Tak, podać		---
11.	Funkcjonalność umożliwiająca oglądanie w projekcji 4D, struktury zastawki z obydwu stron	Tak, podać		---
12.	Funkcjonalność zapewniająca automatyczne uzyskanie wyników pomiarów najczęstszych parametrów dopplera dla spektrum napływu mitralnego	Tak, podać		---
13.	Funkcja dopplera kolorowego tkankowego	Tak, podać		---
14.	Funkcja obrazowania panoramicznego	Tak, podać		---
15.	Oprogramowanie do automatycznych obliczeń Intima Media Thickness	Tak/Nie, podać		Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt.
16.	Oprogramowanie Dicom 3.0	Tak, podać		---
IV.	INNE			---
1.	Videoprinter czarno-biały sterowany z klawiatury aparatu	Tak, podać		---
2.	Drukarka do wydruku raportów z badania na papierze A4	Tak, podać		---
3.	Nagrywarka DVD	Tak, podać		---
4.	Moduł do diagnostyki wstępnej z podwójną sondą linowo – sektorową	Tak, podać		---
5.	Stacja robocza z oprogramowaniem pomiarowym i raportowym z analizą wzdłużnych odcinka lewej komory serca z prezentacją wyników dla lewej komory w formacie wykresu „oko byka” oraz automatycznym pomiarem IMT i autoEF	Tak, podać		---

6.	Zintegrowany moduł EKG: 1) prezentacja na ekranie przebiegu EKG badanego pacjenta 2) kabel EKG na elektrody samoprzylepne	Tak, podać		---
V.	GŁOWICE			---
1.	Głowica sektorowa, matrycowa do obrazowania przezklatkowego : 1) częstotliwość pracy – nie mniejsza niż w zakresie 1,5 MHz - 5,0 MHz 2) ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych- min. 240 3) max kąt skanowania min 120 stopni	Tak, podać		---
2.	Głowica liniowa, naczyniowa 1) częstotliwość pracy – nie mniejsza niż w zakresie 3,0 MHz - 8,0 MHz 2) ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych- min. 190 3) szerokość pola obrazowania min 44 mm	Tak, podać		---
3.	Głowica przezprzełykowa – do obrazowania objętościowego - 4D-umożliwiająca jednoczesną wizualizację w czasie rzeczywistym minimum 3 niezależnych płaszczyzn o wzajemnie regulowanym położeniu: 1) częstotliwość pracy – nie mniejsza niż w zakresie 3 – 8 MHz 2) ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych- min. 2500	Tak, podać		---
VI.	Możliwości rozbudowy aparatu na dzień składania ofert			---
1.	Możliwość zdalnej diagnostyki i napraw, bezpłatna w okresie trwania gwarancji. Umożliwiająca m. in. - Zdalną diagnostykę i weryfikację usterek - Naprawy oprogramowania i błędów konfiguracji - Zmianę parametrów aplikacyjnych, ustawień aparatu itd. - Instalację aktualizacji oprogramowania i sterowników peryferiów - Aktywację opcji.	Tak, podać		---
2.	Głowica sektorowa, matrycowa do obrazowania objętościowego przezklatkowego : 1) częstotliwość pracy – nie mniejsza niż w zakresie 1,5 MHz - 5,0 MHz 2) ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych- min. 5000	Tak, podać		---
3.	Głowica sektorowa, dziecięca, matrycowa do obrazowania objętościowego przezklatkowego : 1) częstotliwość pracy – nie mniejsza niż w zakresie 2,5 MHz - 8,0 MHz 2) ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych- min. 2500	Tak, podać		---

Maksymalna ilość punktów do uzyskania przez Wykonawcę: 30 punktów

Lp.	Opis parametru	Parametry wymagane	Parametry oferowane, tak/nie, podać, opisać
Gwarancja i serwis:			
1.	Termin rozpoczęcia gwarancji - licząc od dnia oddania urządzenia do użytkowania (gwarancja bezwarunkowa) 12 lub 24 miesiące	Tak, podać	
2.	Gwarancja obejmuje: - przeglądy w okresie jej trwania - wymiany/naprawy uszkodzonych części oraz podzespołów - dojazdy/przejazdy pracowników Wykonawcy - robociznę - wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności serwisowych	Tak, podać	
3.	W okresie trwania gwarancji przeglądy zgodnie z wymaganiami producenta, min. 1 na rok, wykonywane na koszt Wykonawcy	Tak, podać	
4.	Instrukcja obsługi w j. polskim w formie papierowej dostarczona w dniu dostawy sprzętu	Tak, podać	

5.	Czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej pracy na oferowanym urządzeniu ≤ 48 (godziny) (dotyczy dni roboczych)	Tak, podać	
6.	Aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy (jeżeli dotyczy)	Tak, podać	
7.	Czas usunięcia uszkodzeń w przypadku konieczności importu części - max 14 dni roboczych	Tak, podać	
8.	Czas usunięcia uszkodzeń niewymagającego importu części - max 7 dni roboczych	Tak, podać	
9.	W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni robocze Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia urządzenia zastępczego	Tak, podać	
10.	<i>Dopuszcza się trzy naprawy tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji. W przypadku czwartej usterki tego samego elementu lub podzespołu zostanie on wymieniony na nowy. W przypadku braku technicznej możliwości wymiany samego podzespołu na nowe zostanie wymienione całe urządzenie.</i>	Tak, podać	
11.	Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 7 lat	Tak, podać	
12.	Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i po gwarancyjnym dla oferowanego sprzętu	Tak, podać	
13.	Jeżeli usuwanie uszkodzenia związane jest z systemem informatycznym (o ile taki istnieje w przedmiotowym sprzęcie) musi się bezwzględnie odbyć w miejscu pracy sprzętu w obecności pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego lub Sekcji Informatyki i Telekomunikacji – ochrona danych osobowych zawartych na wewnętrznych nośnikach danych. Pracownik firmy zewnętrznej mający kontakt z danymi zapisanymi w wewnętrznych nośnikach serwisowanego sprzętu zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich zasad związanych z ochroną danych osobowych z obowiązującymi przepisami	Tak, podać	
14.	Autoryzowany serwis na terenie Polski - podać nazwę, adres, telefon kontaktowy wraz z dokumentacją potwierdzającą autoryzację (Wykonawca dostarczy dokumentację potwierdzającą autoryzację wraz z ofertą).	Tak, podać	
Termin realizacji i płatność:			
1.	Dostawa sprzętu max. do 24 tygodni od daty podpisania umowy	Tak, podać	
2.	Termin płatności w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru	Tak, podać	
Szkolenia:			
1.	Szkolenie (2 krotne) dla personelu podczas instalacji i montażu urządzeń : - medycznego (lekarze) Zakres szkolenia: - obsługa urządzeń: dobór nastaw i parametrów - konserwacja i montaż oraz demontaż akcesoriów zużywalnych	Tak, podać	

.....
Kwalifikowany podpis elektroniczny/ podpis zaufany/
podpis osobisty (e-dowód) Uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy

**Umowa powierzenia
przetwarzania danych osobowych**

zawarta dnia _____ pomiędzy:

(zwana dalej „Umową”)

Szpitałem Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach, ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice

NIP: 5551783839 REGON: 000308169

reprezentowanym przez:

Macieja Polasika- Dyrektora

zwanym w dalszej części umowy „Administratorem Danych”

a

.....

NIP: REGON:

reprezentowanym przez:

.....

zwanym w dalszej części umowy „Podmiotem przetwarzającym”

§ 1

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe do przetwarzania w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (zwanego w dalszej części Umowy „Rozporządzeniem”), na zasadach, w zakresie i w celu określonych w niniejszej Umowie.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych mu danych osobowych zgodnie z niniejszą Umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, chroniącymi prawa osób, których dane dotyczą.

§ 2

Zakres i cel przetwarzania danych

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał powierzone na podstawie Umowy dane zwykłe oraz dane szczególnych kategorii, dotyczące *pacjentów administratora* w zakresie *imienia, nazwiska, daty urodzenia, PESEL, nazwy jednostki zlecającej wykonanie badania, danych dotyczących stanu zdrowia (wyniki badań zapisanych na dzierżawionych urządzeniach), imię i nazwisko lekarza zlecającego wykonanie badania.*

2. Dane osobowe powierzone przez Administratora danych będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu realizacji umowy z dnia, nr w zakresie wyników badań laboratoryjnych zapisanych na dzierżawionym sprzęcie.
3. Podmiot przetwarzający jest upoważniony do wykonywania następujących czynności przetwarzania powierzonych danych: utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, usuwanie lub niszczenie – które są w minimalnym zakresie niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

§ 3

Obowiązki Podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych zobowiązuje się do ich zabezpieczenia przez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, odpowiadających stanowi wiedzy technicznej, zapewniających zgodność z Rozporządzeniem, w tym adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane osobowe, przy czym będą to jedynie osoby, które mają odpowiednie przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych i są niezbędne do realizacji celu niniejszej Umowy.
4. Podmiot przetwarzający zapewnia, że osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy, zobowiążą się do zachowania tajemnicy lub będą podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b Rozporządzenia, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. Podmiot przetwarzający zapewnia ponadto, że osoby, o których mowa w niniejszym ustępie, będą przetwarzały dane osobowe zgodnie z zasadą wiedzy koniecznej.
5. Dla prawidłowej realizacji ust. 4 Podmiot Przetwarzający dokonuje okresowej weryfikacji listy osób, którym udzielono dostępu do danych przetwarzanych w imieniu Administratora.
6. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem niezwłocznie usuwa wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
7. Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, oraz z obowiązków określonych w art. 32–36 Rozporządzenia. Podmiot przetwarzający – w razie wpływu do niego żądania w zakresie realizacji praw osób, których dotyczą powierzone dane – informuje o tym Administratora w terminie 5 dni roboczych od otrzymania wiadomości. Udzielając informacji, Podmiot przetwarzający przekazuje

dane nadawcy i treść żądania oraz określa, w jakim zakresie jest w stanie przyczynić się do realizacji żądania.

8. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek naruszenia ochrony danych osobowych Podmiot przetwarzający lub podwykonawca Podmiotu przetwarzającego zgłasza je Administratorowi w ciągu 24 godzin.

§ 4

Prawo kontroli

1. Zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h Rozporządzenia Administrator danych ma prawo kontroli, mającej na celu weryfikację, czy Podmiot przetwarzający spełnia obowiązki wynikające z niniejszej Umowy.
2. Administrator danych będzie realizować prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z minimum 5 dniowym uprzedzeniem.
3. Prawo do przeprowadzenia kontroli obejmuje: wstęp do pomieszczeń, w których znajdują się zasoby uczestniczące w operacjach przetwarzania powierzonych danych osobowych; żądanie złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień od osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych danych osobowych; wgląd do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z celem kontroli; przeprowadzanie oględzin urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych służących do przetwarzania powierzonych danych.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych, nie dłuższym niż 7 dni.
5. Powyżej określone zasady kontroli Podmiotu Przetwarzającego mają zastosowanie do przeprowadzanych przez Administratora kontroli podwykonawców Podmiotu przetwarzającego, o których mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

§ 5

Raportowanie

1. Na wniosek Administratora Podmiot przetwarzający udostępnia wszelkie informacje niezbędne do realizacji lub wykazania spełnienia obowiązków wynikających z Rozporządzenia.
2. Informacji, o których mowa w ust. 1, udziela się w terminie 7 dni roboczych od dnia doręczenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy realizacji obowiązku zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych lub usunięcia jego skutków, Podmiot przetwarzający udziela informacji w najbliższym możliwym terminie, nie później niż w ciągu 24 godzin od doręczenia wniosku.

§ 6

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Administrator wyraża zgodę na powierzenie danych osobowych objętych niniejszą Umową do dalszego przetwarzania przez podwykonawców Podmiotu przetwarzającego, w celu wykonania niniejszej Umowy, przy czym podwykonawcy Podmiotu przetwarzającego powinni spełniać te same gwarancje i obowiązki, jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający niniejszą Umową. Lista takich podmiotów (podprocesorów) stanowi załącznik nr 1 do Umowy.
2. W przypadku zmiany lub dodania innych podwykonawców biorących udział w przetwarzaniu danych powierzonych przez Administratora Podmiot przetwarzający informuje o zamierzonych zmianach, dając Administratorowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian w terminie 5 dni roboczych od przekazania informacji o zamierzonych zmianach.
3. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na udokumentowane polecenie Administratora danych, chyba że taki obowiązek nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
4. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za niewywiązanie się z obowiązków spoczywających na podwykonawcy, wynikających z niniejszej Umowy.

§ 7

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie osobom nieupoważnionym powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w Umowie, o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub jakimkolwiek orzeczeniu dotyczących przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.

§ 8

Czas obowiązywania Umowy

1. Niniejsza Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas *nieokreślony/określony od* do.....

§ 9

Rozwiązanie Umowy

1. Administrator danych może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Podmiot przetwarzający:
 - a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie,
 - b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową,
 - c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.

§ 10

Zasady zachowania poufności

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób, a także danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy, w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku z zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

§ 11

Postanowienia końcowe

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.
3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej Umowy będzie sąd właściwy Administratora danych.

Administrator danych

Podmiot przetwarzający