



WSzSL.FZ.381./71/ 637 / 2024

Legnica 24-09-2024 r.

Do wszystkich zainteresowanych

**DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWY ODCZYNNIKÓW DO OZNACZANIA POZIOMU HEMOGLOBINY GLIKOWANEJ - HbA1c METODĄ HPLC WRAZ Z NAJMEM ANALIZATORA**

znak sprawy WSzSL/FZ-71/24

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1

Dot. Załącznik 2a Tabela E pkt. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora o liniowości 2,7-20,1%?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy w powyższym zakresie. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź ( proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

Pytanie 2

Dot. Załącznik 2a Tabela E pkt. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kolumny z gwarancją na 3000 iniekcji?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy w powyższym zakresie. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź ( proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

Pytanie 3

Dot. Załącznik 2a Tabela E pkt. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora z menu w języku angielskim ale z kompletną instrukcją obsługi w języku polskim?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy w powyższym zakresie. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź ( proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści analizator, którego zakres pomiarowy wynosi 3%-20 % dla HbA1c?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy w powyższym zakresie. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź ( proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści analizator, w którym kolumna pomiarowa umożliwi wykonanie 800 badań?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie dopuszcza.**



Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści analizator umożliwiający wykonanie badań w krwi pełnej lub w przypadku małej ilości materiału badanego w krwi rozcieńczonej pobranej na antykoagulant EDTA?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści analizator wyposażony w podajnik próbek o pojemności 10 miejsc bez opcji CITO, w którym czas wykonania badania to 130 sekund?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie dopuszcza.**

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści analizator wyposażony w intuicyjne oprogramowanie w języku angielskim?

**W odpowiedzi na pytanie:**

Pytanie 9

Prosimy o wyjaśnienie, czy 10 000 badań, które jest w załączniku A2 jest na rok czy na cały kontrakt?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający określił ilość badań na okres 36 miesięcy.**

**UWAGA**

Udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Z poważaniem,

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Ekonomiczno-Finansowych  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
w Legnicy

*Andrzej Urniaż*