



Poznań, dnia 23 lutego 2021 roku

Dz. Z. P. – 01/40/21

**Uczestnicy postępowania**

**prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej progu unijnego na dostawę wyrobów medycznych.  
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  
w dniu 29.01.2021 roku, pod numerem: 2021/S 020 - 044185**

**WYJAŚNIENIE NR 3 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

W związku z pytaniami dotyczącymi Specyfikacji Warunków Zamówienia złożonymi przez Wykonawców, w imieniu Zamawiającego, Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) wyjaśniam:

**Zestaw nr 1**

**Część nr 2, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do porodu z 4 naklejkami z kodami kreskowymi (zamiast 3)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Część nr 2, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do porodu z kocykiem dziecięcym białym o wymiarach min. 80 x 120 cm (pozycja 1 zestawu)?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Część nr 2, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do porodu z kocykiem dla noworodka w kolorowe wzory dziecięce, o wymiarach min. 80 x 98 cm (pozycja 2 zestawu)?

**Odpowiedź: Wymiary zgodnie z SWZ.**

**Część nr 2, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do porodu z bawełnianą białą czapeczką (pozycja 3 zestawu)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza biały kolor czapeczki**

**Część nr 2, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do porodu z rękawicami AQL = 1,0, polimerowane od wewnątrz, odporność na rozerwanie przed starzeniem minimum 9N (pozycja 4 zestawu)?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Część nr 2, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do porodu z miską nerkową o pojemności 700 ml, kolor niebieski (pozycja 5 zestawu)?

**Odpowiedź: Pojemność zgodna z SWZ.**

**Część nr 2, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do porodu z zaciskiem do pępowiny w kolorze białym?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Część nr 2, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do porodu z nożycami prostymi do przecięcia pępowiny o długości 12 cm (zamiast 11 cm)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Część nr 2, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do porodu z serwetą na stół narzędziowy z warstwą chłonną 60x150 cm, włóknina 28g/m<sup>2</sup>, folia 35g/m<sup>2</sup>, odporność na rozerwanie sucho/mokro 108/95 kPa?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**





**GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY  
SZPITAL KLINICZNY  
UNIwersytetu Medycznego**

Im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  
ul. Polna 33, 60-535 Poznań

NIP: 781-16-21-484  
REGON: 000288840  
KRS: 0000002866

[www.gpsk.ump.edu.pl](http://www.gpsk.ump.edu.pl)

**Część nr 2, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparotomii z 4 naklejkami z kodami kreskowymi (zamiast 3)?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Część nr 2, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparotomii z serwetą wzmocnioną (pozycja 1 zestawu) o obszarze chłonnym 65 x 190 cm, folia 35g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Część nr 2, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparotomii z workiem na mocz z drenem o długości 150 cm (pozycja 4 zestawu)?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Część nr 2, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparotomii ze strzykawką 3-częściową, zamiast 2-częściowej?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Część nr 2, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparotomii z serwetami wzmocnionymi (pozycja 8 i 11 zestawu) o obszarze chłonnym 60 x 150 cm, folia 35g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Część nr 2, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparotomii z fartuchami chirurgicznymi z miękkiej, oddychającej włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m<sup>2</sup> wzmocniony na przedramieniu, w okolicy brzucha i klatki piersiowej, chłonnym i nieprzemakalnym laminatem o gramaturze min. 38 g/m<sup>2</sup>. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min. 45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 - 7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką tradycyjnego podwójnego szwu. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Odporność na przenikanie cieczy 118 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 50 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 42 N - parametry dla strefy krytycznej. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Część nr 2, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparotomii z osłoną na stół Mayo w rozmiarze 80 x 140 cm, z warstwą chłonna 60 x 140 cm?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Część nr 2, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparotomii z rękawicami AQL = 1,0, polimerowane od wewnątrz, odporność na rozerwanie przed starzeniem minimum 9N?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Część nr 2, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparotomii z torbą papierową 20 x 33,5 cm (zamiast 25 x 38 cm)?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Część nr 2, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparotomii z serwetą gazową 45 x 70 cm, 6 warstwowa, min 17 nitkowa z nitką RTG (pozycja 15 zestawu)?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Część nr 2, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparotomii z tupferami 15 x 15 cm 17 nitek (pozycja 17 zestawu)?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Część nr 2, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparotomii ze strzykawką 3-częściową (zamiast 2-częściowej)?



Dział Zamówień Publicznych  
tel. 61 841 96 72  
e-mail: [ajeske@gpsk.ump.edu.pl](mailto:ajeske@gpsk.ump.edu.pl)





**GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY  
SZPITAL KLINICZNY  
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO**

Im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  
ul. Polna 33, 60-535 Poznań

NIP: 781-16-21-484  
REGON: 000288840  
KRS: 0000002866

[www.gpsk.ump.edu.pl](http://www.gpsk.ump.edu.pl)

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Część nr 2, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparotomii z torbą papierową 12,5x25,7 cm (zamiast 11 x 19 cm)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Część nr 2, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparotomii z nożem zapakowanym osobno w przyklepną kopertę o wymiarach ok. 23 x 32 cm zamiast w torebkę plastikową zamykaną 20 x 30 cm? (pozycja 22 zestawu)

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Część nr 2, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparotomii z pojemnikiem do liczenia igieł 30 miejsc (zamiast 20 miejsc)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Część nr 2, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparotomii z tupferami 30 x 40 cm, 17 nitek (pozycja 26 zestawu)?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Część nr 2, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparotomii z serwetą (pozycja 27 zestawu) z laminatu 3 warstwowego: włóknina PP 28g/m<sup>2</sup>, folia PE 25g/m<sup>2</sup>, włóknina PP 22g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Część nr 2, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparotomii z osłoną foliową zieloną (pozycja 29 zestawu)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Część nr 2, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparotomii z kieszenią dwukomorową z taśmą lepą, rozmiar 30 x 40 cm (pozycja 30 zestawu)?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Część nr 2, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparotomii z taśmą lepą 10 x 50 cm, wykonaną z włókniny spunlace?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Część nr 2, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparotomii z opatrunkiem foliowym z wkładem chłonnym 10 x 25 cm (pozycja 33 zestawu)?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Część nr 2, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparotomii z serwetą chirurgiczną (pozycja 34 zestawu) w rozmiarze 180/280 cm x 220 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w kształcie trapezu o wymiarach 30 cm x 20 cm x 20 cm oraz otworem samoprzylepnym w okolicy kroczka o wymiarach 10 cm x 15 cm zabezpieczonym klapką?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Część nr 2, poz. 3, 4**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparoskopii z 4 naklejkami z kodami kreskowymi (zamiast 3)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Część nr 2, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparoskopii z serwetą wzmocnioną (pozycja 1 zestawu) o obszarze chłonnym 65 x 190 cm)?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**



Dział Zamówień Publicznych  
tel. 61 841 96 72  
e-mail: [ajeske@gpsk.ump.edu.pl](mailto:ajeske@gpsk.ump.edu.pl)





**GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY  
SZPITAL KLINICZNY  
UNIwersytetu Medycznego**

Im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  
ul. Polna 33, 60-535 Poznań

NIP: 781-16-21-484  
REGON: 000288840  
KRS: 0000002866

[www.gpsk.ump.edu.pl](http://www.gpsk.ump.edu.pl)

**Część nr 2, poz. 3, 4**

Czy Zamawiający dopuści zestawy do laparoskopii z fartuchami wykonanymi z miękkiej, oddychającej włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m<sup>2</sup> wzmocniony na przedmamienu, w okolicy brzucha i klatki piersiowej, chłonnym i nieprzemakalnym laminatem o gramaturze min. 38 g/m<sup>2</sup>. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką tradycyjnego podwójnego szwu. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Odporność na przenikanie cieczy 118 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 50 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 42 N - parametry dla strefy krytycznej. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3.)

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Część nr 2, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparoskopii z serwetą z laminatu (pozycja 5 zestawu) 3 warstwowego: włóknina PP 28g/m<sup>2</sup>, folia PE 25g/m<sup>2</sup>, włóknina PP 22g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Część nr 2, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparoskopii z serwetą z laminatu (pozycja 6 zestawu) 3 warstwowego: włóknina PP 28g/m<sup>2</sup>, folia PE 25g/m<sup>2</sup>, włóknina PP 22g/m<sup>2</sup>, w rozmiarze 100 x 150 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozmiar 100x150 cm, pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

**Część nr 2, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparoskopii z serwetą (pozycja 7 zestawu) o obszarze chłonnym 60 x 150 cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Część nr 2, poz. 3, 4**

Czy Zamawiający dopuści zestawy do laparoskopii z osłoną foliową na kamerę o wymiarach 14 x 250 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Część nr 2, poz. 3, 4**

Czy Zamawiający dopuści zestawy do laparoskopii ze strzykawką 3-częściową, zamiast 2-częściowej?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Część nr 2, poz. 3, 4**

Czy Zamawiający dopuści zestawy do laparoskopii z torbą papierową (pozycja 13 zestawu) w rozmiarze 12,5 x 25,7 cm)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Część nr 2, poz. 3, 4**

Czy Zamawiający dopuści zestawy do laparoskopii z rękawicami AQL = 1,0, polimerowane od wewnątrz, odporność na rozerwanie przed starzeniem minimum 9N?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Część nr 2, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparoskopii z przedłużeniem do ssania (pozycja 17 zestawu) z łącznikiem prostym średnica 24 CH)?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Część nr 2, poz. 3, 4**

Czy Zamawiający dopuści zestawy do laparoskopii z opatrunkiem włókninowym z warstwą chłonną o wymiarze 8 x 10 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Część nr 2, poz. 3, 4**

Czy Zamawiający dopuści zestawy do laparoskopii z kieszenią samoprzylepną dwukomorową, min. 30 x 40 cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**



Dział Zamówień Publicznych  
tel. 61 841 96 72  
e-mail: [ajeske@gpsk.ump.edu.pl](mailto:ajeske@gpsk.ump.edu.pl)





**GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY  
SZPITAL KLINICZNY  
UNIwersytetu Medycznego**

Im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  
ul. Polna 33, 60-535 Poznań

NIP: 781-16-21-484  
REGON: 000288840  
KRS: 0000002866

[www.gpsk.ump.edu.pl](http://www.gpsk.ump.edu.pl)

**Część nr 2, poz. 3, 4**

Czy Zamawiający dopuści zestawy do laparoskopii z taśmą lepną 10 x 50 cm wykonaną z włókniny spunlace o gramaturze 68g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Część nr 2, poz. 3, 4**

Czy Zamawiający dopuści zestawy do laparoskopii z serwetą chirurgiczną do laparoskopii w rozmiarze 180/280 cm x 220 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w kształcie trapezu o wymiarach 30 cm x 20 cm x 20 cm oraz otworem samoprzylepnym w okolicy kroczka o wymiarach 10 cm x 15 cm zabezpieczonym klapką, przylepna kieszeń do przechwytywania płynów 30 x 40 cm dołączona osobno?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Część nr 2, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparoskopii z serwetą wzmocnioną (pozycja 1 zestawu) o obszarze chłonnym 65 x 190 cm)?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Część nr 2, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparoskopii z serwetą z laminatu (pozycja 4 zestawu) 3 warstwowego: włóknina PP 28g/m<sup>2</sup>, folia PE 25g/m<sup>2</sup>, włóknina PP 22g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Część nr 2, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparoskopii z serwetą z laminatu (pozycja 5 zestawu) 3 warstwowego: włóknina PP 28g/m<sup>2</sup>, folia PE 25g/m<sup>2</sup>, włóknina PP 22g/m<sup>2</sup>, w rozmiarze 100 x 150 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozmiar, pozostałe parametry zgodne z SWZ**

**Część nr 2, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparoskopii z serwetą wzmocnioną (pozycja 6 zestawu) o obszarze chłonnym 60 x 150 cm)?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Część nr 2, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparoskopii z osłoną na uchwyt do lampy w kolorze zielonym?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Część nr 2, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparoskopii z przedłużeniem do ssania (pozycja 16 zestawu) z łącznikiem prostym średnica 24 CH)?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Część nr 2, poz. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 21 i 22 z pakietu?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Część nr 2, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparoskopii z serwetą o wymiarach 90 x 120 cm (zamiast 100 x 100 cm)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Część nr 2, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparoskopii z torebką papierową 20 x 33,5 cm (zamiast 30 x 61 cm)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Część nr 2, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparoskopii z tacą o wymiarach 42 x 34 x 2,5 cm (pozycja 26 zestawu)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Część nr 2, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparoskopii z tacą o wymiarach 55 x 42 x 2 cm (pozycja 27 zestawu)?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**



Dział Zamówień Publicznych  
tel. 61 841 96 72  
e-mail: [ajeske@gpsk.ump.edu.pl](mailto:ajeske@gpsk.ump.edu.pl)





**GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY  
SZPITAL KLINICZNY  
UNIwersytetu Medycznego**

Im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  
ul. Polna 33, 60-535 Poznań

NIP: 781-16-21-484  
REGON: 000288840  
KRS: 0000002866

[www.gpsk.ump.edu.pl](http://www.gpsk.ump.edu.pl)

**Część nr 2, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego z 4 naklejkami z kodami kreskowymi (zamiast 3)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Część nr 2, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego z torebką papierową 20 x 33,5 cm (zamiast 25 x 38 cm)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Część nr 2, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego ze strzykawką 3-częściową, zamiast 2-częściowej?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Część nr 2, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego z workiem na mocz z drenem długości 150 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Część nr 2, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego z rękawicami AQL = 1,0, polimerowane od wewnątrz, odporność na rozerwanie przed starzeniem minimum 9N?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Część nr 2, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego z fartuchami wykonanymi z miękkiej, oddychającej włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m<sup>2</sup> wzmocniony na przedramieniu, w okolicy brzucha i klatki piersiowej, chłonnym i nieprzemakalnym laminatem o gramaturze min. 38 g/m<sup>2</sup>. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej. Tylny części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min. 45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 - 7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką tradycyjnego podwójnego szwu. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Odporność na przenikanie cieczy 118 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 50 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 42 N - parametry dla strefy krytycznej. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Część nr 2, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego z pojemnikiem do liczenia igieł 30 miejsc (zamiast 20 miejsc)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Część nr 2, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego z tupferami 30 x 40 cm, 17 nitek (pozycja 15 zestawu)?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Część nr 2, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego z kleszczykami do dezynfekcji 23 cm (zamiast 24 cm)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Część nr 2, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego z osłoną na stół Mayo w rozmiarze 80 x 140 cm, warstwa chłonna 60 x 140 cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Część nr 2, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego z serwetą 3-warstwową (pozycja 19 zestawu) 100 x 150 cm laminat 3 warstwowy włóknina PP 28g/m<sup>2</sup>, folia PE 25g/m<sup>2</sup>, włóknina PP 22g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozmiar, pozostałe parametry zgodne z SWZ.**



Dział Zamówień Publicznych  
tel. 61 841 96 72  
e-mail: [ajeske@gpsk.ump.edu.pl](mailto:ajeske@gpsk.ump.edu.pl)





**GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY  
SZPITAL KLINICZNY  
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO**

Im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  
ul. Polna 33, 60-535 Poznań

NIP: 781-16-21-484  
REGON: 000288840  
KRS: 0000002866

[www.gpsk.ump.edu.pl](http://www.gpsk.ump.edu.pl)

**Część nr 2, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego z serwetą do zabiegu cesarskiego cięcia samoprzylepną o wymiarach 180cm/240cm x 300cm z otworem wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z osłonami na kończyny oraz trójkątną torbą do zbiórki płynów, serweta wykonana z laminatu o gramaturze 56g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Część nr 2, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego z taśmą lepną 10 x 50 cm wykonana z włókniny spunlace o gramaturze 68g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Część nr 2, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego z serwetą 2-warstwową 75 x 90 cm (pozycja 24 zestawu) wykonaną z włókniny 30g/m<sup>2</sup>, folia PE 30g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Część nr 2, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego z kompresem gazowym 45 x 70 cm, 6 warstwową, 17 nitkowa (pozycja 25 zestawu)?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Część nr 2, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego z torbą papierową 20 x 33,5 cm (pozycja 27 zestawu)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Część nr 2, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego z osłoną na uchwyt do lampy w kolorze zielonym?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Część nr 2, poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch urologiczny wykonany z włókniny hydrofobowej SMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup> i wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej na całej długości, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze 57 g/m<sup>2</sup>. Fartuch z poszerzoną konstrukcją umożliwiającą pracę w pozycji siedzącej. Rozmiar XXL?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Część nr 3, poz.1**

Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę do owinięcia noworodka w rozmiarze 75 x 80 cm, wykonaną z włókniny spunlace o gramaturze 80g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Część nr 13, poz. 1-2**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Część nr 13, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Część nr 13, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści podkład higieniczny o wymiarze 160x210 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Część nr 13, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści podkład higieniczny o wymiarze 160x250 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, zgodnie z SWZ.**

**Część nr 13, poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**



Dział Zamówień Publicznych  
tel. 61 841 96 72  
e-mail: [ajeske@gpsk.ump.edu.pl](mailto:ajeske@gpsk.ump.edu.pl)





**GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY  
SZPITAL KLINICZNY  
UNIwersytetu Medycznego**

Im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  
ul. Polna 33, 60-535 Poznań

NIP: 781-16-21-484  
REGON: 000288840  
KRS: 0000002866

[www.gpsk.ump.edu.pl](http://www.gpsk.ump.edu.pl)

**Część nr 14, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści koszulę bez kieszonki?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Część nr 14, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści koszulę o nieprzemakalności 25,5cm H<sub>2</sub>O i wytrzymałości na rozciąganie 77,9 kPa?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Część nr 14, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści koszulę o gramaturze 33g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Część nr 14, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści koszulę o nieprzemakalności min. 20cm H<sub>2</sub>O i wytrzymałości na rozciąganie min. 70 kPa?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Zestaw nr 2**

**Pytania dot. SWZ:**

1. Czy oświadczenie JEDZ powinno zostać załączone do oferty (jak wskazuje rozdział VII pkt. 1.1 SWZ), czy na wezwanie Zamawiającego?

**Odpowiedź:** Rozdział VI SWZ – Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę wraz z ofertą – wskazuje, że Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (JEDZ).

2. Czy nie doszło do omyłki w rozdziale VIII pkt 19-20, gdzie Zamawiający wymaga uwierzytelnionego wydruku wizualizacji treści dokumentu wystawionego przez upoważniony podmiot jako dokument elektroniczny z własnoręcznym podpisem wykonawcy? Komunikacja w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a więc bezzasadnym jest wymaganie własnoręcznego podpisu wykonawcy. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452): „§ 6. 1. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.”

**Odpowiedź:** Zamawiający wykreśla z Rozdziału VIII Specyfikacji Warunków Zamówienia pkt 19, 20 i 21.

**Pytania dot. asortymentu:**

**Część 11:** czy Zamawiający dopuści zestaw ze sterylnymi fartuchami wzmocnionymi w części przedniej i przedramionach dwuwarstwowym laminatem barierowym o gramaturze min. 40g/m<sup>2</sup> w miejsce 43 g/m<sup>2</sup> (punkt 2 składu)?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Część 11:** czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetami w rozmiarze 75x45 cm w miejsce serwet 75x50 cm (punkt 12 składu)?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Część 11:** czy Zamawiający dopuści zestaw dodatkowo z folią chirurgiczną 30x28 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytania dot. projektu umowy:**

1. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 pkt a) wzoru umowy zostały dodane słowa „jednak łącznie nie więcej niż 100% wartości brutto tego towaru”?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

2. Czy Zamawiający zgadza się na obniżenie kary umownej do 0,5% lub na inne złagodzenie kary umownej z § 9 ust. 1 pkt a) wzoru umowy?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.



Dział Zamówień Publicznych  
tel. 61 841 96 72  
e-mail: [ajeske@gpsk.ump.edu.pl](mailto:ajeske@gpsk.ump.edu.pl)







**GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY  
SZPITAL KLINICZNY  
UNIwersytetu Medycznego**

Im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  
ul. Polna 33, 60-535 Poznań

NIP: 781-16-21-484  
REGON: 000288840  
KRS: 0000002866

[www.gpsk.ump.edu.pl](http://www.gpsk.ump.edu.pl)

3. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 lit. b) i c) wzoru umowy wyrażenie „10% wartości umowy brutto określonej w § 4 ust. 1” zostało zastąpione wyrażeniem „10% niezrealizowanej wartości umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

4. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 5 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Zestaw nr 3**

Pytanie dotyczy pakietu 15 poz. 1:

Czy dopuszczają Państwo kombinezon ochronny kat. III TYP 3,4,5,6, wykonany z laminowanej włókniny polipropylenowej z kapturem, wewnętrznymi szwami overlokowymi i szwami pokrytymi taśmą termoplastyczną, elastycznym ściągaczem w kostkach i w pasie, zamkiem błyskawicznym i kłapą na suwak o gramaturze 55g/m<sup>2</sup>? Kombinezon spełnia normy:

- EN ISO 13688:2013,
- EN 14605:2005+A1:2009,
- EN ISO 13982-1:2004/A1:2010,
- EN 13034:2005+A1:2009,
- EN 14126:2003/AC:2004 (Odzież chroniąca przed czynnikami zakaźnymi) dla typów 3B,4B,5B,6B.

Proszę też wziąć pod uwagę, że typ 3,4,5,6 jest lepszy niż 4,5,6.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza typ 3, 4, 5, 6 pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.**

**Zestaw nr 4**

Prosimy, aby Zamawiający wyraził zgodę na złożenie oferty cenowej tylko dla pozycji 2 w zadaniu nr 15 lub też utworzenie zadania 15A zawierającego same maski medyczne. Wynika to z faktu, że jesteśmy producentem wyspecjalizowanym w produkcji masek medycznych na gumki wzbogaconych o warstwę grafenową- za ten produkt odpowiadamy, podpierając się badaniami które są wykonywane w danym asortymencie. Dzięki temu oferujemy jako jedyni na rynku maski medyczne wzbogacone o dodatkowy filtr węglowy w technologii grafenowej, który ma właściwości bakteriostatyczne, co ogranicza kolonizację materiału maski przez drobnoustroje pochodzące z powietrza wydychanego przez użytkownika. Wyspecjalizowana produkcja koncentruje siły i moce przerobowe przedsiębiorstwa na dbaniu o jakość wąskiej gamy produktów, dzięki czemu oferujemy pod każdym względem produkt najwyższej jakości. Chcemy zaoferować Państwu produkt innowacyjny w swojej dziedzinie- wewnątrz maski ma właściwości bakteriostatyczne, co ogranicza kolonizację materiału maski przez drobnoustroje pochodzące z powietrza wydychanego przez użytkownika. Umożliwia to bardziej komfortowe i potencjalnie dłuższe korzystanie z maski ograniczając konsekwencje typu nieprzyjemny zapach lub ryzyko samo-infekcji. W załączeniu przesyłam zdjęcie rzeczzonego produktu

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

Zadanie 15 pozycja 2

Prosimy aby Zamawiający dopuścił maski medyczne typu IIR. Pozostałe zapisy zgodnie ze SIWZ

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Zestaw nr 5**

W części nr 13 –podkłady, fartuchy medyczne w pozycji nr 6 Zamawiający oczekuje:

Fartuch medyczny wykonany z włókniny polipropylenowej, rękawy zakończone gumką, wiązany na troki w talii oraz na szyi, przewiewny, jednorazowego użytku. Gramatura 25 gr/m<sup>2</sup>. Rozmiar L, XL. Kolor zielony.

Specyfikacja wymiarów: rozmiar L -długość120, szerokość 70 cm (obwód całkowity 140 cm), troki szyja 35 cm, troki pas 170cm / rozmiar XL - długość 125 cm, szerokość 75 cm (obwód całkowity 150 cm), troki szyja 35 cm, troki pas 180 cm. Dopuszczono kolor inny niż zielony, np. biały lub niebieski.(Wyjaśnienie nr 2 –zestaw nr 1 z dnia 16.02.2021r.). Dopuszczono gramaturę min. 35g/m<sup>2</sup> (Wyjaśnienie nr 2 –zestaw nr 2 z dnia 16.02.2021)



Dział Zamówień Publicznych  
tel. 61 841 96 72  
e-mail: [ajeske@gpsk.ump.edu.pl](mailto:ajeske@gpsk.ump.edu.pl)





**GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY  
SZPITAL KLINICZNY  
UNIwersytetu Medycznego**

Im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  
ul. Polna 33, 60-535 Poznań

NIP: 781-16-21-484  
REGON: 000288840  
KRS: 0000002866

[www.gpsk.ump.edu.pl](http://www.gpsk.ump.edu.pl)

W pakiecie nr 13 znajduje się 6 pozycji czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr. 6 z części nr 13 do osobnego pakietu z uwagi na ilość wyrobów medycznych oraz sugerując czynnik ekonomiczny dla Zamawiającego prosimy o wydzielenie tego pakietu do osobnej części. Co przyczyni się do złożenia Zamawiającemu większej ilości ofert a co za tym idzie uzyskaniu przez Zamawiającego lepszego czynnika ekonomicznego. Obecny zapis §13 wyklucza z postępowania Producentów/Dostawców, którzy nie posiadają w swojej ofercie pozostałych asortymentów poza Hurtowniami i Dystrybutorami z poza EU.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Zestaw nr 6**

**Część nr 10 poz. 2**

Ze względu na duże zróżnicowanie asortymentowe produktów zawartych w tym pakiecie, które ogranicza konkurencyjność postępowania, prosimy o wydzielenie w/w pozycji, tym samym utworzenie dla niej osobnej części. Ponadto, w związku z trwającym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego wywołanego koronawirusem COVID-19 występuje zwiększone zapotrzebowanie na rękawiczki.

Państwa zgoda na podział zadania da możliwość przystąpienia większej ilości oferentów do postępowania przetargowego, tym samym zwiększając konkurencyjność postępowania, zapewniając lepsze wydatkowanie publicznych środków finansowych.

Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach:

a) w rozmiarach S, M, L, XL;

b) poziom szczelności AQL 1,5 (*jest to wymagany, akceptowalny, zgodnie z normą europejską EN 455 poziom w kierunku szczelności, czyli braku dziur dla rękawic medycznych, dający gwarancję bezpieczeństwa, wymóg ten nie powinien dyskwalifikować naszego produktu który spełnia wymagania norm europejskich*);

c) pozbawione dodatków chemicznych: tiuramów, ftalanów, tiazolu oraz MBT z odstępniem od ZMBT, BHT, BHA, TMTD – potwierdzone deklaracją producenta (z odstępniem od badań metodą HPLC);

**Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.**

Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III/Type B.

Zgodne z normami EN 15223-1, EN 1041, EN ISO 13485, EN 455 (1-4), EN 420, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2:2014, EN 16523-1:2015, EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016, ASTM F 1671, ASTM D 6978 (31 substancji cytostatycznych).

W przypadku negatywnej odpowiedzi, kierując się dbałością o wspólne środki publiczne przeznaczone za zakup przez zamawiającego, prosimy o merytoryczne uzasadnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego.

*Przy wyborze produktów kierujemy się najwyższymi parametrami jakościowymi. W naszej ofercie posiadamy wyłącznie produkty od sprawdzonych fabryk. Nie wypuszczamy na rynek tańszych produktów, niespełniających odpowiednich norm europejskich. Oferujemy swoim klientom wysokiej jakości produkty aby zapewnić bezpieczeństwo pracy bez obaw o incydent medyczny.*

Proponowane przez nas rękawice spełniają wszystkie wymogi norm europejskich dotyczące rękawic medycznych.

EN 455-1 – podaje metodologię badania rękawic medycznych na nieobecność dziur. Aby uznać rękawicę za wyrób medyczny, muszą spełniać Akceptowalny poziom Jakości AQL.

EN 455-2 – określa mediany długości i szerokości [mm] oraz mediany siły zrywu [N] dla rękawic chirurgicznych i diagnostycznych, wytworzonych z różnych surowców: lateksu, nitylu, elastomerów.

EN 455-3 – określa wymagania i badania w ocenie bezpieczeństwa biologicznego (m. in. Poziomu protein lateksowych)

EN 455-4 – norma wskazuje wymagania i metodę badania rękawic medycznych jednorazowego użytku, w celu wyznaczenia okresu trwałości i wyrobu zgodnie z Dyrektywa o Wyrobach Medycznych 93/42/EWG.

**Spełnienie wszystkich czterech części normy EN 455 daje najwyższą gwarancję bezpieczeństwa.**

Ponadto nasze rękawice są zgodne z normą amerykańską ASTM F 1671 Viral Penetration Test – która przedstawia sposób badania odporności materiałów na przenikanie krwiopochodnych patogenów z użyciem do badania bakteriofagu Phi-X 174.

Produkty nasze są użytkowane w szpitalach w krajach Europy wschodniej i zachodniej oznaczenie ich zgodnie z unijną normą EN 455 tam w zupełności wystarcza i zapewnia bezpieczeństwo zarówno przed jak i w czasie pandemii.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela w/w pozycji do osobnej części i nie dopuszcza rękawiczek o proponowanych parametrach.**

**Zestaw nr 7**

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za niedostarczenie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w §2 ust. 2 i ust. 3 w wysokości **0,5%** wartości brutto niedostarczonej partii zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej w terminie partii zamówienia.**
- za odstąpienie od umowy / wypowiedzenie / rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wartości **niezrealizowanej części** umowy brutto.
- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę bez usprawiedliwionej podstawy faktycznej i prawnej w wysokości 10% wartości brutto **niezrealizowanej części umowy,**



Dział Zamówień Publicznych  
tel. 61 841 96 72  
e-mail: [ajeske@gpsk.ump.edu.pl](mailto:ajeske@gpsk.ump.edu.pl)





**GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY  
SZPITAL KLINICZNY  
UNIwersytetu Medycznego**

Im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  
ul. Polna 33, 60-535 Poznań

NIP: 781-16-21-484  
REGON: 000288840  
KRS: 0000002866

[www.gpsk.ump.edu.pl](http://www.gpsk.ump.edu.pl)

d. za nieudostępnienie dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 w terminie 5 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania do ich przedstawienia w wysokości **100,00 zł.** brutto za każde tego rodzaju zdarzenie, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy, którego dotyczy niedostarczone dokumenty**

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 9 ust. 3 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

3. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 12 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów: „...od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie...” na „... od dnia uznania reklamacji.”

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

4. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazaniem w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisem paragrafu 5 ust. 4 wzoru umowy – Załącznik nr 4 i 4a do SWZ – Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania faktury drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2191 z późn. zm.), które nakładają na zamawiającego obowiązek odbierania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, jeżeli wykonawca wysłał ustrukturyzowaną fakturę za pośrednictwem tej platformy. Zamawiający wymaga złożenia po zawarciu umowy oświadczenia przez Wykonawcę, jeżeli zamierza on przysłać do zamawiającego drogą elektroniczną ustrukturyzowane faktury elektroniczne.

**Zestaw nr 8**

**Część 1 Poz. 1**

Zwracamy się do Zamawiającego o możliwość zaoferowania jako produkt równoważny kaniule:

Kaniuła dożylna przeznaczona do małych, delikatnych żył u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych. Posiadająca wymiary uchwyty, w którym schowane są skrzydełka kaniuli, ułatwiające kaniulację naczyń. Bez dodatkowego portu górnego. Kaniuła widoczna w promieniach RTG, 6 wtopionych pasków radiocieniujących. Wykonana z unikalnego poliuretanu, biokompatybilnego, o potwierdzonym klinicznie wpływie na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył. Dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczyń podczas kaniulacji (system 3-krotnego potwierdzenia wypływu krwi). Bez zastawki bezzwrotnej. Dostępna w następujących rozmiarach do wyboru przez Zamawiającego:

24G – 0,7 x 19 mm – przepływ 19ml/min.

26G – 0,6 x 19 mm – przepływ 14 ml/min.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza następujące parametry kaniuli:

material, z którego wykonana jest kaniuła- poliuretan Vialon,

kaniuła może posiadać dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczyń podczas kaniulacji,

kaniuła, która jest widoczna w promieniach RTG i posiada 6 wtopionych pasków radiocieniujących

kaniulę bez zastawki bezzwrotnej,

kaniulę o przepływie 19ml/min dla rozmiaru 24G i 14ml/min dla rozmiaru 26G,

pozostałe parametry jak w SWZ

**Część 1 Poz. 2**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania produktu z parametrami.

Zamknięty system dostępu naczyniowego z potrójnym przedłużeniem o długości 15 cm, z 3 zaworami bezigłowymi.

- zawór bezigłowy, kompatybilny z połączeniami typu Luer – Lock – Slip

- dren o średnicy wewnętrznej 2,8 mm, każde przedłużenie z zaciskiem przesuwającym, zakończenie zabezpieczone protektorem męskim

- nie zawiera lateksu; dren wykonany z PCV (nie zawierający ftalanów); dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi

- zawór posiadający przezroczystą obudowę i przezroczystą membranę ułatwiające szybką ocenę efektywności płukania, bez mechanicznych części wewnętrznych



Dział Zamówień Publicznych  
tel. 61 841 96 72  
e-mail: [ajeske@gpsk.ump.edu.pl](mailto:ajeske@gpsk.ump.edu.pl)





**GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY  
SZPITAL KLINICZNY  
UNIwersytetu Medycznego**

Im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  
ul. Polna 33, 60-535 Poznań

NIP: 781-16-21-484  
REGON: 000288840  
KRS: 0000002866

[www.gpsk.ump.edu.pl](http://www.gpsk.ump.edu.pl)

- membrana zaworu Split Septum, podzielna, silikonowa z kołnierzem idealnie gładkim i jednorodnym, wywiniętym zewnętrznie na poliwęglanowej obudowie konektora
- jednorodna powierzchnia do dezynfekcji, która jest kołnierzem membrany, niesprzyjającą kolonizacji bakterii
- na obudowie konektora naprzeciwległe wypustki ułatwiające utrzymanie zaworu w palcach w trakcie łączenia np. ze strzykawką
- czas użycia 100 aktywacji
- posiadająca prosty tor przepływu, bez elementów lub mechanizmów wewnętrznych
- przepływ 20 l/h
- objętość wypełnienia wynosząca 2,25 ml, podana na opakowaniu jednostkowym
- wytrzymała na ciśnienie 45 PSI
- sterylne, pakowane pojedynczo

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt o proponowanych parametrach.**

#### Część 6 Poz. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość złożenia na produkt równoważny o parametrach:

Zestaw do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych, jasny, jałowy, składa się z: jednokanałowej igły bioczepnej typu lancet, odpowietrznika z filtrem przeciwbakteryjnym zamykanego kłapką, elastycznej komory kroplowej 20kroppli=1ml±0,1ml, filtra do krwi 200µm, zacisku rolkowego, elastycznego drenu o długości 180cm zakończony LuerLock, oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami, jednorazowego użytku, bez lateksu, niepirogenny, pakowany pojedynczo.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### SIWZ

Prosimy o dodanie do SWZ zapisu zgodnego z art. 107 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019: Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. W nawiązaniu do brzmienia art. 106 ust. 3. Zamawiający zaakceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzą, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria. Brak zgody na powyższe może spowodować liczne odrzucenia ofert, unieważnienie a w konsekwencji przedłużający się czas i koszt trwania postępowania.

**Odpowiedź: Zamawiający w Rozdziale III pkt 5 SWZ dopuszcza możliwość złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie przedmiotowych środków dowodowych. Natomiast w odniesieniu do akceptacji równoważnych przedmiotowych środków dowodowych Zamawiający kierować się będzie obowiązującymi przepisami ustawy Pzp w tym zakresie.**

#### SIWZ rozdział XIII, ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku? Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet czterech miejsc po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### Wzór umowy „na 24 miesiące” § 9 ust. 1 lit.d)

Prosimy Zamawiającego o usunięcie § 9 ust. 1 lit. d) ze wzoru umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### Wzór umowy „na 24 miesiące” § 13

Zwracamy się z prośbą o dodanie nowego zapisu do umowy: Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w przypadku zaprzestania produkcji oferowanego wyrobu przez producenta. Na potwierdzenie powyższej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu oświadczenia wydanego przez producenta wyrobu potwierdzającego fakt zaprzestania produkcji. Zaoferowany nowy wyrób musi posiadać identyczne lub lepsze parametry niż wskazane w ofercie. Uzasadnienie: Wprowadzenie powyższego zapisu zabezpiecza interes Zamawiającego, przed otrzymywaniem dostaw innych produktów niż zakontraktowane, często gorszej jakości i tańszych w zakupie dla dystrybutora pod pretekstem głosownych stwierdzeń o zaprzestaniu produkcji przez producenta.

**Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z treścią paragrafu 13 ust. 9 pkt 2 wzoru umowy 24 miesięcznej – Załącznik nr 3 do SWZ – dopuszcza możliwość dokonania zmiany oznaczenia przedmiotu umowy w zakresie nazwy wyrobu, nazwy producenta, numeru kodu / numeru referencyjnego, nie zmieniającej ceny jednostkowej i wartości umowy, pod warunkiem, że proponowany produkt spełnia parametry określone przez Zamawiającego.**

#### Zestaw nr 9

#### Pakiet 1 Poz. 2

- 1) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktów o poniższych parametrach: Potrójny, bezigłowy port do iniekcji z przedłużaczami do użytku przez 7 dni lub 700 aktywacji. Przezroczysta obudowa wykonana z poliwęglanu oraz przezroczysta, podzielna, silikonowa membrana nie



Dział Zamówień Publicznych  
tel. 61 841 96 72  
e-mail: [ajeske@gpsk.ump.edu.pl](mailto:ajeske@gpsk.ump.edu.pl)





**GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY  
SZPITAL KLINICZNY  
UNIwersYTETU MEDYCZNEGO**

Im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  
ul. Polna 33, 60-535 Poznań

NIP: 781-16-21-484  
REGON: 000288840  
KRS: 0000002866

---

[www.gpsk.ump.edu.pl](http://www.gpsk.ump.edu.pl)

---

wystająca poza obręb portu, bez części metalowych. Dreny z zaciskami przesuwными oraz obrotowym łącznikiem Luer-Lock zabezpieczonym koreczkiem. Dostępne 2 średnice drenów: 1,2 x 2,1 mm, długość całkowita zestawu ok.10 cm, przepływ 165/ml/min. sterylizacja radiacyjna oraz 2,3 x 3,6 mm długość całkowita zestawu ok. 15 cm, przepływ 165 ml/min. , sterylizacja radiacyjna. Na opakowaniu umieszczone: nazwa producenta, nr katalogowy, nr serii, data ważności. Sterylne, pakowane pojedynczo w opakowanie typu blister .

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

2) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w trosce o bezpieczeństwo pacjentów i minimalizację ryzyka omyłki, bezigłowy port z przedłużaczem z przedłużaczami ma chronić przed refluksiem krwi do światła cewnika bez względu na zastosowaną sekwencję klemowania (neutralne ciśnienie).

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

3) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy droga płynu ma być widoczna na całej długości zaworu i przedłużacza ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

Załącznikiem do niniejszego pisma jest:

- Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz asortymentowo – cenowy – po kolejnych dopuszczeniach;
- Załącznik nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia – po dopuszczeniach



Dział Zamówień Publicznych  
tel. 61 841 96 72  
e-mail: [ajeske@gpsk.ump.edu.pl](mailto:ajeske@gpsk.ump.edu.pl)

