



WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dyrektor

dr n. med.
Włodzimierz Dziubdziela

ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 259-16-50
fax.: (32) 255 46 33

spskm@spskm.katowice.pl
www.spskm.katowice.pl

CENTRALA :
Tel. (32) 259-12-00

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa środków dezynfekcyjnych.

Nr sprawy: ZP-24-003UN

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, udziela wyjaśnień treści SWZ jak niżej:

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 14 gotowego do użycia preparatu w sprayu do ręcznej konserwacji narzędzi medycznych przed sterylizacją parą wodną (nie wpływającego na proces sterylizacji parowej), będący mieszaniną farmaceutycznej klasy oleju wazelinowego (farmaceutyczny) (zawartość: $19 \leq x < 24\%$) oraz mieszaniny węglowodorów C4, gazu z ropy naftowej (zawartość: $50 \leq x < 100\%$), o gęstości względnej: 0,65 g/cm³, nie zawierającego chlorofluorowęglowodorów oraz silikonu, będącego wyrobem medycznym klasy I, spełniającego wymagania prawne dla wyrobów medycznych zgodnie z rozporządzeniem 2017/745 (MDR) oraz wymagania rozporządzenia nr 648/2004 w sprawie detergentów, poddanego ocenie ryzyka w oparciu o normę EN ISO 14971, konfekcjonowanego w opakowaniach 400 ml, z końcówką dozującą dla precyzyjnej aplikacji oleju, dostarczaną i zabezpieczoną w nasadce każdego opakowania?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i tym samym nie modyfikuje treści SWZ.

Pytanie 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 9 kwaśnego środka do maszynowego mycia, płukania oraz termicznej obróbki pojemników na ludzkie wydaliny, w urządzeniach myjąco-dezynfekujących z termiczną dezynfekcją, wspomagającego szybkie, bezśladowe suszenie, do nabłyszczania, zapobiegającego zwapnieniom, o następującym składzie: kwas cytrynowy, etoksylované alkiloaminy kokosowe, inhibitory korozji, substancje kompleksujące oraz o dozowaniu: 0,5 - 1ml/l na każde 5 st. twardości wody i konfekcjonowanego w opakowaniach: 5l/kg?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i tym samym nie modyfikuje treści SWZ.

Pytanie 3: zadanie nr 6 – Preparat myjąco-dezynfekujący do powierzchni, narzędzi i rozlanych substancji organicznych.

Opis przedmiotu zamówienia z uwagi na liczny szereg składników wskazuje na preparat Virkon medyczny w saszetkach po 200 g, aczkolwiek zachodzi wątpliwość co do obecności na przykład kwasu amidosulfonowego i kwasu jabłkowego – czyżby nie zaszła pomyłka w opisie? Dodatkowe wątpliwości dotyczą soli sodowej kwasu dodecylobenzenosulfonowego. W załączeniu przesyłam aktualną kartę charakterystyki preparatu Virkon medyczny, jeśli rzeczywiście ten środek jest oczekiwany przez Zamawiającego – proszę o potwierdzenie lub zaprzeczenie.

Druga wątpliwość dotyczy kwalifikacji żądanego środka jako wyrobu medycznego, gdyż wspomniany Virkon medyczny jest produktem biobójczym – czy zatem produkt biobójczy mieści się według Zamawiającego w definicji wyrobu medycznego?

Proszę uprzejmie o wyjaśnienia powyższych kwestii dotyczących składu chemicznego oraz rejestracji preparatu.



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
SZPITAL KLINICZNY
IM. ANDRZEJA MIEŁĘCKIEGO
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach**

Odpowiedź: Zamawiający wymaga rejestracji produktu jako preparat biobójczy. W związku z powyższym, Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1 do SWZ w zakresie zadania numer 6 poprzez wykreślenie wymogu rejestracji produktu jako wyrób medyczny i wprowadzenie wymogu rejestracji produktu jako preparat biobójczy.

Ponadto, Zamawiający nie jest w stanie ustosunkować się do części zakresu pytania, z uwagi na fakt, iż nie zna treści rzekomej karty charakterystyki, którą Wykonawca miał zamiar załączyć do pytania a czego nie uczynił. W związku z powyższym, w pozostałym zakresie opis przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian.

Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.