

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM
W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM**

**dot. postępowania na zadanie pn.:
„Zakup sprzętu medycznego podzielonego na pakiety dla SP ZOZ MSWiA w Opolu”**

Zgodnie z art. 135 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605) Zamawiający wyjaśnia zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przedmiotowego postępowania przetargowego:

Dotyczy pakietów nr 4, 5 i 6

1. (dot. pakietu nr 4) Czy Zamawiający wymaga kompatybilności oferowanego sprzętu z posiadanymi zestawami laparoskopowo-histeroskopowymi potwierdzonej oświadczeniem producenta posiadanego sprzętu? Prosimy o wskazanie producenta.

Zamawiający nie wymaga jak wyżej.

2. (dot. pakietu nr 5) Czy Zamawiający wymaga kompatybilności oferowanego sprzętu z posiadanymi zestawami laparoskopowo-histeroskopowymi potwierdzonej oświadczeniem producenta posiadanego sprzętu? Prosimy o wskazanie producenta.

Zamawiający nie wymaga jak wyżej.

3. (dot. pakietu nr 6) Czy Zamawiający wymaga kompatybilności oferowanego sprzętu z posiadanymi przez Zamawiającego rączkami i tubusami laparoskopowymi potwierdzonej oświadczeniem producenta posiadanego sprzętu? Prosimy o wskazanie producenta.

Zamawiający nie wymaga jak wyżej.

4. (dot. pakietu nr 6) Czy Zamawiający w pakiecie nr 6, pozycji 18 dopuści kontener plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów laparoskopowych, pokrywa perforowana, przezroczysta, dno kontenera perforowane, wyłożone matą typu "jeż", wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.] – 530 x 250 x 145 mm 1 szt.?"

Zamawiający nie dopuszcza jak wyżej.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 6 niektórych elementów przedmiotu zamówienia, tj. uszczelki do trokarów, które nie podlegają ustawie o wyrobach a zatem obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE, ani innym specjalnym przepisom dopuszczającym do obrotu, dla których stawka VAT wynosi 23% (tzw. wyrób niemedyyczny)?

Zamawiający nie wyraża zgody na jak wyżej.

6. (dot. pakietów nr 4, 5 i 6) Prosimy o potwierdzenie, że udzielona gwarancja nie obejmuje uszkodzeń i wad powstałych z przyczyn zewnętrznych lub uszkodzeń spowodowanych z winy użytkownika lub naturalnego zużycia wyrobów.

Zgodnie z SWZ.

7. (dot. pakietów nr 4, 5 i 6) Prosimy o potwierdzenie, że gwarancja nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych) oraz jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji?

Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian

Gwarancja nie obejmuje tylko przypadków materiałów jednorazowego użytku.

8. (dot. wzoru umowy) Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów projektu umowy §8 ust. 1 na następujące brzmienie:

„Wykonawca udziela - miesięcznej gwarancji w okresie gwarancyjnym, co jest wliczone w wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy. W okresie gwarancji trzy naprawy tego samego podzespołu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika) spowodują wymianę przedmiotu umowy tego podzespołu na nowy.”

Wymiana na nowe całego przedmiotu umowy (urządzenia lub np. zestawu narzędzi do zabiegów laparoskopowych), w przypadku trzykrotnej naprawy jednego z jego elementów, nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. Powszechna praktyka postępowania w przypadku częstych napraw danej części, modułu, czy podzespołu obejmuje wymianę jedynie takiego elementu na nowy po wystąpieniu określonej liczby awarii.

Wymiana przedmiotu zamówienia na nowe, wydaje się być działaniem całkowicie niewspółmiernym w stosunku do zaistniałej szkody (wady podzespołu), tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, że przedmiot niniejszego postępowania są duże, bardzo skomplikowane technologicznie produkty, posiadające wyjątkowo dużą liczbę części i podzespołów jak również np. zestaw narzędzi laparoskopowych, składający się z wielu niezależnie od siebie działających elementów/narzędzi. Również z finansowego punktu widzenia pozostawienie ww. zapisu w wersji niezmienionej musiałoby oznaczać wielokrotny wzrost ryzyka poniesienia wysokich kosztów przez wykonawców, co skutkowało musiałoby znaczącym wzrostem cen oferowanych wyrobów. W efekcie będzie to więc niekorzystne także dla Zamawiającego.

Zamawiający podpisując umowę w Pakiecie nr 6 doprecyzuje, że chodzi o poszczególne części składowe zestawu narzędzi do zabiegów laparoskopowych.

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu z 24h do 48h od daty zgłoszenia awarii?

Zgodnie z SWZ.

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy gwarancyjnej do 10 dni roboczych a w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych spoza granicy Polski do 20 dni roboczych?

Zgodnie z SWZ.

wz. Dyrektora
SP ZOZ MSWiA w Opolu
lek. med. Jacek Kłós