

COZL/DZP/AW/3412/TP-92/24

Lublin, dnia 20.08.2024 r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na :

**„Dostawa systemu do zautomatyzowanego, bezpiecznego dozowania formaliny do konserwacji wycinków do badań histopatologicznych na potrzeby COZL.”
(znak postępowania: COZL/DZP/AW/3412/TP-92/24)**

Działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

I.

Pytanie nr 1

Parametry techniczno-użytkowe / Wymagania ogólne – punkt 9

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje urządzenia wyposażonego w minimum dwa filtry węglowe ?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 2

Parametry techniczno-użytkowe / Wymagania ogólne – punkt 8

W związku z tym, że zabezpieczenie drzwi w urządzeniu podlega ocenie jakościowej, prosimy o doprecyzowanie jakiego zabezpieczenia drzwi komory podczas etapu dozowania utrwalacza oczekuje Zamawiający?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje ryglowanych drzwi, które zabezpieczają personel przed przypadkowym ich otwarciem podczas procesu zalewania preparatu.

Pytanie nr 3

Parametry techniczno-użytkowe / Wymagania ogólne – punkt 7

Czy z uwagi na wprowadzony wymóg możliwości identyfikacji pojemności pojemnika za pomocą kodu kreskowego 2D Zamawiający oczekuje aby urządzenie było wyposażone w czytnik kodów kreskowych?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

II.

Dotyczy Załącznika nr 2. pojemniki

Pytanie nr 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 2. Pojemnika o pojemności 600ml w opakowaniach po 210 sztuk. łącznie 4 opakowania po 210 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 3. Pojemnika o pojemności 900ml w opakowaniach po 182 sztuk. łącznie 4 opakowania po 182 sztuki.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 4. Pojemnika o pojemności 2400ml w opakowaniach po 110 sztuk. łącznie 1 opakowanie

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 5. Pojemnika o pojemności 5700ml w opakowaniach po 60 sztuk. łącznie 5 opakowań po 60 sztuk

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 6. Pojemnika o pojemności 5700ml w opakowaniach po 60 sztuk. łącznie 1 opakowanie.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SW.

Dotyczy Zautomatyzowany system dozowania formaliny w systemie zamkniętym, eliminującym kontakt użytkownika z substancją chemiczną zarówno w postaci lotnej i ciekłej, dla próbek biologicznych

Pytanie nr 9

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 4 urządzenia o wymiarach:

Szerokość: 650mm

Wysokość: 1520mm

Głębokość: 1140mm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 10

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 5 urządzenia o wadze 250kg

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 6.1 obudowy wykonanej ze stali AISI 304 malowanej farbą antystatyczną.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 12

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 6.2 zamykanej szafki na zbiorniki z formaliną posiadające złącza do szybkiej instalacji, bez wycieków

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 13

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 7.4 zamykanej szafki z łatwym dostępem do zbiorników na formalinę

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 14

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 7.5 zamykanej szuflady na 2 zbiorniki po 20 litrów każdy

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 15

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 7.7 urządzenia, które posiada możliwość podłączenia gazu do zabezpieczenia próbek w ochronnej atmosferze.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Wymiana butli gazowych na Bloku Operacyjny odbywa się przez przeszkolony zewnętrzny personel.

Pytanie nr 16

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 7.8 systemu dozowania formaliny do pojemników o pojemności 0.6L, 0.9L, 2.4L, 5.7L dedykowanych dla urządzenie

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 17

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 7.9 pokrywek do pojemników o pojemności 0.6L, 0.9L, 2.4L, 5.7L, niewymagające posiadania zaworów, ponieważ urządzenie zabezpiecza pojemnik folią zgrzewaną na gorąco zanim zostanie nałożona pokrywka.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 18

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 7.10 systemu, który nie wymaga stosowania systemów centrowania z czujnikiem obecności

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 19

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 7.12 urządzenia niewymagającego posiadania czujnika prawidłowego ustawienie dyszy w pojemniku

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 20

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 7.15 urządzenia niewymagającego stosowania czujników do rozprzestrzeniania się odczynników w komorze roboczej i obszarze pompy

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 21

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 7.17 zewnętrznej lampy UV-C, nie wbudowanej w urządzenie

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 22

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 9 wbudowane w urządzenie filtr HEPA i filtr z węglem aktywnym z możliwością podłączenia urządzenia do wentylacji szpitala

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem obecności dwóch wkładów węglowych.

Pytanie nr 23

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 10.7 zintegrowanego czytnika RFID do logowania użytkownika i dostępu do urządzenia

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 24

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 11 rolki która posiada więcej etykiet niż 10 sztuk

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 12 pojemników nietransparentnych o pojemności 0.6L, 0.9L, 2.4L, 5.7L dedykowanych dla urządzenia wraz z pokrywkami bez kodów 2D. Kody znajdują się na pojemnikach.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 26

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 13 pokrywek do pojemników o pojemności 0.6L, 0.9L, 2.4L, 5.7L, niewymagające posiadania zaworów, ponieważ urządzenie zabezpiecza pojemnik folią zgrzewaną na gorąco zanim zostanie nałożona pokrywka.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 27

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 14 pojemników na formalinę o pojemności 20 lub 10 litrów wyposażonych w uchwyt do transportu, pojemnik składający się mocnego worka w kartonowym pudełku. Formalina buforowana o składzie: formaldehyd 4%, metanol $\geq 1\%$ - $< 2\%$, związki buforujące i woda

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

III.**Pytanie nr 28**

Prosimy o modyfikację zapisów § 6 ust. 1 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

IV.**Pytanie nr 29**

Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancji nie podlegają materiały eksploatacyjne takie jak np. filtry węglowe?

Oczekiwanie gwarancji bez wyłączeń skutkuje brakiem możliwości rzetelnej kalkulacji oferty. Oferent nie jest w stanie określić ewentualnych kosztów dodatkowych, które mogą się pojawić w czasie eksploatacji.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje gwarancji na wszystkie materiały eksploatacyjne.

V.

Pytanie nr 30

Prosimy o wyjaśnienie czy nie zaistniała pomyłka pisarska w wymaganych ilościach pojemników w opakowaniu zbiorczym dla pojemności 0.5l gdyż w tabeli asortymentowej w pkt. 2 Zamawiający podał 140 szt. natomiast w tabeli 'parametry techniczno-użytkowe/wymagania ogólne" w pkt. 12 ilość 120 szt.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o podanie oczekiwanej ilości w opakowaniu zbiorczym dla pojemności 0.5l.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wiążący jest kosztorys ofertowy załącznik nr 2, natomiast załącznik szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne pkt. 12 zawiera oczywistą omyłkę pisarską. Zamawiający oczekuje 140 szt. o pojemności 0,5 l w 1 opakowaniu zbiorczym. Powyższe należy uwzględnić w składanej ofercie.