



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
**WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4
W BYTOMIU**

ALEJA LEGIONÓW 10 41-902 BYTOM

TEL.: 32 281-02-71-7 FAX: 32 281-02-70 NIP: 626-25-10-567
KONTO BANKOWE ING Bank Śl. O/Bytom 26 1050 1230 1000 0022 1313 7165



Bytom, dnia 19.05.2020 r.

DZP – 12/2020

Wyjaśnienia treści SIWZ

do wszystkich zainteresowanych

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę wyrobów medycznych dla potrzeb Oddziału
Chirurgii Naczyniowej i Ogólnej**

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

Pytanie nr 1 – dot. projektu umowy

Zwracamy się z prośbą o rozszerzenie zapisów § 3 ust. 3 b) o zwrot: „Każda ze stron dołoży wszelkiej staranności w celu zoptymalizowania wielkości depozytu pod kątem ilości i rodzaju asortymentu, a także ich terminu ważności. Każda ze stron może wystąpić na piśmie o zmianę ilości i rodzaju asortymentu znajdującego się w depozycie.”

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2 – dot. projektu umowy

Zwracamy się z prośbą o rozszerzenie zapisów § 3 ust. 3 i) o zwrot: „Za wyrób uszkodzony uważany jest również towar rozsterylizowany, w uszkodzonym lub oklejonym taśmą, naklejkami opakowaniu zewnętrznym (folia lub opakowanie kartonowe).”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3 – dot. pakietu nr 7, poz. 30, 31

Zwracamy się do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 30 oraz 31, utworzenie z nich oddzielnego pakietu i dopuszczenie:

- w Poz. 31 - SZWAJCARSKICH STENTÓW najwyższej jakości o parametrach

przedstawionych poniżej:

- Stenty nitinolowe, wycinane laserowo, samorozprężalne z pamięcią kształtu,
- Do tętnic udowych i podkolanowych do pierwotnego stosowania zmian de novo lub zmian restenotycznych
- Widoczne na całej długości
- Dwa markery – jeden w części dystalnej i jeden w części proksymalnej, umożliwiające pozycjonowanie stentu
- Stent nitynolowy o budowie otwarcio-komórkowej, wycinany w sposób laserowy – ułożenie peak to valley – gwarantujący giętkość konstrukcji
- Długość systemu doprowadzającego 85 oraz 135cm
- Średnice 5-10 mm, kompatybilne z koszulką 6 F i przewodnikiem 0,035”
- Dostępne długości : 30, 40, 60, 80, 100, 120mm
- Suwakowy system uwalniania stentu z rączką, dostępna wersja bez rączki
- Stenty dostępne są w dwóch wersjach w zależności od stopnia kalcyfikacji i umiejscowienia zmiany: pull i flex

Stenty PULL gwarantują perfekcyjny balans pomiędzy rezystancją kompresyjną a deformacją podłużną w naczyniu. Są zatem dedykowane mało ruchliwym naczyniom z bardzo dużą lub dużą kalcyfikacją Stenty FLEX są dedykowane naczyniom o większej mobilności, średnio-skalcyfikowanych lub zmian kompleksowych, zapewniając doskonałą równowagę pomiędzy kompresją radialną stentu a deformacją związaną ze zginaniem naczynia podczas ruchów.

- w Poz. 32 - SZWAJCARSKICH STENTÓW najwyższej jakości o parametrach przedstawionych poniżej:

- Stenty nitinolowe, wycinane laserowo, samorozprężalne z pamięcią kształtu,
- Do tętnic udowych i podkolanowych do pierwotnego stosowania zmian de novo lub zmian restenotycznych
- Widoczne na całej długości
- Dwa markery – jeden w części dystalnej i jeden w części proksymalnej, umożliwiające pozycjonowanie stentu
- Stent nitynolowy o budowie otwarcio-komórkowej, wycinany w sposób laserowy – ułożenie peak to valley – gwarantujący giętkość konstrukcji
- Długość systemu doprowadzającego 85 oraz 135cm
- Średnice 5-8 mm, kompatybilne z koszulką 6 F i przewodnikiem 0,035”
- Dostępne długości : 30 - 200mm

- Suwakowy system uwalniania stentu z raczką, dostępna wersja bez rączki
- Stenty dostępne są w dwóch wersjach w zależności od stopnia kalcyfikacji i umiejscowienia zmiany: pull i flex

Stenty PULL gwarantują perfekcyjny balans pomiędzy rezystancją kompresyjną a deformacją podłużną w naczyniu. Są zatem dedykowane mało ruchliwym naczyniom z bardzo dużą lub dużą kalcyfikacją Stenty FLEX są dedykowane naczyniom o większej mobilności, średnio-skalcyfikowanych lub zmian kompleksowych, zapewniając doskonałą równowagę pomiędzy kompresją radialną stentu a deformacją związaną ze zginaniem naczynia podczas ruchów.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4 – dot. pakietu nr 6, poz. 15

Czy Zamawiający dopuści przewodnik w pakiecie nr 6 poz. 15 odpowiadający opisowi z rdzeniem ze stali scytanium bez domieszki tytanu?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 5 – dot. pakietu nr 6, poz. 18

Czy Zamawiający dopuści przewodnik w pakiecie nr 6 poz. 18 o poniższych właściwościach :
 Prowadnik wysokospecjalistyczny 0.014” i 0.018”. Długości: 130, 190 i 300 cm. Końcówka przewodnika: prosta - kształtowalna bądź zagięta “J”. Dystalny odcinek pokryty silikonem, odcinek proksymalny pokryty teflonem. Prowadnik o stopniowanej gradacji stożkowatości końcówki: 5/7/10 cm dla przewodnika 0.014” oraz 2.5/3/7 cm dla przewodnika 0.018”.
 Dostępna wersja z cieniującymi markerami w odstępach 5 mm na dystalnym końcu.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 6 – dot. pakietu nr 6, poz. 42

Czy Zamawiający dopuści stent w pakcie nr 6 pozycja nr 42 odpowiadający opisowi, dostępny w systemie Monorail bez OTW?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 7 – dot. pakietu nr 6, poz. 33

Informuję, że stentgrafty obwodowe, opisane w pakiecie 6 pozycja nr 33 zostały wycofane z produkcji.

Odp.: Zamawiający informuje, iż wykreśla poz. 33 z pakietu nr 6. Poprawiony w tym zakresie formularz cenowy w załączeniu do nn. pisma.

Pytanie nr 8 – dot. projektu umowy.

Prosimy o doprecyzowanie załącznika nr 6 do SIWZ poprzez nadanie § 3 ust. 10 i) następującego brzmienia: „Zamawiający zobowiązuje się do prawidłowego przechowywania wyrobów medycznych dostarczonych do depozytu na podstawie dokumentu magazynowego, tak by zachować je w stanie niepogorszonym i ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody powstałej w czasie trwania niniejszej umowy w przedmiotach oddanych na przechowanie, w tym za szkodę wynikającą z uszkodzenia, przypadkowej utraty lub kradzieży;”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9 – dot. projektu umowy.

Prosimy o doprecyzowanie załącznika nr 6 do SIWZ poprzez nadanie § 3 ust. 10 j) następującego brzmienia: „Wykonawca ma prawo, w uzgodnionym terminie, nie rzadziej niż raz na kwartał, do kontroli depozytu i warunków, w których wyroby są przechowywane;”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10 – dot. projektu umowy.

Prosimy o doprecyzowanie załącznika nr 6 do SIWZ poprzez dodanie § 3 ust. 10 m) o następującej treści: „Wyroby, którym upłynął termin ważności nie mogą zostać pobrane z depozytu przez Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający posiada w depozycie więcej niż jeden wyrób danego rodzaju, zobowiązuje się on wykorzystać w pierwszej kolejności wyrób z krótszym terminem ważności zgodnie z zasadą first expired/first out.”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 11 – dot. projektu umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania? (dot. § 3 ust. 10)

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12 – dot. projektu umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej kolejności towarów z najkrótszym terminem ważności?

Odp.: patrz odp. na pytanie nr 1.

Pytanie nr 13 – dot. projektu umowy.

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1.1. w przypadku niezrealizowania w terminie określonym w § 3 ust. 3 dostawy częściowej karę umowną w wysokości 0,3 % wartości brutto niedostarczonej partii dostawy licząc za każdy dzień opóźnienia do dnia zrealizowania dostawy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie § 9 ust. 3 niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej partii dostawy,

1.2. w przypadku opóźnienia w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 6 ust. 4 w wysokości 0,3 % wartości brutto faktury VAT, licząc za każdy dzień opóźnienia do dnia doręczenia faktury VAT, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto danej faktury VAT,

1.3. w przypadku opóźnienia w wykonaniu obowiązków określonych w § 8 ust. 2 karę w wysokości 0,3 % wartości brutto niedostarczonej partii dostawy, licząc za każdy dzień opóźnienia do dnia zrealizowania dostawy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie § 9 ust. 3 niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej partii dostawy,

1.4. w przypadku naruszenia obowiązku określonego w § 10 ust. 5, § 10 ust. 6 lub § 10 ust. 7 w wysokości 5 % ceny brutto części Umowy za każdy przypadek naruszenia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto części umowy, której dotyczy naruszenie,

1.5. w przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy karę umowną w wysokości 10 % wartości netto części zamówienia pozostałego do realizacji.

1.6. w przypadku opóźnienia w wykonaniu obowiązków określonych w § 3 ust.12 karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, licząc za każdy dzień opóźnienia do dnia zrealizowania obowiązku, o którym mowa w § 3 ust.12, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Z up. Dyrektora

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr inż. *M. Lipiec*
Małgorzata Lipiec