



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

Września, dnia 22.05.2023r.

SA-381-6/23

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę odczynników, podłoży bakteriologicznych wraz z dzierżawą aparatów, oraz dostawa jednorazowego sprzętu laboratoryjnego i nakłuwaczy”

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1	Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ pakiet 2 Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku? Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)”.	Tak, dopuszcza
2	Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ pakiet 2 pozycja 17 Czy Zamawiający miał na myśli szkiełka do kamer hematologicznych ze szlifowanymi krawędziami w rozmiarze 20x26? Prosimy o doprecyzowanie.	Szkiełka do kamer hematologicznych o wymiarze 24x24x0,4mm lub 20x26x0,4mm
3	Dotyczy §5 ust. 1 pkt 1a) projektu umowy: Zwracamy się z prośbą o naliczanie kary od wartości zamówienia częściowego, którego ewentualna zwłoka dotyczy.	Zamawiający nie wyraża zgody.
4	Dotyczy §5 ust. 1 pkt 1b) projektu umowy: Prosimy o naliczanie kary od wartości umowy pozostałej do zrealizowania.	Zamawiający nie wyraża zgody.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Przetargowej
Stefania Przybylska
Stefania Przybylska

