



ZPZ –2353- 785 /24

Olsztyn, 15.02.2024 r.

DO UCZESTNIKÓW  
POSTĘPOWANIA

**Dotyczy:** postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.: „**Dostawa materiałów zużywalnych do procesu sterylizacji parowej i niskotemperaturowej, w podziale na części**”, znak sprawy ZPZ-07/01/24

### PYTANIA I ODPOWIEDZI ZESTAW NR 2

W odpowiedzi na pytania zadane do przedmiotowego postępowania, przesłane przez Wykonawców, Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, udziela wyjaśnień uczestnikom postępowania:

- 1. Pytanie nr 1: pakiet 6, poz. 5,8:** Pragniemy poinformować Zamawiającego, iż zarówno akcesoria do drukarki sterylizatora Sterrad 100S wymienione w pozycji 5 oraz pojemniki na zużyte kasety do sterylizatora Sterrad 100S z pozycji 8 zawarte są w jednym zestawie „Akcesoria Sterrad 100S” pod jednym numerem katalogowym. W związku z tym chcielibyśmy zapytać czy Zamawiający dopuści możliwość wyceny tylko pozycji 5 zawierającej: 6 kartonów (pojemników na zużyte kasety Sterrad 100S), 12 rolek, 3 taśmy do drukarki, 6 płytek?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza wyceny tylko pozycji 5 i pozostawia zapisy w pakiecie 6 bez zmian.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia. Dotychczasowy termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. Oferty należy składać do dnia 16.02.2024 r. do godz. 10:00. Termin otwarcia ofert – 16.02.2024 r. godz. 10:30.

**Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa  
SK MSWiA z W-M CO w Olsztynie  
dr hab. n. med. Grzegorz Kade, EMBA**

.....  
/podpis na oryginale/

Sporządził: Agnieszka Olifirko