

Wałbrzych, dnia 04.09.2024r.

DZPZ-530-Zp/61/PN/24

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: Dostawa masek chirurgicznych, fartuchów foliowych, czepków pielęgniarских, ochraniaczy na obuwie, spodenek do kolonoskopii oraz fartuchów operacyjnych. – Zp/61/PN/24

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1, dot. pakietu nr 1

Prosimy o sprecyzowanie jakiej ilości sztuk/opakowań wymaga Zamawiający jako próbek w pakiecie nr 1?

Odp. Zamawiający wymaga złożenia próbek po jednej sztuce dla każdej z pozycji.

Pytanie nr 2,

Czy wykonawca dobrze rozumie, że jeśli producent nie przewidział konieczności transportowania wyrobów medycznych w warunkach kontrolowanych, to informacja o tym powinna być umieszczona w dokumencie przewozu lub dokumentacji zakupu tych produktów?

Odp. Zamawiający wskazał warunki dostarczenia przedmiotu zamówienia w projekcie umowy § 2 ust 5.

Pytanie nr 3, dot. pakietu nr 1 poz.1-2

Proszę o dopuszczenie masek o skuteczności filtracji bakterii: BFE >98% zgodnie z EN 14683 (TYPE II)

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4, dot. pakietu nr 1 poz.3

Proszę o dopuszczenie czepków o średnicy 53 cm.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga czepka o średnicy min. 55-60 cm.

Pytanie nr 5, dot. pakietu nr 1 poz.3

Proszę o dopuszczenie czepków wykonanych z włókniny o gramaturze 18 g/m².

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga czepka o gramaturze min.25-30g/m².

Pytanie nr 6, dot. pakietu nr 1 poz.3

Proszę o dopuszczenie czepków pakowanych po 100 sztuk w folię.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga czepka pakowanego po 100 szt. w kartonik z możliwością aseptycznego wyciągania.

Pytanie nr 7, dot. pakietu nr 2 poz.3

Proszę o dopuszczenie ochraniaczy o gramaturze 30 g/m².

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga ochraniaczy o gramaturze 50 g/m².

Pytanie nr 8, dot. pakietu nr 2 poz.4

Proszę o dopuszczenie spodenek do kolonoskopii wykonanych z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35 g/m².

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga spodenek z oddychającej włókniny typu SMS o gramaturze min. 40 g/m².

Pytanie nr 9, dot. pakietu nr 2 poz.4

Proszę o dopuszczenie spodenek do kolonoskopii z otworem z klapką.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga spodenek z otworem z tyłu umożliwiającym wprowadzenie kolonoskopu (otwór min. Ø 10cm - min. Ø 12 cm).

Pytanie nr 10, dot. pakietu nr 2 poz.4

Proszę o dopuszczenie spodenek do kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga spodenek w rozmiarze L,XXL,XXXL.

Pytanie nr 11, dot. pakietu nr 1 poz.1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaferowania maski wyposażonej w sztywnik o długości 10,5 ± 0,05 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza jeżeli spełnia wszystkie pozostałe parametry SWZ.

Pytanie nr 12, dot. pakietu nr 1 poz.2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaferowania maski wyposażonej w sztywnik o długości 10,5 ± 0,05 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza jeżeli spełnia wszystkie pozostałe parametry SWZ.

Pytanie nr 13, dot. pakietu nr 1 poz.3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaferowania czepka pielęgnarskiego o średnicy 55 ± 1 cm, wykonany z włókniny polipropylenowej (Spunbond) o gramaturze 13g/m². Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga czepka wykonanego z włókniny wiskozowej perforowanej, ściągany lekko na gumkę o gramaturze min.25-30g/m².

Pytanie nr 14, dot. pakietu nr 3

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie próbek do wybranej grupy produktów z pakietu.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga złożenia próbek do każdej pozycji pakietu.

Pytanie nr 15, dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający w przypadku wątpliwości, że złożona oferta spełnia wymagania SWZ będzie wzywał do dostarczenia pod rygorem odrzucenia oferty, dokumentów rejestracyjnych potwierdzających spełnienie wszystkich wymagań SWZ?

Odp. Zamawiający określił w SWZ w pkt. XV jakie dokumenty będzie wymagał w złożonej ofercie.

Pytanie nr 16, dot. pakietu nr 3

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że zgodnie z wymogami SWZ paragraf VIII punkt 4 tabela punkt przedmiotowe środki dowodowe punkt 2 dotyczący certyfikatu Oeko-Tex Stabdard 100 lub równoważnego Zamawiający wymaga tego certyfikatu dla mankietów dla wszystkich fartuchów.

Odp. Tak. Zamawiający wymaga certyfikatu dla wszystkich fartuchów w zakresie mankietów.

Pytanie nr 17, dot. pakietu nr 1 poz.1-2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyceny za op. a'50 szt. z odpowiednim przeliczaniem ilości?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie a'50 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, tak aby ilość sztuk była zgodna z SWZ. Przeliczoną ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

Pytanie nr 18, dot. pakietu nr 1 poz.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyceny za op. a'100 szt. z odpowiednim przeliczaniem ilości?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie a'100 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, tak aby ilość sztuk była zgodna z SWZ. Przeliczoną ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

Pytanie nr 19, dot. pakietu nr 1 poz.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepek o poniższym opisie:

- okrągły czepek damski - wykończony gumką
- dobrze przepuszcza powietrze
- duża średnica - pozwala z łatwością schować długie włosy
- materiał - włóknina polipropylenowa
- czepek 24 " gramatura 12 g/m2 kolor niebieski
- jednorazowego użytku
- opakowanie handlowe: 100 szt. folia?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga:

Czepek lekki uniwersalny w formie beretu o średnicy min.55-60cm wykonany z włókniny wiskozowej perforowanej, ściągany lekko na gumkę o gramaturze min.25-30g/m2 koloru niebieskiego.

Pakowany po 100 szt w kartonik z możliwością aseptycznego wyciągania.

Pytanie nr 20,

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (Medical Devices Regulation) MDR, art. 14, pkt 3 Zamawiający wymaga aby dostawy do jego jednostki były realizowane zgodnie z warunkami określonymi przez producenta?

Odp. Zgodnie z art.14 pkt 3 rozporządzenia to na Wykonawcy ciąży obowiązek dostawy towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami producenta.

Pytanie nr 21,

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki, § 13.1 pkt. g, Zamawiający kontroluje warunki, w jakich odbywał się transport wyrobów medycznych, tj. sprawdza m.in. temperaturę przestrzeni ładunkowej pojazdu, którym wykonano dostawę? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający nie stosuje się do obowiązujących przepisów prawa.

Odp. Zamawiający informuje że na Wykonawcy ciąży obowiązek dostawy towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami producenta.

Pytanie nr 22,

Prosimy o wyjaśnienie, czy w świetle obowiązujących przepisów prawa, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (Medical Devices Regulation) MDR oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki, Zamawiający wymaga realizacji dostaw wyłącznie środkami transportu posiadającymi możliwość dokumentacji temperatury z przestrzeni ładunkowej ?

Odp. Umowa nie przewiduje określenia rodzaju transportu. Na Wykonawcy ciąży obowiązek dostawy towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami producenta.

Pytanie nr 23, dot. pakietu nr 3 poz. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3

Czy Zamawiający dopuści Fartuch chirurgiczny sterylny, w którym mocowanie wzmocnienia w części brzusznej klejone jest po całości obwodu laminatu wzmocnienia zamiast mocowania w 7 punktach? Mocowanie punktowe nie zabezpiecza w pełni operatora w trakcie operacji z dużą ilością płynów, umożliwiając przesiąkanie płynów w strefie krytycznej pomiędzy mocowaniami co może stanowić zagrożenie dla operatora. Pojawia się zatem pytanie, dlaczego Zamawiający wymaga mocowania wzmocnienia tylko w 7 punktach, a nie na przykład w 6 czy 10 lub mocowania całościowego po obwodzie?

Dopuszczenie powyższego zapewni udział w postępowaniu większej liczbie oferentów obniżając cenę końcową dla Zamawiającego a nie wskazując na jednego Wykonawcę, który zaoferuje cenę wyższą niż rynkowe standardy z dużą marżą, o czym Zamawiający mógł się już przekonać w poprzednim postępowaniu organizowanym przez Urząd Marszałkowski.

Odp. Zamawiający oczekuje mocowania, wzmocnienia punktowego. Mocowanie punktowe jest rozwiązaniem dającym wyższy komfort operatorowi w trakcie użytkowania (większa cyrkulacja powietrza, wentylacja bez wpływu na poziom bezpieczeństwa przed przesiąkaniem płynów.

Pytanie nr 24, dot. pakietu nr 3 poz. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3

Czy Zamawiający dopuści Fartuch chirurgiczny sterylny, w którym mocowanie laminatu nieprzemakalnego w części brzusznej zaczyna się min. 10 cm poniżej wycięcia pod szyją zamiast 20 cm? Mocowanie wzmocnienia tak nisko poniżej wycięcia znacząco obniża bezpieczeństwo operatora a nawet mu zagraża, ponieważ zwiększony jest obszar bez wzmocnienia co umożliwia przedostanie się płynów i w efekcie przeciekanie w górnej części fartucha. Czy Zamawiającemu nie zależy na bezpieczeństwie swoich Pracowników?

Odp. Zamawiający dopuszcza wzmocnienie mocowania w części przedniej minimum 10cm poniżej wycięcia.

Pytanie nr 25, dot. pakietu nr 3 poz. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3

Czy Zamawiający dopuści Fartuch chirurgiczny sterylny, w którym wzmocnienie rękawów i części przedniej wykonane jest z 2-warstwowego laminatu o gramaturze co najmniej 38g/m² zamiast równych 38g/m²? Wyższa gramatura wzmocnienia lub minimalna wartość tego parametru zapewni większe bezpieczeństwo operatora oraz umożliwi udział w postępowaniu większej liczbie oferentów, obniżając cenę końcową dla Zamawiającego, a nie wskazując na jednego Wykonawcę.

Odp. Zamawiający dopuszcza wzmocnienie rękawów i części przedniej o gramaturze min38g/m².

Pytanie nr 26, dot. pakietu nr 3 poz. 3.1, 3.2, 3.3

Czy Zamawiający dopuści Fartuch chirurgiczny sterylny, w których wzmocnienie w części przedniej jest o wymiarach: min. 50 cm x min. 90 cm niezależnie od rozmiaru zamiast M - 50x70 cm, L - 50x80 cm, XL - 50x80 cm, XXL - 50x90 cm?

Czy nie lepiej, aby wzmocnienie miało wymiar większy, niż sztywno określone przez Zamawiającego wymiary (bez tolerancji lub minimum)? Im mniejsza powierzchnia wzmocnienia, tym mniejsze bezpieczeństwo dla

Operatora, ponieważ zwiększony jest obszar bez wzmocnienia, co umożliwi przedostanie się płynów i w efekcie przeciekanie przez fartuch. Jaki jest powód dla którego Zamawiający wymaga aby wzmocnienie w części brzusznej części przedniej miało dokładne wymiar: M - 50x70 cm, L - 50x80 cm, XL - 50x80 cm, XXL - 50x90 cm? Wskazuje to jasno, na jednego konkretnego wykonawcę, który może na etapie badania ofert sprawdzić czy długość lub szerokość wzmocnienie różni się na przykład o 1 cm, potencjalnie powodując odrzucenie korzystniejszej cenowo oferty?

Odp. Rozmiar wzmocnienia fartucha w zależności od rozmiaru fartucha ma bardzo duże znaczenie dla zapewnienia operatorowi bezpieczeństwa przed przenikaniem płynów. Zamawiający dopuszcza wzmocnienie wielkości minimum M-50x70cm , L50x80cm , XL 50x80cm, XXL 50x90cm.

Pytanie nr 27, dot. pakietu nr 3 poz. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2

Czy Zamawiający dopuści Fartuch chirurgiczny sterylny, w którym ręczniki do osuszania rąk wykonane z są niepyłającej włókniny typu spunlance zamiast z celulozy? Zarówno ręczniki wykonane z celulozy jak i włókniny typu spunlance doskonale sprawdzają się w swojej funkcji. Prosimy o wyjaśnienie jaki wpływ na użytkowanie ma rodzaj surowca z jakiego wykonane są ręczniki do osuszania rąk.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zgodnie z opisem SWZ (ręcznik z celulozy jest bardziej chłonny i mniej podatny na rozerwanie).

Pytanie nr 28, dot. pakietu nr 3 poz. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2

Czy Zamawiający dopuści Fartuch chirurgiczny sterylny, w którym ręczniki do osuszania rąk mają wymiar co najmniej 30 cm x 30 cm zamiast 30 cm x 40 cm? Jaki wpływ na użytkowanie ma ręcznik o 10 cm węższy czy rozmiar 30 cm x 30 cm nie jest już wystarczający?

Odp. Zamawiający dopuszcza rozmiar ręcznika 30x30 przy zachowaniu opisu zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 29, dot. pakietu nr 3 poz. 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2

Czy Zamawiający dopuści Fartuch chirurgiczny sterylny, ze szwem ultradźwiękowym co najmniej czterościeżkowy (rynkowy standard) zamiast szwu ultradźwiękowego typu zygzak? Jaki wpływ na użytkowanie w środowisku sali operacyjnej ma wymóg zastosowania szwu ultradźwiękowego typu zygzak? Należałoby zadać pytanie czemu Zamawiający nie wymaga na przykład szwu ultradźwiękowego „YZ” czy innego absurdalnego typu np. w kwiatki?

Odp. Zamawiający oczekuje szwu typu zygzak, ponieważ ten rodzaj szwu zwiększa elastyczność oraz trwałość łączenia elementów fartucha podczas użytkowania.

Pytanie nr 30, dot. pakietu nr 3 poz. 3.1, 3.2 i 3.3, 4.1, 4.2

Czy Zamawiający dopuści Fartuch chirurgiczny sterylny, wykonany z miękkiej, antystatycznej włókniny SMMMS o gramaturze 35g/m² zamiast włókniny SSMMS o gramaturze 35g/m²? Włóknina SMMMS jest równoważna względem włókniny SSMMS. Posiada identyczną ilość warstw składowych oraz takie same właściwości fizyko-chemiczne i parametry techniczno-użytkowe.

Prosimy o wyjaśnienie jaki wpływ na użytkowanie ma ilość i rodzaj składowych warstw w materiale bazowym fartucha operacyjnego?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza ,różnica w ilości i jakości liter w nazwie materiału ma znaczenie, ponieważ związana jest z ich właściwościami i zastosowaniem w budowie materiału i sprawia, że ostatecznie materiał ma taką samą grubość, ale wykazuje lepsze właściwości użytkowe.

Pytanie nr 31, dot. pakietu nr 3 poz. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2

Czy Zamawiający dopuści Fartuch chirurgiczny sterylny, z rękawami typu reglan (tj. poszerzone wszycie) zakończone poliestrowymi mankietami zamiast rękawów prostych? Zastosowanie rękawów reglanowych znacząco zwiększa komfort użytkownika przez operatora zapewniając większą swobodę ruchów w trakcie wykonywanych zabiegów.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 32, dot. pakietu nr 3 poz. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Czy Zamawiający dopuści Fartuch chirurgiczny sterylny, w którym materiał podstawowy wykonany jest z miękkiej, bawełnopodobnej włókniny (poliester i celuloza) typu Spunlace o gramaturze co najmniej 70 g/m² Zamiast 68 g/m²? Wyższa gramatura wzmocnienia zapewni większe bezpieczeństwo operatora oraz umożliwi udział w postępowaniu większej liczbie oferentów obniżając cenę końcową dla Zamawiającego a nie wskazując na jednego Wykonawcę.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 33, dot. pakietu nr 3 poz. 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2

Czy Zamawiający dopuści Fartuch chirurgiczny sterylny, w którym rzep ma szerokość min.2 cm zamiast szerokości min. 3 cm? Jaki wpływ na użytkowanie ma różnica 1 cm w szerokości?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zgodnie z opisem SWZ ma być 3cm szerokości.

Pytanie nr 34, dot. pakietu nr 3 poz. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2

Czy Zamawiający dopuści Fartuch chirurgiczny sterylny, w którym rzep ma szerokość min. 2,5 cm zamiast szerokości min. 3 cm? Jaki wpływ na użytkowanie ma różnica 0,5 cm w szerokości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 35, dot. pakietu nr 3 poz. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu repelentności na poziomie 9 wg WSP 80.8? Do czego będą stosowane fartuchy chirurgiczne i w jakim środowisku, że potrzeba jest tak wysokiego poziomu repelentności? Jest to kolejny absurdalny wymóg wskazujący na jednego wykonawcę, znacząco podrażający koszty wykonania przedmiotu zamówienia, nie mając uzasadnienia dla użytkownika.

Zamawiający nie dopuszcza zgodnie z opisem SWZ ma być repelentność.

Pytanie nr 36, dot. pakietu nr 3 poz. 1.1, 1.2, 1.3

Czy Zamawiający dopuści Fartuch chirurgiczny sterylny, w standardowych europejskich rozmiarach XL, XXL, XXXL zamiast odpowiednio XL długość 140 cm +/- 2 cm, XXL długość 152 cm +/- 2 cm i XL-XL długość 165 cm +/- 2 cm (dla wysokich)?

Odp. Zamawiający dopuszcza zamiennie oznaczenie wielkości fartucha t.j. XL 140cm +/- 2 , XXL 152cm +/- 2cm, a za XL-XL dopuszcza się XXXL 165cm +/- 2 dla wysokich.

Pytanie nr 37, dot. pakietu nr 3 poz. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Czy Zamawiający dopuści Fartuch chirurgiczny sterylny, w standardowych normatywnych europejskich rozmiarach L, XL, XXL, XXXL zamiast odpowiednio L długość 130 cm +/- 2 cm, XL długość 140 cm +/- 2 cm, XXL długość 152 cm +/- 2 cm i XL-XL długość 165 cm +/- 2 cm (dla wysokich)?

Odp. Zamawiający dopuszcza zamiennie oznaczenie wielkości fartucha t.j. L -130cm +/- 2cm XL 140cm +/- 2 , XXL 152cm +/- 2cm, a za XL-XL dopuszcza się XXXL 165cm +/- 2 dla wysokich.

Pytanie nr 38, dot. pakietu nr 3 poz. 3.3

Czy Zamawiający dopuści Fartuch chirurgiczny sterylny, w standardowych normatywnych europejskich rozmiarach XXL o długości 150cm (+/-1cm) zamiast długości 152cm (+/-2)cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 39, dot. pakietu nr 3 poz. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Czy Zamawiający dopuści Fartuch chirurgiczny sterylny, w którym wzmocnienie na rękawie mocowane jest po całym obwodzie krawędzi wzmocnienia bez taśmy zakrywającej łączenie wzmocnienia? Jaki wpływ dla operatora będzie miało zastosowanie tej taśmy skoro cała powierzchnia obwodu wzmocnienia na rękawie jest szczelnie klejona?

Jest to kolejny zaskakujący wymóg wskazujący na jednego wykonawcę. Zasadniczym pytaniem jest to od kogo Zamawiający otrzymuje tak absurdalne i nie merytoryczne opisy przedmiotu zamówienia, które utrudniają lub/i uniemożliwiają udział większej liczby wykonawców w postępowaniu przetargowym – prosimy o odpowiedź.

Czy w ogóle jest zatem sens organizowania przetargu publicznego nieograniczonego?

Odp. Zamawiający oczekuje taśmy zabezpieczającej łączenie wzmocnienia na rękawie WZDŁUŻ rękawa a nie na obwodzie. Takie rozwiązanie ma za zadanie zabezpieczyć rękaw fartucha w jego najsłabszym punkcie, czyli na szwie przed przesiąkaniem płynów podczas użytkowania.

Nie narusza przepisów p.z.p. takie sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia, który uwzględnia potrzeby zamawiającego, nawet jeżeli utrudnia lub uniemożliwia niektórym podmiotom dostęp do zamówienia. Zamawiający nie ma bowiem obowiązku zapewnienia możliwości realizacji przedmiotu zamówienia wszystkim podmiotom działającym na rynku w danej branży, bowiem pojęcie uczciwej konkurencji nie może być utożsamiane z konkurencją absolutną. Jednakże w przypadku opisu przedmiotu zamówienia w sposób uprzywilejowujący lub eliminujący niektórych wykonawców lub produkty, po stronie zamawiającego istnieje obowiązek przedstawienia rzeczowych argumentów uzasadniających taki opis.

STWIERDZENIE I OCENA DODATKOWA PRZEZ WYKONAWCĘ W ZAKRESIE ZAŁOŻEŃ OPZ NIE STANOWI WNIOSKU ZGODNIE Z ARTYKUŁEM 135 USTĘP 1 USTAWY PZP.

Pytanie nr 40, dot. pakietu nr 1 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=50szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie 50 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, tak aby ilość sztuk była zgodna z SWZ. Przeliczoną ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

Pytanie nr 41, dot. pakietu nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie 100 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, tak aby ilość sztuk była zgodna z SWZ. Przeliczoną ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

Pytanie nr 42, dot. pakietu nr 1 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści maseczki o skuteczności filtracji 98,24%?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 43, dot. pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści maseczki dostępne tylko w kolorze zielonym?

Odp. Zamawiający dopuszcza jeżeli spełnia wszystkie pozostałe parametry SWZ.

Pytanie nr 44, dot. pakietu nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści czepek typu beret wykonany z włókniny polipropylenowej 18g/m², o średnicy około 53cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga czepka w formie beretu o średnicy min.55-60cm wykonany z włókniny wiskozowej perforowanej.

Pytanie nr 45, dot. pakietu nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści czepek typu beret wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej 25g/m², o średnicy około 47cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga czepka w formie beretu o średnicy min.55-60cm.

Pytanie nr 46, dot. pakietu nr 2 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie 100 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, tak aby ilość sztuk była zgodna z SWZ. Przeliczoną ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

Pytanie nr 47, dot. pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy wykonany z foli o grubości 30μm, wiązany na troki o długości około 55cm, szerokości około 5,5cm, w rozmiarze uniwersalnym 71x116cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 48, dot. pakietu nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy wykonany z foli o grubości 20μm, wiązany na troki o długości około 55cm, szerokości około 5,5cm, w rozmiarze uniwersalnym 71x116cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 49, dot. pakietu nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na obuwie z włókniny o grubości 30g/m²?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga ochraniacze z włókniny z gumką, grubość min. 50 gr/m².

Pytanie nr 50, dot. pakietu nr 2 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie 10 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, tak aby ilość sztuk była zgodna z SWZ. Przeliczoną ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

Pytanie nr 51, dot. pakietu nr 2 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m², kolor niebieski, w rozmiarze uniwersalnym oraz XL?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga:

Spodenki do kolonoskopii nieprzeźroczyste, jednorazowego użytku z oddychającej włókniny typu SMS o gramaturze min. 40 g/m², z elastyczną gumką w pasie, z otworem z tyłu umożliwiającym wprowadzenie kolonoskopu (otwór min. Ø 10cm - min. Ø 12 cm); kolor ciemny granat.

Rozmiar: L,XXL,XXXL.

Pytanie nr 52, dot. pakietu nr 2 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści do kolonoskopii wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m², kolor granatowy, w rozmiarze uniwersalnym o obwodzie w stanie rozciągniętym 130cm i długości 60cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga:

Spodenki do kolonoskopii nieprzeźroczyste, jednorazowego użytku z oddychającej włókniny typu SMS o gramaturze min. 40 g/m², z elastyczną gumką w pasie, z otworem z tyłu umożliwiającym wprowadzenie kolonoskopu (otwór min. Ø 10cm - min. Ø 12 cm); kolor ciemny granat.

Rozmiar: L,XXL,XXXL.

Pytanie nr 53, dot. pakietu nr 3 poz. 1-3

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu posiadania certyfikatu Oeko-Tex na włókninę z której wykonany jest mankiet w fartuchu.

Odp. Zamawiający nie odstępuje z posiadania certyfikatu.

Pytanie nr 54, dot. pakietu nr 3 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści ręczniki wykonane z włókniny typu spunlance w rozmiarze 30x30cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zgodnie z opisem SWZ (ręcznik z celulozy jest bardziej chłonny i mniej podatny na rozerwanie).

Pytanie nr 55, dot. pakietu nr 3 poz. 1.2

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XXL o długości 157cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 56, dot. pakietu nr 3 poz. 1.3

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XXL o długości 157cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 57, dot. pakietu nr 3 poz. 2.3

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XXL o długości 157cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 58, dot. pakietu nr 3 poz. 2.4

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XXL o długości 157cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 59, dot. pakietu nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu spunlance 68g/m², posiadający wzmocnienie z dwuwarstwowego laminatu 40g/m² na rękawach i w części przedniej, zaczynające się w części przedniej od wycięcia pod szyją, mocowane na całym obwodzie?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza . Zgodnie z opisem SWZ mocowanie poniżej minimum 10cm.

Pytanie nr 60, dot. pakietu nr 3 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby wzmocnienie na rękawach było dodatkowo zabezpieczone taśmą zakrywającą łączenie wzmocnienia.

Odp. Zamawiający oczekuje taśmy zabezpieczającej łączenie wzmocnienia na rękawie WZDŁUŻ rękawa a nie na obwodzie. Takie rozwiązanie ma za zadanie zabezpieczyć rękaw fartucha w jego najsłabszym punkcie, czyli na szwie przed przesiąkaniem płynów podczas użytkowania.

Pytanie nr 61 dot. pakietu nr 3 poz. 3.3

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XXL o długości 157cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 62, dot. pakietu nr 3 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m² ze prostym szwem ultradźwiękowym?

Odp. Zamawiający oczekuje szwu typu zygzak, ponieważ ten rodzaj szwu zwiększa elastyczność oraz trwałość łączenia elementów fartucha podczas użytkowania.

Pytanie nr 63, dot. pakietu nr 3 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch posiadający wzmocnienie zaczynające się w części przedniej w kształcie trapezu od wycięcia pod szyją, mocowane na całym obwodzie, rozmiar M – szerokość przy szyi 40cm, na dole 48cm, długość 92cm, L - szerokość przy szyi 44cm, na dole 52cm, długość 102cm, XL - szerokość przy szyi 48cm, na dole 56cm, długość 113cm, XXL - szerokość przy szyi 46,5cm, na dole 59,5cm, długość 132cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza . Zgodnie z opisem SWZ mocowanie poniżej minimum 10cm.

Pytanie nr 64, dot. pakietu nr 3 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m² ze prostym szwem ultradźwiękowym?

Odp. Zamawiający oczekuje szwu typu zygzak, ponieważ ten rodzaj szwu zwiększa elastyczność oraz trwałość łączenia elementów fartucha podczas użytkowania.

Pytanie nr 65, dot. pakietu nr 1 poz. 1-2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie 100 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, tak aby ilość sztuk była zgodna z SWZ. Przeliczoną ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

Pytanie nr 66, dot. pakietu nr 1 poz. 3

Czy zamawiający dopuści czepek typu beret, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze min. 16 g/m², w kolorze niebieskim, o wymiarach : w stanie luźnym: średnica wewnętrzna 16 cm, średnica zewnętrzna 30 cm ± 1 cm ; długość gumki po rozciągnięciu czepka – 50-53 cm ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga:

Czepek lekki uniwersalny w formie beretu o średnicy min.55-60cm wykonany z włókniny wiskozowej perforowanej, ściągany lekko na gumkę o gramaturze min.25-30g/m2 koloru niebieskiego.
Pakowany po 100 szt w kartonik z możliwością aseptycznego wyciągania.

Pytanie nr 67, dot. pakietu nr 1 poz. 3

Czy zamawiający dopuści czepek pakowany po 100 szt. w opakowaniu foliowym, do transportu zbiorczo pakowany w karton; Opakowanie foliowe umożliwiające wyjmowanie pojedynczej sztuki oraz zmniejszenie powierzchni magazynowania.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga czepka pakowanego po 100 szt. w kartonik z możliwością aseptycznego wyciągania.

Pytanie nr 68, dot. pakietu nr 1 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie 100 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, tak aby ilość sztuk była zgodna z SWZ. Przeliczoną ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

Pytanie nr 69, dot. pakietu nr 2 poz. 2

Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy z polietylenu (folia HDPE) w kolorze białym, jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach 69 cm x 107 cm, wykonany z folii polietylenowej o grubości 16 mikronów, w rozmiarze uniwersalnym?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga:
Fartuch foliowy przedni grubość min. 20 micronów, wiązany na troki o długości min. 50 cm i szerokości min. 6 cm.
Kolor biały.
Rozmiar :L lub XL.
Pakowany po 100szt.

Pytanie nr 70, dot. pakietu nr 2 poz. 2

Czy zamawiający dopuszcza rozmiar uniwersalny?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga fartucha w rozmiarze: L lub XL.

Pytanie nr 71, dot. pakietu nr 2 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie 100 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, tak aby ilość sztuk była zgodna z SWZ. Przeliczoną ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

Pytanie nr 72, dot. pakietu nr 2 poz. 3

Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 40 g/m²?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 73, dot. pakietu nr 2 poz. 2-3

Czy zamawiający wydzieli poz.2-3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający nie wydziela poszczególnych pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie nr 74, dot. pakietu nr 1 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka uniwersalnego w formie beretu o średnicy min 60cm. wykonany z włókniny perforowanej włókniny wiskozowej ściągany lekko elastyczną gumką, wyciągany z góry, koloru niebieskiego lub zielonego. 100 sztuk w dozowniku.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 75, dot. pakietu nr 1 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga czepka z włókniny perforowanej zawierającej w ponad 70% z wiskozę. Gramatura 26 g/m². Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
Dominik Łoziński**

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Sporządziła: Agnieszka Dziadkiewicz
nr tel.: 74/6489700