

## OGŁOSZENIE

### Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 01/PN/2021 - aktualizacja (art. 135 pzp)

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, zgodnie z art. 132 - 139 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm), zwanej dalej „ppz”, wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy  
na: DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ORAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO I WIELORAZOWEGO UŻYTKU NA POTRZEBY ZAMAWIAJĄCEGO

Z dnia: **10-06-2021r.**

Nazwa (firma) Zamawiającego	SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA
Adres Zamawiającego	SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA UL. 30-go STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW. TEL./FAX 58.777.66.73 Adres poczty elektronicznej: dombrowski.robert@szpitaletczewskiesa.pl Adres strony internetowej: <a href="http://www.szpitaletczewskiesa.pl">www.szpitaletczewskiesa.pl</a> KRS:0000386185, NIP: 593-25-26-795, REGON: 220620689

#### Uwaga.

Jeśli Zamawiający dopuścił asortyment wskazany w zapytaniach poniżej, w przypadku złożenia oferty na ten asortyment, Wykonawca we własnym interesie powinien czytelnie zaznaczyć pod tabelami (Formularze asortymentowo – cenowe) dla danego pakietu, znajdującymi się w załączniku nr 3 do SWZ, w sposób nie budzący wątpliwości, fakt, że składa swoją ofertę z uwzględnieniem odpowiedzi na zapytania (Zamawiający sugeruje aby wskazać numer pytania w niniejszym dokumencie i pozycje w formularzach asortymentowo - cenowych, których pytanie / pytania dotyczą). W przypadku nie dokonania zaznaczenia j.w., wszelkie skutki wypływające z niejasności co do przedmiotu zamówienia działają na niekorzysć Wykonawcy i oferta taka może podlegać odrzuceniu bez wcześniejszego wezwania do udzielenia wyjaśnień.

Wszelkie ewentualne przeliczane ilości przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z tymi wskazanymi w SWZ przez Zamawiającego.

#### Pytanie 58

Dotyczy odpowiedzi do pakietu 24

Związku z tym iż odpowiedzi zamawiającego stoją w sprzeczności z SWZ a proponowany produkt posiada wszystkie dokumenty dopuszczenia do obrotu i spełnia najsurowsze normy dla cewników o wysokich przepływach, informujemy, że na podstawie

**SWZ - XVIII. Kryterium: Cena oferty Waga - 100 % -**

**I SWZ XV. Opis sposobu przygotowywania oferty.**

Zamawiający użył patentu

Pierścień wrastania tkanki w  
Sure Cuff

30) Jeżeli Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, może opisać go przez wskazanie znaków towarowych, **patentów** lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, co w takim wypadku oznacza, że **dopuszcza się rozwiązania równoważne**. Ilekroć w SWZ pojawi się nazwa własna danego produktu / producenta, oznacza to, że Zamawiający dopisuje pojęcie „lub równoważne”.

Kryteria stosowane w celu oceny równoważności Zamawiający określa następująco:

Zasady równości i proporcjonalności nakładana na zamawiającego obowiązek równego traktowania wszystkich wykonawców, które powinno występować na każdym etapie postępowania bez stosowania przywilejów ale także środków dyskryminujących wykonawców ze względu na ich właściwości dlatego proponujemy ofertę lepszą jako równoważną na produkt , **który nie wpływa na funkcjonalność użytkową przedmiotu zamówienia** umożliwi uzyskanie założonego w opisie przedmiotu zamówienia efektu leczenia i przeznaczenia za pomocą innych rozwiązań technicznych przy równoczesnym zapewnieniu rezultatów ekonomicznych.:

**Cewnik permanentny nowej generacji (USA)- duży przepływ przy nie wielkiej różnicy ciśnień przekrój 15,5 Fr, ( specjalny kanał dla przewodnicy umożliwia łatwe wprowadzanie cewnika mimo zakrzywionej końcówce - nie uszkadza przewodnica światła wewnętrznego cewnika -ZALETA ) dwuświatłowy, podwójne D ( tak samo jak końcówka rozdwojona zapobiega wystąpieniu zakrzepicy ) ,obrotowe skrzydełka ( wygoda dla pacjenta i obsługi ) ) mufka wykonana z poliestru, odpowiednio zaprojektowany cewnik zapewnia odporność na zagięcia przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności, wykonany z unikalnego materiału Durathane (ulepszony carbothane) . Odgięta końcówka zmniejsza ryzyko wystąpienia zakrzepicy, specjalny, odpowiednio umiejscowiony kanał dla przewodnicy umożliwia łatwe wprowadzenie cewnika środkiem naczynia przy odpowiednio zakrzywionej końcówce cewnika. Końcówki luerowskie wykonane z termoplastycznego poliuretanu, końcówki z zabezpieczeniem i opisaną objętością wypełniania.**

Długości od mufki/ długość całkowita: 19/24cm , 23/28cm, 27/32cm, 31/36cm, 35/40cm, 43/48cm, 50/55cm, do wyboru przez Zamawiającego

Skład zestawu: Igła wprowadzająca 18 Ga x 7 cm, Prowadnica J, Skalpel nr 11, Rozszerzacz żył: 12 Fr i 14 Fr, Prowadnik rozdzielalny 16 Fr z automatyczną zastawką hemostatyczną minimalizującą ryzyko zatoru powietrznego i krwawienia przy wprowadzaniu cewnika, Bagnet do tunelizacji, Opatrunek samoprzylepny, Nasadki iniekcyjne.

prosimy o informację czy Zamawiający nie popełnił omyłki w udzieleniu odpowiedzi w oparciu o zapisy w SZW i ponownie prosimy dopuszczenie proponowanego cewnika , który spełnia wymogi zawarte w SWZ i jest produktem równoważnym w zakresie funkcjonalno użytkowym , nigdy produkt nie tworzył powikłań i jest stosowany w Klinkach i szpitalach w Polsce i na świecie , do wglądu na życzenie sa dostępne referencje .

**Odpowiedź:**

Kwestia wskazana powyżej dotyczy odpowiedzi na pytania 12.1 i 12.2. Zamawiający pragnie zwrócić uwagę, iż odpowiedzi Zamawiającego, o czym mowa powyżej, nie stoją w sprzeczności z zapisami SWZ. Zamawiający ponadto zwraca uwagę, że ma prawo nabyć produkty, które są mu niezbędne, a nie te, które chciałby Wykonawca, aby zostały przez niego sprzedane. Zamawiający jako podmiot leczniczy i jednocześnie praktyk, ma większe doświadczenie, poparte stosowanymi przypadkami klinicznymi niż Wykonawca - w zakresie wykorzystania cewników. Wobec tego Zamawiający jest w stanie najlepiej ocenić jak poszczególne parametry wpływają na proces leczenia i reakcje pacjentów oraz skutki użycia danych produktów, co jest wartością nadrzędną. Zamawiający uznał, iż zgodnie z jego praktyką najlepszymi dla niego są cewniki dwukanałowe (podwójne światło) o rozmiarze 14,5Fr. I takie ma prawo kupić.

Niezależnie od powyższego Zamawiający ponownie przeanalizował, czy zastosowanie cewników z systemem wskazanym przez Wykonawcę powyżej, mając na uwadze możliwość pracy z produktami tworzonymi w nowych technologiach zasługuje na uwzględnienie przy zachowaniu tożsamej funkcjonalności użytkowej. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższych cewników, tym samym zmieniając odpowiedź do zapytania 12.1. na „ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA”, oraz także zmienia odpowiedź na pytanie 12.2 na NIE DOTYCZY.

Zatwierdził: Prezes Zarządu – Maciej Bieliński