



Poznań, dnia 07. 01. 2021r.

Dz. Z. P. 47/ 20

Uczestnicy postępowania

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych na dostawę wyrobów medycznych - opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 28.12.2020 r. pod numerem 2020 /S 252-635061

WYJAŚNIENIE NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z otrzymanymi zapytaniem dotyczącymi treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U z 2019r poz. 1843 ze zm.) poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Zestaw 1

Pakiet nr 5

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści port wykonany z polksymetylenu oraz w zestawie bezpieczną igłę Hubera z drenem o długości 25cm spełniając pozostałe parametry?

Odp: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza możliwość zaoferowania portu o wymienionych parametrach, przy zachowaniu warunku spełnienia pozostałych parametrów zawartych w specyfikacji.

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści Igła do portów naczyniowych niskoprofilowych, kątowna, ze skrzydełkami kodowanymi kolorystycznie w zależności od rozmiaru spełniając pozostałe parametry?

Odp: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza możliwość zaoferowania igieł o wymienionych parametrach, przy zachowaniu warunku spełnienia pozostałych parametrów zawartych w specyfikacji.

Zestaw 2

1. Dot. zapisów Umowy § 2 ust. 1

Prosimy o modyfikację § 2 ust. 1 i dopisanie: „Dostawa (.....) na koszt i staraniem Wykonawcy **przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150,00 zł netto.**”

Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł koszty transportu na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu niniejszego paragrafu.

2. Dot. zapisów umowy § 9

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 13 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego.





www.gpsk.ump.edu.pl

Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu niniejszego paragrafu.

3. Dot. zapisów umowy § 12

Zwracamy się z prośbą o dopisanie w § 12, że każde stwierdzenie uszkodzenia opakowań zewnętrznych dostarczonych towarów muszą być zgłaszane niezwłocznie w obecności kuriera (potwierdzone protokołem). Prośbę swoją motywujemy tym, że brak protokołów uniemożliwia postępowanie reklamacyjne. Uszkodzone opakowanie zewnętrzne może skutkować uszkodzeniem towaru wewnątrz. Brak takiego zgłoszenia sugeruje uszkodzenie powstałe po stronie Zamawiającego.

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu niniejszego paragrafu.

Zestaw 3

Pytanie do Części nr 7 – Układ oddechowy do resuscytacji noworodka do stanowiska do resuscytacji Panda. Zestaw infuzyjny do pompy PLUM

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji nr 1 do oddzielnego pakietu i dopuszczenie układu do resuscytacji o niżej podanych parametrach.

Jednorazowy układ do resuscytacji do ręcznie sterowanej wentylacji celem resuscytacji noworodków i niemowląt. Układ z niebieskim trójnikiem bardzo lekki, giętki, odporny na zgniatanie rurki utrzymuje przepływ nawet po ich skręceniu 180°. Układ podłączany bezpośrednio do wybranego rodzaju maski, rurki intubacyjnej lub maski krtaniowej. Układ o długości 1,8 m, standardowe złącze 15 mm. Układ pasujący do wszystkich resuscytatorów dostępnych na rynku, bez potrzeby dokładania dodatkowych adapterów.

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z części nr 7 poz. 1 i podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Załącznik:

Formularz asortymentowo-cenowy dot. Części nr 5 – po zmianie z uwzględnieniem dopuszczenia

Z poważaniem



Dział Zamówień Publicznych
tel. 61 841 95 15
e-mail: aszczeblovska@gpsk.ump.edu.pl

